

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.518473/2020-64

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 262/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 252/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 06/09/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (VÍDEODUODENOSCÓPIOS ELETRÔNICOS TERAPÊUTICOS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 26/08/2021

## ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	VÍDEODUODENOSCÓPIO ELETRÔNICO TERAPÊUTICO com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; dotado de capa na ponta distal, removível para melhor esterilização; elevador da pinça hermético, mantendo-o livre de contaminação; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno glutaraldeído ou ácido peracético; compatível com tecnologia de cromosondoscopia virtual; sistema de ZOOM ELETRÔNICO; com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.550 mm, Comprimento funcional: 1.250 mm, Diâmetro externo: 11.5mm Diâmetro do canal de trabalho: 4.2mm, Diâmetro distal: 13.1 mm. ÓTICA: Visão: Lateral (8° retrovisão); Ângulo de visão (em graus): 100° Profundidade de Campo: 4~60 mm; 01 Guia de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 130 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 110 graus, Para esquerda: 90 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Compatível com a processadora Fujinon, modelo EPX-4450, existente no serviço do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro. Modelo: ED-530XT8 Marca: FujiFilm Procedência: Japão Registro na Anvisa: 10317490094	2,00	UND	FUJINON/FUJIFILM	R\$ 273.568,66	R\$ 267.500,00	-2,22	SALUTE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

**Israel Evangelista Da Silva**  
Superintendente Estadual de Licitações

**Genean Prestes dos Santos**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
11.386.336/0001-50	SALUTE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 327 - BURAQUINHO	LAURO DE FREITAS - BA	SILVIO AUGUSTO GUIRAUDEL	929.009.337-49	(71)3452-1113