



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

SUPEL - PE 636/2021 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 18NOV2021

2 mensagens

Rosemary / Licitação <licitacoes@martellrj.com.br>
Para: sigma.supel@gmail.com
Cc: licitacoes1@martellrj.com.br, licitacoes2@martellrj.com.br

18 de novembro de 2021 12:49

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Interessados na participação do Pregão supramencionado, vimos pelo presente, apresentar nosso Pedido de Esclarecimento, com o intuito de sanar e nortear dúvidas essenciais à elaboração de nossa Proposta.

1 - Sendo assim, a considerar o Lote 01 – Filtros, verificamos que o item 01 constitui em filtro para aplicação no modo aférese enquanto o item 2 solicita Filtro para Remoção de leucócitos em Concentrado de Hemácias.

A considerar que no país existem poucas empresas que produzem ou importam os materiais descritos no Termo de Referência no Lote 01 deste Edital, a inclusão de 2 filtros com aplicações diferentes num mesmo lote, colocaria em risco a ampla participação no certame, o que por si só feriria o Princípio da Competitividade e poderia restar em prejuízos ao erário público, uma vez que limitaria o número de participantes a oferecerem suas propostas com preços mais competitivos.

Desta forma, solicitamos com a devida vênia, o acolhimento deste pleito, para que sejam apartados do mesmo Lote os filtros com técnicas diferentes. Tornando-os aquisições independentes, para que reste em uma licitação mais competitiva, e conseqüentemente mais vantajosa a esse Ilustre Órgão.

2- A considerar a exigência de amostras, indagamos:

Qual será a validade das bolsas selecionadas para filtração, os anticoagulantes das bolsas coletadas e qual o tempo de filtração exigido?

Sendo necessário que os licitantes tenham acesso aos protocolos e legislações que embasam as exigências objetivas da análise das amostras, e considerando que as questões não estão expostas no instrumento, qual será o critério objetivo para aprovação das análises?

Será possível o acompanhamento dos licitantes no processo de avaliação das amostras?

Att.



Rosemary Fiorentini

Setor Comercial – Ramal 207

licitacoes3@martellrj.com.br

Martell Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Visite nosso site:

<http://www.martellrj.com.br>

SAC: martell@martellrj.com.br

Av. das Lagoas, 999 – box 8 – Gardênia
Azul

Rio de Janeiro – RJ CEP 22765-455



@martellrj



facebook.com/martellrj/



+55(21)3822-6232 • 3822-3068 • 3899-0767

3087-6585 • 3400-7379 • 2592-9148

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

19 de novembro de 2021 11:36

Para: Rosemary / Licitação <licitacoes@martellrj.com.br>

Cc: licitacoes1@martellrj.com.br, licitacoes2@martellrj.com.br

Senhor(a) Representante,

Ao tempo que atestamos o recebimento informamos que estaremos encaminhando ao setor competente para análise e manifestação.

A resposta será emitida por este mesmo e-mail.

Atenciosamente

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

