

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO [REDACTED] **580-2021**[REDACTED]
Qui, 09/12/2021 16:00Para: alfasupel@hotmail.com <alfasupel@hotmail.com>
[REDACTED]

Boa tarde,

Solicitamos os esclarecimento a seguir em relação à Especificação técnica do Item 1- **Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier - FTIR**, do PE 580/2021 de Rondonia:

1º) No item 2 Especificações técnicas do anexo I do edital do PE 580/2021/ALFA/SUPEL/RO diz “1.2.2 Deve possuir sistema de supressão de interferência de CO2 e H2O controlado via software.”, pode ser aceito equipamentos que não precisam desse sistema? Pois existem equipamentos com óptica eficiente na eliminação de interferentes atmosféricos, dispensando a supressão automática desses interferentes através de correções matemáticas via software, fornecendo resultado bruto confiável e livre de modificações.

2º) Pode ser aceito um computador com monitor de 21,5 polegadas? Pois no edital pede 22 polegadas.

Favor confirmar o rcebimento deste e-mail.


