



Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia - LACEN  
Assessoria Técnica - LACEN-ASTEC

Parecer nº 10/2021/LACEN-ASTEC

**ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS**  
**(PE Nº. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO)**

- I - Considerando o Despacho Despacho SUPEL-DELTA (0022921398) o qual solicitou que esta setorial realizasse parecer técnico das propostas das empresas:
1. Proposta MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO (0022921390);
  2. Proposta PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0022921391)
- II - Caso não atendam, **fundamentar tecnicamente o motivo**, para que possamos informar a licitante, por ocasião da continuidade da sessão pública. A aceitação da proposta se dará com base no parecer técnico.
- III - Este LACEN/RO EMITE O SEGUINTE PARECER TÉCNICO:

//

**Pregão Eletrônico Nº. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO.**

**Processo Administrativo: 0046.168272/2021-12.**

Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, aplica-se a **AMPLA PARTICIPAÇÃO**, Método De Disputa: ABERTA.

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Kits Laboratoriais (POLIOMAVIRUS BK - compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real)) e todos os consumíveis necessários para a realização destes testes) Item Fracassado da ATA PE 005/2021** (0017245786) Processo 0049.265420/2020-35, atendendo assim as necessidades da Central de Transplantes do Estado de Rondônia (Serviço de Transplante Renal) pelo Laboratório Central de Saúde Pública do estado de Rondônia/LACEN/RO, Setor de BIOLOGIA MOLECULAR desta unidade, com vistas no atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações discriminadas em Termo de Referência e Edital PE 689/2021 (0022577056).

1. Em atenção ao **Pregão Eletrônico Nº. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO, referente ao Processo Eletrônico - SEI: 0046.168272/2021-12**, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Kits Laboratoriais (POLIOMAVIRUS BK - compatíveis com a metodologia RT-PCR (Reação da Transcriptase Reversa em Tempo Real)) e todos os consumíveis necessários para a realização destes testes) Item Fracassado da ATA PE 005/2021** (0017245786) Processo 0049.265420/2020-35, atendendo assim as necessidades da Central de Transplantes do Estado de Rondônia (Serviço de Transplante Renal) pelo Laboratório Central de Saúde Pública do estado de Rondônia/LACEN/RO, Setor de BIOLOGIA MOLECULAR desta unidade, com vistas no atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e especificações discriminadas em Termo de Referência. e no Edital PE 689/2021 (0022577056), preferimos o resultado da análise técnica das propostas apresentadas no certame em tela.

**1.1. Das Propostas Recebidas:**

1.1.1. Com relação as Propostas Recebidas estas foram da quantia de apenas 2 (duas) empresas manifestantes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO** conforme abaixo:

**1- MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 04.645.160/0002-20**, situada na Rua Jandaia do Sul,441, Bairro Emiliano Pernetá – Pinhais/PR - CEP: 83.324-440 - Telefones: +55 41 3401-1850 / 41 2108-5250 / 41 98894-0625 - E-mail: licitacao@mobiustlife.com.br

**2- PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92** - Endereço: SIA SUL TRECHO 17 RUA 08, LOTE 170 - CEP : 71200-222 - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF - Fone: (61) 3403-1300 - Fax: (61) 3403-1313 - E-mail: licitacao.pmh@pmh.com.br

1.2. **Das Propostas:**

1. **Proposta MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO (0022921390);**
2. **Proposta PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0022921391)**

1.3. **Diante da indicação de avaliação dos critérios:**1.3.1. **DO PREÇO**

Quanto ao valor proposto ficará a critério da equipe SUPEL/DELTA definir o critério de valores propostos conforme Termo de Referência e no Edital PE 689/2021/DELTA/SUPEL/RO.

1.3.2. **Prazo de Entrega;**

Quanto ao Prazo de entrega as empresa se comprometeram conforme Termo de Referência e no Edital PE 689/2021/DELTA/SUPEL/RO através das propostas a entrega dos produtos e materiais.

1.3.3. **Conformidade Técnica;**

Da análise de conformidade técnica conforme Consta do item 3.3.do **Considerando o que diz o Anexo I do** Termo de Referência - Edital PE 689/2021 (0022577056) quanto aos itens solicitados foi realizado a seguinte avaliação conforme tabela abaixo:

1- Proposta da empresa: **MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO (0022921390);**

ITEM	CÓD. CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	CARACTERISTICA/COMPLEMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO empresa: MOBIUS Proposta: (0022921390)	UND.	QUANT.	Marca	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Reg. ANVISA	Prazo de Entrega	Atende ao Edital e TR	Resultado da Análise da Proposta																		
1	395554	POLIOMA VÍRUS – BK/RT PCFR	<p>CONJUNTO COMPLETO DE KIT/REAGENTES E INSUMOS PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO DNA DO POLIOMAVÍRUS BK ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE RT-PCREM TEMPO REAL KIT MASTER PARA QUANTIFICAÇÃO DE VÍRUS BK (BKV) APLICAÇÃO: O KIT MASTER BKV é destinado para a quantificação do DNA de Vírus BK em amostra de plasma humano e urina, com controle simultâneo de reação de extração/amplificação através do Controle Interno (CI), através da metodologia de PCR em Tempo Real utilizando a tecnologia TaqMan®, minimizando reações não específicas e garantindo a máxima sensibilidade. A presença de BKV é indicada pelo aumento da fluorescência do fluoróforo FAM. Um Controle Interno é incluído na mistura de reação para controlar a possível inibição da reação de PCR e também a qualidade do processo de extração de ácido nucleico e a amplificação positiva é detectada no canal de fluorescência do fluoróforo JOE/VIC.</p> <p>COMPOSIÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE</th> <th>QUANTIDADE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mastermix BKV XGEN</td> <td>2 Microtubos x 825 µL</td> </tr> <tr> <td>Primers e Sondas BKV XGEN</td> <td>4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)</td> </tr> <tr> <td>Controle Interno BKV XGEN</td> <td>4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)</td> </tr> <tr> <td>Padrão BKV XGEN</td> <td>4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)</td> </tr> <tr> <td>Controle Negativo XGEN</td> <td>1 Microtubo x 1,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Água Livre de DNase/RNase</td> <td>5 Microtubos x 1,5 mL</td> </tr> <tr> <td>Microplaca</td> <td>3 Microplacas</td> </tr> <tr> <td>Filme Adesivo para Amplificação</td> <td>3 Filmes Adesivos</td> </tr> </tbody> </table> <p>*O volume de Água livre de DNase/RNase para a diluição está indicado no rótulo</p> <p>APRESENTAÇÃO: kit Nº de reações: 100 testes TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: Entre 2°C e 8°C. CONDIÇÃO DE TRANSPORTE: Gelo Reciclável.</p>	COMPONENTE	QUANTIDADE	Mastermix BKV XGEN	2 Microtubos x 825 µL	Primers e Sondas BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)	Controle Interno BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)	Padrão BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)	Controle Negativo XGEN	1 Microtubo x 1,5 mL	Água Livre de DNase/RNase	5 Microtubos x 1,5 mL	Microplaca	3 Microplacas	Filme Adesivo para Amplificação	3 Filmes Adesivos	teste	4.000	MOBIUS XGEN	R\$ 52,25	R\$ 209.000,00	80502070019 VIGENTE	CONFORME EDITAL	ATENDE	<p><b>ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°.</b></p> <p><b>689/2021/DELTA/SUPEL/RO</b> - Processo Administrativo: <b>0046.168272/2021-12</b> Edital PE 689/2021 (0022577056) proposta apresentada e em conformidade como as especificações técnicas solicitadas</p> <p>Uma vez que os produtos ofertados são condizentes com o solicitado e para atendimento e realização nos equipamentos ora instalados no LACEN/RO conforme <b>Anexo I do</b> Termo de Referência - Edital PE 689/2021 (0022577056):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modelo QuantStudio5Dx – Fabricante: Life Technologies, Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;</b></li> </ul>
COMPONENTE	QUANTIDADE																													
Mastermix BKV XGEN	2 Microtubos x 825 µL																													
Primers e Sondas BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)																													
Controle Interno BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)																													
Padrão BKV XGEN	4 Microtubos (Conteúdo Liofilizado*)																													
Controle Negativo XGEN	1 Microtubo x 1,5 mL																													
Água Livre de DNase/RNase	5 Microtubos x 1,5 mL																													
Microplaca	3 Microplacas																													
Filme Adesivo para Amplificação	3 Filmes Adesivos																													

MARCA: XGEN  
 MODELO: XG-BKV-MB  
 REGISTRO ANVISA: 80502070019

- **Modelo 7500 Fast – RT-PCR System – Thermofisher Science - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;**

2- Proposta empresa: **PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0022921391)**

ITEM	CÓD. CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICA/COMPLEMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO empresa: PMH Proposta: (0022921391)	UND.	QUANT.	Marca	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Reg. ANVISA	Prazo de Entrega	Atende ao Edital e TR	Resultado da Análise da Proposta
1	395554	POLIOMA VÍRUS – BK/RT PCFR	BKV KIT 100 TESTES M/ELITECH - Registro M.S.: 80615950180 CONJUNTO COMPLETO DE KIT/REAGENTES E INSUMOS PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO DNA DO POLIOMAVÍRUS BK ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE RT-PCR EM TEMPO REAL. Procedência: ITALIA - Marca: ELITECH - Fabricante: ELITECH	TST	4.000	Marca: ELITECH Fabricante: ELITECH  RTS175PLD	R\$ 55,00	R\$ 220.000,00	80615950180 VIGENTE	CONFORME EDITAL	NÃO ATENDE	<p><b>ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO</b> - Processo Administrativo: 0046.168272/2021-12, no que diz respeito ao REGISTRO ANVISA VÁLIDO OU A SUA ISENÇÃO;</p> <p>Em minuciosa análise o manual da proposta (0022921391), esta equipe vislumbrou que o produto ofertado <b>NÃO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO</b> - Processo Administrativo: 0046.168272/2021-12, no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS uma vez que:</p> <p>A proposta apresentada não se encontra em conformidade como as especificações técnicas solicitadas, ou seja o produto ofertado é para ser realizado em equipamentos diferentes do constante/solicitado no Edital PE 689/2021 (0022577056), ou seja a licitante oferta produto para ser realizado em equipamento do tipo: 7.300 Real Time ou 7.500 Tempo Real Fast DX, sendo que o que foi solicitado no Edital PE 689/2021 (0022577056) é para atendimento aos equipamentos ora instalados no LACEN/RO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modelo QuantStudio5Dx – Fabricante: Life Technologies, Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;</b></li> <li>• <b>Modelo 7500 Fast – RT-PCR System – Thermofisher Science - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;</b></li> </ul>

1.3.4. **Idoneidade do proponente**

1.3.4.1. A idoneidade da proponente e análise dos documentos de habilitação será realizada pela equipe SUPEL-DELTA, tendo em vista esta Comissão não se qualificar apta a realizar análise de **Idoneidade do proponente** tais como: **índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 1º e 5º, balanço financeiro, os quais destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato**, nem tampouco possui acesso as ferramentas necessárias para análise (acesso ao SICAF, banco de inscrição de fornecedores inadimplentes e outros);

**O Art. 43. § 3 da Lei Federal 8.666/93 determina que:**

*É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.*

(Grifo nosso)

## 2. DA CONCLUSÃO

2.1. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N°689/2021/DELTA/SUPEL/RO**, esta comissão emite o seguinte parecer:

**1- MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 04.645.160/0002-20**, situada na Rua Jandaia do Sul,441, Bairro Emiliano Pernetá – Pinhais/PR - CEP: 83.324-440 - Telefones: +55 41 3401-1850 / 41 2108-5250 / 41 98894-0625 - E-mail: licitacao@mobiustlife.com.br - **Proposta: (0022921390), ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: **0046.168272/2021-12**, **no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDO OU A SUA ISENÇÃO;**

**2- PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92** - Endereço: SIA SUL TRECHO 17 RUA 08, LOTE 170 - CEP : 71200-222 - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF - Fone: (61) 3403-1300 - Fax: (61) 3403-1313 - E-mail: licitacao.pmh@pmh.com.br - **Proposta: (0022921391), ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: **0046.168272/2021-12**, **no que diz respeito ao REGISTRO ANVISA VÁLIDO OU A SUA ISENÇÃO;**

Em minuciosa análise o manual da proposta **(0022921391)**, esta equipe vislumbrou que o produto ofertado **NÃO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: **0046.168272/2021-12**, **no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS uma vez que** a proposta apresentada não se encontra em conformidade como as especificações técnicas solicitadas, ou seja o produto ofertado é para ser realizado em equipamentos diferentes do constante/solicitado no Edital PE 689/2021 (0022577056), ou seja a licitante oferta produto para ser realizado em equipamento do tipo: 7.300 Real Time ou 7.500 Tempo Real Fast DX, sendo que o que foi solicitado no Edital PE 689/2021 (0022577056) é para atendimento aos equipamentos ora instalados no LACEN/RO:

- **Modelo QuantStudio5Dx – Fabricante: Life Technologies, Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;**
- **Modelo 7500 Fast – RT-PCR System – Thermofisher Science - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS;**

2.2. Considerando que as empresas, apresentaram propostas e objetos condizentes com as especificações técnicas do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO N°. 689/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: **0046.168272/2021-12** e por assim estarem em conformidade com a legislação sanitária vigente, sendo estas as únicas empresas/proponentes habilitadas à contratação.

2.3. Após análise técnica de toda a documentação acostada aos autos, sendo que a autenticidade das mesmas é de total responsabilidade de quem os produziu, concluímos como **FAVORÁVEL** a proposta da empresa MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ: 04.645.160/0002-20 - Proposta: **(0022921390)** acostado nos autos desde atendidos os requisitos propostos e, **NÃO FAVORÁVEL** a proposta da empresa PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 - Proposta: **(0022921391)** acostadas nos autos.

3. Ante o exposto, após a análise da documentação acostada aos autos, sendo que a mesma é de total responsabilidade de quem as produziu, retornamos os autos para continuidade do certame.

Atenciosamente.

Porto Velho, 20 de dezembro de 2021.

LABORADO POR: João Alex dos Santos Muniz  
Téc. Laboratório /ASTECLACEN/SESAU/RO  
Matrícula: 300068897

**Ciciléia Correia da Silva**  
Diretora Geral-Biomédica/ LACEN/SESAU  
Matrícula: 300022570 - Portaria No. 733/2020/SESAU/RO



Documento assinado eletronicamente por **João Alex dos Santos Muniz**, técnico, em 20/12/2021, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Ciciléia Correia da Silva**, Diretor(a), em 21/12/2021, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5](#)



[Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0022930943** e o código CRC **2B62FF02**.

---

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0046.168272/2021-12

SEI nº 0022930943