



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

## DESPACHO

De: HB-GAD

Para: **Equipe de Licitações SIGMA/SUPEL/RO.**

Processo Nº: 0049.400769/2020-20

Assunto: PARECER TÉCNICO DAS AMOSTRAS (0023098418).

Prezado (a) Pregoeiro (a),

Após análise técnica das amostras encaminhamos o processo em tela a fim de que sejam tomadas as providências quanto a continuidade do certame. Segue abaixo os lotes e a ordem de classificação conforme Ata reunião para proceder a análise técnica das amostras de órteses, próteses e materiais especiais não constantes na tabela SUS, com vistas ao cumprimento do rito previsto no **item 17 - DAS AMOSTRAS do Termo de Referência (0021636949)**, referente ao Pregão Eletrônico **Nº 529/2021/SUPEL/RO** (0022004843).

A Comissão Especial, com a finalidade de analisar tecnicamente as amostras dos materiais de órteses e próteses e materiais especiais, (Não SUS), conforma Portaria Nº 169/HB-GAD (9804016), oriunda do Processo Nº 0049.585392/2021-51, executou a análise conforme disposto abaixo:

### **LOTE 1 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS (BLOQUEADA):**

1º Elite – Aprovado, caixa faltou a máscara da Placa, ausência de guia para placas rasas. Afirmou entregar material restante do material na caixa, restante aprovado, empresa deverá manter 02 kits completos instrumentais e parafusos em comodato para uso na unidade.

### **LOTE 2 - MATERIAL EM AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PEQUENOS FRAGMENTOS ÚMERO PROXIMAL (BLOQUEADA):**

1º Elite – Aprovado, caixa faltou a máscara da Placa, ausência de guia para placas rasas. Afirmou entregar material restante do material na caixa, restante aprovado, empresa deverá manter 02 kits completos instrumentais e parafusos em comodato para uso na unidade.

### **LOTE 3 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 01:**

1º Elite – Aprovado, a empresa deverá manter 02 kits completos instrumentais e parafusos em comodato para uso na unidade.

**LOTE 4 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 02:**

1º Elite – Aprovado, a empresa deverá manter 02 kits completos instrumentais e parafusos em comodato para uso na unidade.

**LOTE 5 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES FRAGMENTOS (BLOQUEADA) - 03:**

1º Elite – Aprovado.

**LOTE 6 - MATERIAL DE AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA:**

1º Elite – *Reprovado, guia de rádio não bate e falta parafusos 2.7, distal não tem.*

2º BML – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 7 - MATERIAL DE TITÂNIO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RÁDIO DISTAL - BLOQUEADA:**

1º Elite – *Reprovado, não apresentou o material.*

2º BML – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 8 - MATERIAL AÇO PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CLAVÍCULA - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA:**

1º Elite – *Reprovado, não apresentou o material.*

**LOTE 9 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CERAMICA-CERAMICA:**

1º Elite – *Reprovado, não apresentou o material.*

2º BML – Aprovado.

**LOTE 10 - MATERIAL DE PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR DISTAL - BLOQUEADA:**

1º BML – Aprovado.

**LOTE 11 - G11 - MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VIDEOARTROSCOPIA:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 12 - G12 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FRATURA DE TIBIA DISTAL - PEQUENOS FRAGMENTOS - BLOQUEADA:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 13 - ITEM 87 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DIVERSOS:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 14 - G13 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ENXERTO DE ÓSSEO:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 15 - G14 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE KIT SUTURA DE MENISCO:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 16 - G15 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE FIXADOR PARA COTOVELO:**

1º Elite – Aprovado, SEM RESSALVAS.

**LOTE 17 - G16 - MATERIAL PARA USO NO PROCEDIMENTO DE HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR:**

1º Elite – **Reprovado**, não aprovado pelo cirurgião, o instrumental não atende ao procedimento.

2º BML – Aprovado.

Ademais, aproveitamos para informar que a Comissão Técnica, aceitou que a licitante **BML HOSPITALAR LTDA, 1ª colocada do Lote 10**, convocada para apresentar as amostras através do **Aviso 8 (0022676864)**, apresentasse as amostras dos demais lotes ao qual estava havia participado no P.E. **Nº 529/2021/SUPEL/RO (0022004843)**, conforme é possível notar **Ata de Análise de Amostra (0023098418)**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**ADRIANA PEREIRA**

Gerente Administrativa Interina do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro/**HB-GAD**.

(Portaria nº 761 de 22 de dezembro de 2021 (0023038950)

Matrícula: 300098964

De Acordo,

*(assinado eletronicamente)*

**SANDRA MARIA PETILLO CARDOSO**

Diretor (a) Adjunto (a) do Hospital de Base Ary Pinheiro/**HB-DGA**



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pereira, Chefe**, em 28/12/2021, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA MARIA PETILLO CARDOSO, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 28/12/2021, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023098989** e o código CRC **73569745**.

---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0049.400769/2020-20

SEI nº 0023098989