



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer nº 6/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350758/2020-31						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2021/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
29	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 16, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O

				SOLICITADO (EM POLIURETANO).
MEDICAL LIFE	MEDIX	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Cateter de teflon), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
BRAMED COMERCIO	JELCO/ SMITHS MEDICAL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Jelco Plus Cateter intravenoso periférico sobre a agulha em poliuretano, ATENDE AO SOLICITADO.
COVAN	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
CENTRALMIX	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
A G D DE OLIVEIRA EIRELI	DESCARPACK	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).

		SALUTARY	LABOR IMPORT	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS	GAMMA	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (PTFE/TEFLON), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM POLIURETANO).
30	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 18, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCAMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DEVALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO	JELCO/ SMITHS MEDICAL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Jelco Plus Cateter intravenoso periférico sobre a agulha em poliuretano, ATENDE AO SOLICITADO.
		COVAN	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
		CENTRALMIX	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO

				CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).	
	HOSPSHOP PRODUTOS	POLYMED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
	A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
	SALUTARY	LABOR IMPORT	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS	GAMMA	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (PTFE/TEFLON), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM POLIURETANO).
31	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 20, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.				
	NRX MEDICAL	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
	NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.

BRAMED COMERCIO	JELCO/ SMITHS MEDICAL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Jelco Plus Cateter intravenoso periférico sobre a agulha em poliuretano, ATENDE AO SOLICITADO.
COVAN	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
CENTRALMIX	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
HOSPSHOP PRODUTOS	POLYMED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
A G D DE OLIVEIRA EIRELI	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
SALUTARY	LABOR IMPORT	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).

		OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS	GAMMA	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (PTFE/TEFLON), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM POLIURETANO).
32	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 22, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO	JELCO/ SMITHS MEDICAL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Jelco Plus Cateter intravenoso periférico sobre a agulha em poliuretano, ATENDE AO SOLICITADO.
		COVAN	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
		CENTRALMIX	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		HOSPSHOP	POLYMED	INFORMADO	EM	O PRODUTO

		PRODUTOS			DESACORDO COM O SOLICITADO	OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		SALUTARY	LABOR IMPORT	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS	GAMMA	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (PTFE/TEFLON), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( EM POLIURETANO).
33	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº. 24, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM POLIURETANO, ATENDE AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO	JELCO/ SMITHS MEDICAL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO Jelco Plus Cateter intravenoso periférico sobre a

				agulha em poliuretano, ATENDE AO SOLICITADO.
COVAN	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
CENTRALMIX	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM politetrafluoretetileno (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
HOSPSHOP PRODUTOS	POLYMED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
A G D DE OLIVEIRA EIRELI	TOP MED	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MARCA OFERTADA APRESENTA Cateter Intravenoso Periférico em Teflon, NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
SALUTARY	LABOR IMPORT	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (TEFLON), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS	GAMMA	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM (PTFE/TEFLON), NÃO ATENDE AO

Porto Velho, 27 de janeiro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica-CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 27/01/2022, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023691599** e o código CRC **5B04F5C2**.

**Referência:** Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.350758/2020-31

SEI nº 0023691599



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº:0036.350758/2020-31

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-los, servimos do presente expediente para manifestar informações e respostas frente ao Despacho SUPEL-DELTA ( 0023472057)

**I - DAS PROPOSTAS:**

Dando prosseguimento nas análises, vemos o que o supracitado despacho dizia o seguinte:

De: SUPEL-DELTA

Para: SESAU-CAFIINP

Processo Nº: 0036.350758/2020-31

Assunto: Aquisição de materiais de consumo (**Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Equipo Microgotas, Equipo para controle de pressão venosa central, Equipo para hemotransfusão, Extensor infusor (equipo multivias), Cateter Intravenoso Periférico N.º 14 e outros**).

Encaminhamos o processo administrativo referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2021/DELTA/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada, em virtude da especificidade técnica do objeto, a **análise técnica** das propostas remanescentes das empresas:

1. NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU (0023462811)
2. MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI (0023462833)
3. NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO (0023462856)
4. BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (0023462879)
5. COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33** (0023472112)
6. CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33** (0023472154)
7. HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - **Itens 30, 31, 32 e 33** (0023472381)
8. A G D DE OLIVEIRA EIRELI - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33** (0022785367)
9. SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33** (0022358704)
10. OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33** (0022357927)

Por fim, solicitamos que o processo retorne a esta Equipe de Licitação com a maior brevidade possível, para que possamos dar continuidade aos demais atos pertinentes e necessários para finalização do certame e registro dos preços ofertados.

**NATHÁLIA VERONEZI R. DA SILVA**  
Pregoeira Substituta - Equipe Delta/SUPEL  
Mat. 300167750

## II - DAS CONSIDERAÇÕES E DO RESULTADO:

Sendo assim realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

**RESPOSTA:** Com base nas análises presentes no Parecer 6 ( 0023691599) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

1. NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU - **itens 29, 31, 32 e 33.**
2. MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI - **item 29.**
5. COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33.**
6. CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33 .**
7. HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - **Itens 30, 31, 32 e 33**
8. A G D DE OLIVEIRA EIRELI - **Itens 29, 31, 32 e 33.**
9. SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33**
10. OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - **Itens 29, 30, 31, 32 e 33**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**  
Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 28/01/2022, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023692019** e o código CRC **46E33771**.



---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.350758/2020-31

SEI nº 0023692019