

Pregão Eletrônico

925373.8192021 .5083 .5139 .1489977720



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00819/2021

Às 10:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036.342539/2020-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00819/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.... O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Locação de Compressor de Ar

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras, para atender as necessidades do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HEURO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 113.891,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 81.103,0000 e com valor negociado a R\$ 81.102,9600 .

Histórico

Item: 1 - Locação de Compressor de Ar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.519.208/0001-91	S&T INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 113.760,0000	R\$ 113.760,0000	09/02/2022 09:44:24
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras, para atender as necessidades do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HEURO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
22.677.012/0001-98	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENI	Sim	Não	1	R\$ 113.890,8000	R\$ 113.890,8000	14/02/2022 14:06:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras, para atender as necessidades do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HEURO. Compressor de ar medicinal. O Sistema de geração de ar medicinal devem contar com pelo menos dois (02) compressores, que funcionem em sistema de revezamento;

O módulo/central de ar comprimido medicinal, deverá possuir os equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras; O sistema deverá gerar ar comprimido com as especificações técnicas mínimas: - O2: 20,4 % a 21,4 % ; - CO máximo: 5ppm ; - CO2 máximo: 500 ppm - SO2 máximo: 1ppm ; - NOX máximo: 2ppm ; - Óleos e partículas sólida: 0,1 mg/m3 - Ponto de Orvalho: - 45,5 ° C referido a pressão atmosférica (máximo vapor de água:67 ppm) ; - Consumo p/ leito: 12 l/min ~0,72 m³/h ; - Simultaneidade: 100% ; - Tempo de uso: 24horas ; -Consumo para unidade considerando margem de segurança de 30%: 64,45 m³/hora; - Total de Consumo/mês: 46.404 m³/mês - Total de Consumo/ano: 556.848 m³/ano. O sistema deverá ser composto no mínimo por 02 (dois) compressores para fins medicinais, lubrificados a seco, caso seja utilizado compressores lubrificados a óleo, é necessário um sistema de tratamento para retirada do óleo e de odores do ar comprimido. Sendo um compressor principal e um de suprimento reserva, de mesma potência e capacidade. Além do compressor reserva deverá haver uma central de cilindros, dimensionada conforme o consumo de cada módulo/central de ar comprimido das unidades e na frequência de fornecimento. A central reserva, bem como o fornecimento de cilindros e sua carga/Troca deve ser de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, sem ônus para a Secretaria CONTRATANTE; Na instalação deverá possuir mecanismos, que emitam alarmes visuais e sonoros em caso de pane no sistema e realize a alterações automática da fonte de suprimento (compressores e central de cilindros) em caso de pane ou queda de energia e/ou em caso da produção com característica inferiores as especificadas do ar comprimido medicinal de cada unidade, portanto o sistema deverá possuir analisadores; O sistema ainda deverá possuir um sistema de pré secagem do ar, compatível com o sistema: O sistema deverá possuir secador de ar comprimido por adsorção; O sistema deverá possuir dispositivos de purificação, com capacidade de eliminar contaminantes, como CO, CO2, que garanta as características do ar comprimido medicinal com as características acima citadas, possuindo um painel regulador de pressão, com sistema by-pass, possuir um (01) higrômetro para medição contínua da umidade do ar, medidor de concentração de oxigênio, instalado na rede após central reserva, um (01) medidor de vazão com a finalidade de mensurar o consumo da Unidade Hospitalar mensal; O sistema deverá possuir dispositivos que garantam as características do ar comprimido medicinal, com as acima citadas. Dentre eles deverá haver um sistema de filtros com se seguintes características: - Pré-Filtro Coalescentes de alta eficiência para remoção de óleo e reduzir o nível de umidade e partículas de <0,001 (microns); - Filtro bacteriológico - Pós-Filtro coalescente e carvão ativado, para retenção de partículas <0,01(microns). A contratada poderá apresentar outra configuração, adicionando outros elementos filtrantes que julgue necessário, desde que garanta a qualidade do ar exigida e atestada; Deverá ocorrer um treinamento junto ao pessoal da unidade quanto aos procedimentos de funcionamento e operação do sistema, bem como todos procedimentos de segurança e de situação de emergência; O serviço de geração, armazenamento e distribuição dos ares medicinais devem ser acrescido das respectivas manutenções preventivas e corretivas; A contratada deverá apresentar sem ônus à contratada plano de trabalho com cronograma de manutenção preventiva do módulo/central de Ar Comprimido e de todo sistema de geração, distribuição e reserva, a fim de que seja apreciado e aprovado pelo corpo técnico da unidade.

Porte da empresa: ME/EPP

03.184.220/0001-00	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 113.891,1600	R\$ 113.891,1600	14/02/2022 15:18:26
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Módulo/Central de Compressores de Ar Medicinal, pelo período de 12 (doze) meses, incluído providências para instalação completa dos sistemas respectivos, com construção civil, elétrica, mecânica e hidráulica, bem como outros insumos necessários para seu devido funcionamento, considerando na prestação do serviço a montagem e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras, para atender as necessidades do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HEURO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.597.955/0015-95	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Não	Não	1	R\$ 396.000,0000	R\$ 396.000,0000	09/02/2022 13:25:38
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - O Sistema de geração de ar medicinal conta com pelo menos dois (02) compressores, que funcionam em sistema de revezamento; - O módulo/central de ar comprimido medicinal, possui os equipamentos de acordo com os padrões e normas técnicas atualizadas, como RDC nº 50, RDC nº 307, NBR 12.188 entre outras; - O sistema irá gerar ar comprimido com as especificações técnicas mínimas:O2: 20,4 % a 21,4 % ; - CO máximo: 5ppm ; - CO2 máximo: 500 ppm - SO2 máximo: 1ppm ; - NOX máximo: 2ppm ; - Óleos e partículas sólida: 0,1 mg/m3 - Ponto de Orvalho: - 45,5 ° C referido a pressão atmosférica (máximo vapor de água:67 ppm) ; - Consumo p/ leito: 12 l/min ~0,72 m³/h ; - Simultaneidade: 100% ; - Tempo de uso: 24horas ; - Consumo para unidade considerando margem de segurança de 30%: 64,45 m³/hora; - Total de Consumo/mês: 46.404 m³/mês - Total de Consumo/ano: 556.848 m³/ano. MARCA: Valmig. MODELO: Airmed WM B - STD 100 220T. FABRICANTE: Valmig. Quantidade: 12 meses. Unidade: Serviço. Valor Unitário/Mensal: R\$ 33.000,00. Valor Total: R\$ 396.000,00(trezentos e noventa e seis mil reais).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 396.000,0000	34.597.955/0015-95	15/02/2022 10:00:02:083
R\$ 113.891,1600	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:00:02:083
R\$ 113.890,8000	22.677.012/0001-98	15/02/2022 10:00:02:083
R\$ 113.760,0000	21.519.208/0001-91	15/02/2022 10:00:02:083
R\$ 108.072,0000	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:06:22:213
R\$ 105.907,0000	21.519.208/0001-91	15/02/2022 10:08:19:913
R\$ 100.611,0000	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:09:15:927
R\$ 98.500,0000	21.519.208/0001-91	15/02/2022 10:12:33:917
R\$ 100.600,0000	22.677.012/0001-98	15/02/2022 10:12:44:807
R\$ 93.575,0000	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:13:03:913
R\$ 91.700,0000	21.519.208/0001-91	15/02/2022 10:14:45:410
R\$ 93.500,0000	22.677.012/0001-98	15/02/2022 10:14:47:317

R\$ 87.115,0000	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:15:15:090
R\$ 91.600,0000	22.677.012/0001-98	15/02/2022 10:16:50:017
R\$ 85.372,0000	21.519.208/0001-91	15/02/2022 10:17:41:840
R\$ 81.103,0000	03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:18:00:697
R\$ 85.300,0000	22.677.012/0001-98	15/02/2022 10:19:07:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/02/2022 10:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/02/2022 10:21:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/02/2022 10:21:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:36:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00.
Aceite de proposta	03/03/2022 15:02:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 81.103,0000 e com valor negociado a R\$ 81.102,9600. Motivo: Valor ajustado conforme proposta juntada aos autos e negociação realizada no chat de mensagens.
Habilitação de fornecedor	07/03/2022 10:07:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/02/2022 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/02/2022 10:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	15/02/2022 10:01:05	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 819/2021/SIGMA/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	15/02/2022 10:01:16	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	15/02/2022 10:01:28	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	15/02/2022 10:01:39	NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO. LEMBRAMOS RONDÔNIA APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA E O EXPEDIENTE DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA LICITAÇÃO VAI ATÉ ÀS 14h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Pregoeiro	15/02/2022 10:01:53	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	15/02/2022 10:02:12	Bom trabalho a todos!
Sistema	15/02/2022 10:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/02/2022 10:21:08	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/02/2022 10:21:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/02/2022 10:26:07	Encerrada a fase de lances, vamos proceder com a negociação de preços e em seguida convocação para envio de proposta ajustada.
Pregoeiro	15/02/2022 10:26:19	É importante para o desenvolvimento da sessão que as empresas se manifestem quando convocadas, evitando assim, transtornos futuros para a própria empresa e principalmente

para a Administração.

Pregoeiro	15/02/2022 10:29:59	Para SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, vossa empresa é a primeira colocada após a fase de lances. O chat está disponível para manifestação quanto a apresentação de melhor oferta.
03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:31:46	Sr pregoeiro bom dia o valor ofertado é nosso melhor preço.
Pregoeiro	15/02/2022 10:35:52	Para SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Considerando que o valor ofertado está em conformidade com o estimado nos autos, vamos proceder a abertura do campo anexo para que encaminhe a proposta ajustada ao último lance ofertado.
Sistema	15/02/2022 10:36:09	Senhor fornecedor SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
03.184.220/0001-00	15/02/2022 10:37:23	estaremos encaminhando a proposta
Sistema	15/02/2022 10:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.184.220/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/02/2022 10:51:51	Recebida a proposta ajustada a Pregoeira informa que o certame está suspenso por tempo indeterminado para que a Unidade requisitante realize a avaliação técnica da documentação apresentada pela empresa SEPARAR.
Pregoeiro	15/02/2022 10:55:27	Os interessados deverão acompanhar no sistema Comprasnet, neste chat de mensagens quando será designada nova data para resultado da análise e demais procedimentos. A data para prosseguimento será divulgada, sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas.
Pregoeiro	03/03/2022 15:04:38	A Pregoeira informa que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica da proposta e dos documentos de habilitação apresentados ao certame no dia 07.03.2022 as 10hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/03/2022 10:06:18	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	07/03/2022 10:06:36	Concluída a avaliação técnica da proposta e dos documentos de habilitação apresentados pela primeira colocada a empresa SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, com base no parecer técnico emitido a Pregoeira decide CLASSIFICAR a proposta, bem como HABILITAR a referida empresa.
Sistema	07/03/2022 10:07:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/03/2022 10:07:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/03/2022 às 10:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/02/2022 09:42:31	
Abertura da sessão pública	15/02/2022 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	15/02/2022 10:21:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/03/2022 10:07:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/03/2022 10:07:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/03/2022 às 10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:31 horas do dia 07 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe de Apoio

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe de Apoio

Voltar

