



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer nº 8/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350758/2020-31						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2021/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
29	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 16, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
30	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 18, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR,	NRX MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO

	EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DEVALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.					(EM POLIURETANO). O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
		NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	
31	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 20, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
32	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 22, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).
33	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º. 24, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATÓXICO, APIROGÊNCIO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NOEM MEDICAL	SOLIDOR	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM FEP (etileno propileno fluorado), NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO (EM POLIURETANO).

Porto Velho, 27 de janeiro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 15/02/2022, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024075752** e o código CRC **8D7B3E87**.

---