



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia - LACEN

DESPACHO

De: LACEN-ASTEC

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0046.252697/2021-17

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022.

Senhora Pregoeira,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste prestar o devido esclarecimento ao questionamento da Empresa [REDACTED], referente ao pregão eletrônico Nº 40/2022/DELTA/SUPEL/RO. Pede-se:

Item 2 – CONJUNTO DE KITS REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO AUTOMÁTICA POR BEADS MAGNÉTICOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA) DE BACTÉRIAS.

Neste item consta: “... finalidade de extração e purificação de DNA de bactérias em amostras humanas...” Gostaríamos de saber qual ou quais são as matrizes nas quais essas amostras estão, por exemplo, sangue, saliva etc. Quais amostras serão comumente utilizadas com o kit?

Segue as matrizes (tipos de amostras biológicas) necessárias para a realização das análises pretendidas:

DESCRIÇÃO DO AGRAVO/ANÁLISE	MATERIAL BIOLÓGICO (MATRIZ BIOLÓGICA)
BKV – POLIOMAVÍRUS	URINA
CITOMEGALOVÍRUS	LÍQUOR, SORO/PLASMA
COQUELUCHE	SECREÇÃO DE NASOFARINGE
MENINGITE BACTERIANA	ISOLADO BACTERIANO (CEPA), LÍQUOR
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISOLADO BACTERIANO (CEPA)

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Linhares Ferreira de Melo Mendonca, Assessor(a)**, em 07/03/2022, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cicileia Correia da Silva, Chefe de Unidade**, em 07/03/2022, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024438847** e o código CRC **383683F5**.