



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Esclarecimento PE 89/2022 - Item 01 - Ventilador Pulmonar

1 mensagem

Tulio Oliveira - Leistung <licita@leistungbrasil.com>
Para: sigma.supel@gmail.com

29 de março de 2022 09:52

Bom dia!

Analisando o edital do **Pregão Eletrônico 89/2022 – Item 01 – Ventilador Pulmonar**, percebemos em seu descritivo técnico que há a exigência de “**06 Máscaras de Venturi**”. Esse item não é utilizado comumente em ventiladores pulmonares eletrônicos microprocessados. Dessa maneira solicito esclarecimentos quanto a:

1. Mais informações (técnicas, imagens ilustrativas) sobre o tipo de máscara solicitada para a melhor indicação da nossa proposta; e
2. Se será aceita a máscara em silicone para VNI largamente utilizada em ventiladores pulmonares.

Aguardamos a informação para finalização da proposta da maneira que melhor atenda ao órgão.

Favor confirmar recebimento.

Tulio Oliveira

Licitações

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**

Rua João Ropelatto, 202
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - Brasil
CEP: 89265-520
+55 (47) 3371-2741 / (47) 3371-9267
www.leistungbrasil.com



As informações contidas nesta mensagem podem ser confidenciais. Foi enviado para uso exclusivo do (s) destinatário (s) pretendido (s). Se o leitor desta mensagem não for o destinatário pretendido, você está notificado que qualquer leitura, uso, publicação, disseminação, distribuição ou cópia desta comunicação ou seu conteúdo é estritamente proibido. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, agradeceremos por nos notificar por e-mail imediatamente e excluí-la do seu sistema.