



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036294704202088
1.2. Nº Procedimento	PE 00236/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Bomba Injetora de Contraste, Suporte de Soro para Ressonância Magnética) para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, visando atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, assistindo a unidade Hospital Regional de Cacoal - HRC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	05.993.698/0001-07	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2	13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL - EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
2	2	Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamento para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio. Haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	15/04/2021	ELABORAÇÃO DO EDITAL	16/04/2021	1
2	20/04/2021	ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA ANÁLISE DO EDITAL	28/05/2021	38
3	31/05/2021	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA RETIFICAÇÃO DO EDITAL	08/11/2021	161
4	18/11/2021	ENVIO DOS AUTOS À GEPEAP PARA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS	24/11/2021	6
5	06/12/2021	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ ENVIO DOS AUTOS À PGE PARA REANÁLISE DE MINUTA DO EDITAL À LUZ DO NOVO DECRETO n. 26.182/2021	23/12/2021	17
6	06/01/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA ADEQUAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA	19/01/2022	13
7	20/01/2022	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	31/01/2022	11
8	31/01/2022	AGUARDANDO ABERTURA	11/02/2022	11
9	11/02/2022	ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS/	14/02/2022	3
10	14/02/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA ANÁLISE TÉCNICA	21/03/2022	35
11	22/03/2022	ENVIO DOS AUTOS À GECOMP PARA NOVA ANÁLISE DE PROPOSTA	13/04/2022	22
12	14/04/2022	JUSTIFICATIVA DA ANÁLISE TÉCNICA/SESSÃO DE CONTINUIDADE/FINALIZAÇÃO/ CERTAME FRACASSADO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	19/04/2022	5
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 323

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 19 de abril de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe Apoio
Matrícula 300114886

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO
Equipe Apoio
Matrícula 300130071