



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC

DESPACHO

De: LEPAC-ASTEC

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0062.404223/2021-51

Assunto: Resposta pedido de esclarecimento [REDACTED] - Pregão Eletrônico nº 095/2022

Senhora Pregoeira,

1. Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste expediente em atenção ao Despacho SUPEL-DELTA (0028683842) referente ao pedido de esclarecimento [REDACTED] - Pregão Eletrônico nº 095/2022 esclarecer o que segue;

2. Quanto ao seguinte questionamento:

2.1. **Em qual momento e como será verificado essa necessidade (fornecimento de equipamentos especiais - 06 centrífugas)? Somente depois da entrega e uso dos tubos? Ou seja, não é necessário que a proposta de Pregão contemple os 06 (seis) equipamentos (centrífugas) ?**

2.1.1. Existem sistemas de coletas de amostras disponíveis no mercado que requerem equipamentos especiais - centrífuga, compatíveis com os mesmos. Cada fornecedor deve ser conhecedor da necessidade de tais equipamentos para utilização em conjunto com insumos ofertados (**tubo à Vácuo ou Tubo seringa**), devendo para tanto formular sua proposta considerando a disponibilização de tais equipamentos em conformidade com o solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2022, **sem que estes gerem ônus adicionais para a Administração**, ou seja, os custos devem ser diluídos no valor unitário totalizando consequentemente o valor de cada item ofertado, fazendo-se constar na proposta "pré-Pregão".

2.2. **Caso seja necessário as centrífugas, de qual forma deve ser apresentada: locação, comodato, venda?**

2.2.1. Conforme disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2022 e já respondido no quesito anterior o fornecimento deverá ser SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços ou enquanto durarem os estoques dos itens adquiridos.

2.3. **A necessidade de centrífugas estão relacionadas as quais itens? Visto que o pregão não está relacionado por lote, não há como relacionar os equipamentos a todos os itens participar de quantos itens desejarem.**

2.3.1. Conforme já colacionado no parágrafo 2.1.1 "Cada fornecedor deve ser conhecedor da necessidade de tais equipamentos para utilização em conjunto com insumos ofertados (**tubo à Vácuo ou Tubo seringa**), ... devendo para tanto formular sua proposta considerando a disponibilização de tais equipamentos cujos custos devem ser diluídos no valor unitário totalizando o valor de cada item ofertado ...".

2.4. **No mais, informo que dispomos de centrifugas com capacidade de 06 (seis), 12(doze) e 24(vinte e quatro) tubos. Ante o exposto será aceito nossa proposta?**

2.4.1. Se os insumos ofertados (**tubo à Vácuo ou Tubo seringa**) requererem a utilização de equipamentos especiais - centrifugas, estes deverão ser em conformidade com o requisito do Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2022, qual seja: **06 (seis) equipamentos (centrifugas) sendo estas pelo menos: 4(quatro) com capacidade mínima de 36 (trinta e seis) tubos e 02 (duas) com capacidade mínima de 16 (dezesseis) tubos durante toda a vigência da ATA assim como enquanto durarem os estoques dos itens/tubos adquiridos, sem ônus para a contratante. Do contrário não será necessário a oferta de equipamentos especiais - centrifugas.**

3. Sendo o que há para o instante, retornamos os para demais providências e continuidade do certame.

Atenciosamente.

ALEX MUNIZ
ASTEC/LEPAC/SESAU/RO

PAULO JOSÉ GIROLDI
COORDENADOR GERAL/LEPAC/SESAU/RO



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alex dos Santos Muniz, Técnico**, em 10/05/2022, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Jose Giroldi, Assessor(a)**, em 10/05/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0028689778** e o código CRC **CB8D6DB7**.