

**Solicitação - Esclarecimentos - PE 095/2022 - DELTA/SUPEL/RO**

2 mensagens

Prezados bom dia;

A empresa [REDACTED], por intermédio de sua representante legal a Sra. Adara Almeida de [REDACTED] vem tempestivamente solicitar esclarecimentos relativo ao PE nº. 095/2022 que será realizado dia 13/05/2022 às 09H30, referente **aos equipamentos**.

Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

****A empresa vencedora, em havendo necessidade de equipamentos especiais para centrifugação dos tubos ofertados, será responsável pela instalação e manutenção de aproximadamente (centrifugas) sendo estas pelo menos: 4(quatro) com capacidade mínima de 36 (trinta e seis) tubos e 02 (duas) com capacidade mínima de 16 (dezesesseis) tubos durante toda a vigência da obra, durarem os estoques dos itens/tubos adquiridos, sem ônus para a contratante.*

Conforme copilado acima, o Edital solicita "...em havendo necessidade...06 (seis) equipamentos (centrifugas) " .

Dessa forma, questiono em qual momento e como será verificado essa necessidade? Somente depois da entrega e uso dos tubos? Ou seja, **não é necessário** que a proposta de pre Pregão contemple os 06 (seis) equipamentos (centrifugas) ?

Em complemento ainda questiono:

- Caso seja necessário as centrifugas, de qual forma deve ser apresentada: locação, comodato, venda?
- A necessidade de centrifugas estão relacionadas as quais itens? Visto que o pregão não está relacionado por lote, não há como relacionar os equipamentos a todos os itens participar de quantos itens desejarem.

No mais, informo que dispomos de centrifugas com capacidade de 06 (seis), 12(doze) e 24(vinte e quatro) tubos.

Ante o exposto será aceito nossa proposta?

Desde já, agradeço a atenção dispensada e aguardo breve retorno para viabilizar a nossa participação neste processo.

Atenciosamente,

Envio ou cópia desta comunicação é estritamente pr

this communication is strictly prohibited. Anyone wh

10 de maio de 2022 08:20

10/05/2022 08:20

Gmail - Solicitação - Esclarecimentos - PE 095/2022 - DELTA/SUPEL/RO

Sr. licitante, bom dia!

Acusamos o recebimento deste email, informamos ainda que seu questionamento fora encaminhado à Secretaria de Saúde para manifestação.

Atenciosamente,
Roseanna Silva - Equipe de apoio

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Governo do Estado de Rondônia
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO
Equipe DELTA
(69) 3212-9265