

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	005715005202160
1.2. Nº Procedimento	PE 00294/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Aquisição de Equipamentos Hospitalares para atender o HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO - HICD.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA
2	71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
3	23.543.006/0001-00	WAVECODE EIRELI
4	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA
5	09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPITALAR EXP. & IMP. - EIRELI
6	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
7	01.298.443/0001-73	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
8	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
9	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA
10	27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
11	33.921.755/0002-69	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
12	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
13	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
14	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI
15	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
16	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
17	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI
18	25.252.533/0001-91	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	SIM	NÃO
2	71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO
3	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	SIM	NÃO
4	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	SIM	NÃO
5	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO
6	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	SIM	NÃO
7	02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SIM	SIM
8	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	SIM	NÃO	R\$ 19.284,00	R\$ 18.933,60	-1,82%
2	71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 110.287,50	R\$ 100.000,00	-9,33%
3	13.200.879/0001-67	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	SIM	NÃO	R\$ 20.525,00	R\$ 15.000,00	-26,92%
5	68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 4.294,56	R\$ 2.899,98	-32,47%
7	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 6.021,65	R\$ 6.000,00	-0,36%
9	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 1.120,98	R\$ 1.099,56	-1,91%
10	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 12.551,96	R\$ 6.800,00	-45,83%
11	02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SIM	SIM	R\$ 2.633,19	R\$ 2.499,99	-5,06%
14	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	SIM	NÃO	R\$ 6.746,80	R\$ 3.700,00	-45,16%
15	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	R\$ 206.836,00	R\$ 130.000,00	-37,15%
TOTAIS					R\$ 390.301,64	R\$ 286.933,13	-26,48%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	4	Esfigmomanômetro de pedestal para medições de pressões Não Invasivas. Características técnicas mínimas: Esfigmomanômetro com pedestal em aço pintado; Deve possuir fecho em nylon; Deve acompanhar braçadeira, manguito, pera e válvula com rosca; Capacidade de medida de 0 a 300 mmHg; Deve ser fornecido com todos acessórios para pleno funcionamento; Garantia de no mínimo 01 ano; Deve possuir registro na ANVISA;
2	6	Ultrassom para Fisioterapia - Equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. Características técnicas mínimas: Potência máxima de saída de 21W; Deve possuir modo de emissão contínua e pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição de pulso de 100Hz, 48Hz ou 16Hz e com razão de pulso de 1/2(50%) e 1/5 (20%); Área efetiva de Radiação (ERA) de aproximadamente 7cm²; Deve acompanhar acessórios, cabos e conectores indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento; Alimentação Elétrica: Deve ser Bivolt. Automático; Garantia mínima de 12(doze) meses; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; O equipamento deve possuir registro na ANVISA.
3	8	Mesa de Mayo - Equipamento micro controlado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia. Características técnicas mínimas: Potência máxima de saída de 21W; Deve possuir modo de emissão contínua e pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição de pulso de 100Hz, 48Hz ou 16Hz e com razão de pulso de 1/2(50%) e 1/5 (20%); Área efetiva de Radiação (ERA) de aproximadamente 7cm²; Deve acompanhar acessórios, cabos e conectores indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento Alimentação Elétrica: Deve ser Bivolt. Automático; Garantia mínima de 12(doze) meses; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; O equipamento deve possuir registro na ANVISA.
4	12	Laringoscópio fibra ótica Infantil I completo. Características técnicas mínimas: Deve possuir corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização em área hospitalar; Deve possuir alimentação elétrica por pilha ou bateria; Possuir lâmpada de alta luminosidade com condução de fibra ótica; Deve acompanhar um conjunto de lâminas curvas: Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Lâmina 3; Lâmina 4; Deve acompanhar um conjunto de lâminas retas: Lâmina 00; Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Lâmina 3; Encaixe de padrão internacional; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Deve acompanhar pilhas ou baterias recarregáveis com cabo e carregador; Garantia mínima de 12(doze) meses sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; O equipamento deve possuir registro na ANVISA.
5	13	Monitor Multi paramétrico completo com PI e Capnografia. Características técnicas mínimas: Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Monitor Multi paramétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva e capnografia; Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen); Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes; Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa); Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch screen; Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ45; Funcionamento em rede elétrica 110-220V bivolt ...
6	16	Carro Maca de Transporte, do tipo leito com elevações hidráulicas e rádio transparente. Características técnicas mínimas: Material aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado; Rodas de 6", em material termoplástico de alta resistência; Movimento de elevação hidráulico; Movimentos de dorso; Dimensões aproximadas: Comprimento até 2,00 m, largura cerca de 0,65 m, altura máxima de cerca de 0,95 m; Capacidade máxima de carga de no mínimo até 250 kg; Suporte para soro em aço inox com 02 ganchos; Leito em Material 100% Rádio transparente; Garantia mínima de 12(doze) meses; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração; O equipamento deve possuir registro na ANVISA.
7	17	Cardioversor para uso adulto e pediátrico para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo. Características técnicas mínimas: Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve possuir tela de LCD Colorida ou Eletroluminescente (EL) de, pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria recarregável com autonomia mínima para 100 descargas em carga máxima; Grau de proteção contra ingresso de sólidos e água (operação por baterias e/ou na rede elétrica): pelo menos, IP21; Deve possuir rotina de testes a ser aplicada pelo usuário (Teste do Usuário ou User Test). Terapias Elétricas: Deve contar com saída única de conexão para pás rígidas de desfibrilação ...
8	18	Carro de Emergência para UTI. Características técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado; Fechamentos laterais e traseiro em poliuretano ou chapa de aço fosfatizada ou material de qualidade superior; Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais; Mínimo de 03 gavetas, na parte superior, confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo de aproximadamente 150mm de altura, no mínimo, para armazenamento de materiais de procedimentos compartimentado inferior com tampa escamoteável ou basculante sendo aceita gaveta, em seu lugar, com altura aproximada de 300mm, no mínimo; Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas; As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 18 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca; Suporte de soro ajustável na altura; ...
9	19	Aparelho/Sistema de aquecimento controlado por microprocessador compatível com amanta térmica descartável CSZ. Características técnicas mínimas: Alimentação Bivolt. Garantia mínima de 12(doze) meses; Deve possuir registro na ANVISA.
10	20	Aparelho/Sistema de aquecimento controlado por microprocessador compatível com amanta térmica descartável CSZ. Características técnicas mínimas: Alimentação Bivolt. Garantia mínima de 12(doze) meses; Deve possuir registro na ANVISA.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	06/05/2021	Elaboração do edital	07/05/2021	1
2	06/05/2021	Envio dos autos à GEPEAP-SUPEL para ajustes no quadro comparativo	07/05/2021	1
3	07/05/2021	Elaboração do edital	10/05/2021	3
4	10/05/2021	Envio dos autos à PGE para análise do edital	27/05/2021	17
5	27/05/2021	Envio dos autos ao HICD-SESAU para ajustes no termo de referência	09/06/2021	13
6	10/06/2021	Retificação do edital/ publicações de aviso de licitação	11/06/2021	1
7	11/06/2021	Aguardando abertura	18/06/2021	7
8	18/06/2021	Pedidos de esclarecimentos/impugnações recebidos/ envio dos autos à Secretaria para análise e resposta	06/08/2021	49
9	09/08/2021	Envio dos autos a GEPEAP para novas cotações	05/10/2021	57
10	06/10/2021	Atualizações dos preços de itens - edital em andamento.	26/10/2021	20
11	04/11/2021	Adendo modificador/ publicações/ Aguardando abertura	22/11/2021	18
12	05/11/2021	Publicação de resposta as empresas	06/11/2021	1
13	12/11/2021	Impugnação G&E envio dos autos para análise e manifestação	16/11/2021	4
14	12/11/2021	Abertura/ impugnações/esclarecimentos/ envio dos autos ao HICD_GAF para análise e manifestação dos pedidos	13/11/2021	1
15	12/11/2021	Adendo esclarecedor	13/11/2021	1
16	16/11/2021	Envio dos autos ao HICD-GAF para análise e manifestação acerca de impugnação e pedido de esclarecimentos	14/12/2021	28
17	22/11/2021	Publicação de suspensão	23/11/2021	1
18	30/12/2021	Encaminhamento à Gepeap para nova pesquisa de preços	28/03/2022	88
19	30/12/2021	Tendo em vista as alterações trazidas no doc. sei n. 0022836327 e conseqüentemente a necessidade de uma nova pesquisa de preço para itens que tiveram seu descritivo alterado, foi encaminhado ao HICD para providências	31/12/2021	1
20	08/04/2022	Termo de análise e manifestação de impugnações e esclarecimentos/ envio de respostas às empresas	09/04/2022	1
21	08/04/2022	Retificação do edital/ publicações/ aguardando abertura	12/04/2022	4
22	12/04/2022	Pedido de impugnação recebido/ envio dos autos a Secretaria para análise e manifestação/ resposta	26/04/2022	14
23	28/04/2022	Abertura/ aceitação de propostas	03/05/2022	5
24	03/05/2022	Envio dos autos a Secretaria para análise das propostas	11/05/2022	8
25	13/05/2022	Reenvio dos autos para nova análise técnica das propostas	14/05/2022	1
26	16/05/2022	Sessão de continuidade/ habilitação/ finalização/ emissão do relatório final	20/05/2022	4
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 349

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 20 de maio de 2022 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial

Matrícula 300061141

JÉSSICA BAZÁN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio
Matrícula 300130071
