



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia - LACEN
Assessoria Técnica - LACEN-ASTEC

Parecer nº 2/2022/LACEN-ASTEC

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS

ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 848/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51 - Tipo: **MENOR PREÇO POR LOTE, DEVENDO SER RESPEITADO O VALOR ESTIMADO PARA CADA ITEM DO LOTE.** Adjudicação: **Por LOTE.**

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no *fornecimento de Sistemas de Automação Laboratorial (equipamentos) e todos os materiais, reagentes e acessórios necessários à realização de TESTES de BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HEMOSTASIA em atendimento ao programas e projetos prioritários do governo (SISTEMA SGPP) sistema mantido pelo setor de desenvolvimento da CASA CIVIL SOMAR (Comitê de Soluções para Melhoria e Alcance de Resultados) do Estado de Rondônia, quanto a Ampliação do acesso ao diagnóstico laboratorial das hepatites virais, e outros necessários à realização de exames laboratoriais de importância médica assim como aos de monitoramento das doenças/agravos entre outros programas preconizados pelo ministério da Saúde,* tendo como unidade de referência o *Laboratório de Fronteira de Rondônia - LAFRON/Guarará Mirim/RO, de acordo com as condições e especificações discriminadas em Termo de Referência,* por um período de 12 (doze) meses, de forma continuada.

1. A equipe técnica deste LACEN/RO, em atenção ao Despacho SUPEL-DELTA (0028234075), no exercício de suas atribuições, após Análise das propostas enviadas pelas empresas, relacionadas abaixo, acostada ao norte do Processo Administrativo: **0046.188575/2021-51**, proferiu o resultado da análise das propostas do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 848/2021/DELTA/SUPEL/RO.**

- PROPOSTAS DAS EMPRESAS

(1) CYN FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/MF: 10.541.396/0001-38 - PROPOSTA: (0028232958)

(2) REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/MF: 10.541.396/0001-38 - PROPOSTA (0028233453)

Das análise das propostas recebidas:

2. Dos critérios de análise constante no Edital **PE 848/2021/DELTA/SUPEL/RO**, preferimos o que segue:

a) **DO PREÇO:** Quanto ao valor proposto ficará a critério da equipe SUPEL/DELTA definir o critério de valores propostos conforme Termo de Referência e no Edital **PE 848/2021/DELTA/SUPEL/RO, devendo ser MENOR PREÇO POR LOTE, DEVENDO SER RESPEITADO O VALOR ESTIMADO PARA CADA ITEM DO LOTE.**

b) **Prazo de Entrega e a execução do serviço:** Quanto ao Prazo de entrega as licitantes se comprometeram conforme determina Termo de Referência e no Edital **PE 848/2021/DELTA/SUPEL/RO através das propostas.**

c) **DA CONFORMIDADE TÉCNICA:** Da análise de conformidade técnica conforme consta no Edital **PE 848/2021/DELTA/SUPEL/RO** quanto a especificação técnica dos produtos ofertados, emitimos o seguinte parecer:

01 - Empresa CYN FARMA - Proposta (0028232958)

DOS REAGENTES

Item	Procedimento Tabela SUS/MS	Especificação/Descrição/Exame	Valor Tabela SUS/MS	UNIDADE	ESTIMATIVA ANUAL MÍNIMA	ESTIMATIVA ANUAL MÁXIMA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REG. ANVISA	ANALISE REQUISITO exigências do PREGÃO ELETRÔNICO Nº.489/2021/SUPEL/RO
1	020201012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1,85	Serviço de fornecimento	9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,25	15.000,00	80022230065	ATENDE

2	020201018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25	de equipamentos e insumos para realização de testes	9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,66	19.920,00	80022230070	ATENDE
3	020201020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	2,01		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,66	19.920,00	80022230104	ATENDE
4	020201020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	2,01		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,66	19.920,00	80022230104	ATENDE
5	020201021-0	DOSAGEM DE CÁLCIO	1,85		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,50	18.000,00	80022230069	ATENDE
6	020201032-5	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	3,68		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,25	39.000,00	80022230186	ATENDE
7	020201033-3	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	4,12		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,68	44.160,00	80022230188	NÃO ATENDE Necessita preparar Reagente de Trabalho
8	020201029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,60	19.200,00	80022230064	ATENDE
9	020201027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,15	37.800,00	80022230068	ATENDE
10	020201026-0	DOSAGEM DE CLORETOS	1,85		9.600	12.000	SNIBE	1,68	20.160,00	80102512512	ATENDE
11	020201031-7	DOSAGEM DE CREATININA SÉRICA	1,85		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,85	22.200,00	80022230066	NÃO ATENDE Necessita preparar Reagente de Trabalho
12	020201036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)	3,68		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,44	41.280,00	10303460290*	NÃO ATENDE Anvisa diferente da marca apresentada MARCA: HUMASTAR 600 FABRICANTE: HUMAN GMBH - ALEMANHA
13	020201039-2	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	3,51		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,28	39.360,00	80022230079	ATENDE
14	020201038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59		9.600	12.000	GOLD ANALISA	12,00	144.000,00	80615950118*	NÃO ATENDE Anvisa diferente da marca apresentada MARCA: SPINREACT FABRICANTE: SPINREACT S.A/S.A.U - ESPANHA
15	020201042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,84	22.080,00	80022230142	ATENDE
16	020201043-0	DOSAGEM DE FÓSFORO	1,85		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,68	20.160,00	80022230097	ATENDE
17	020201046-5	DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT	3,51		9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,28	39.360,00	80022230076	NÃO ATENDE Necessita preparar Reagente de Trabalho
18	020201047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85		9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,68	20.160,00	80022230067	ATENDE
19	020201053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68		9.600	12.000	ELITECH	3,37	40.440,00	80615950009	ATENDE
20	020201055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25		9.600	12.000	ELITECH	2,25	27.000,00	80022230168	NÃO ATENDE Anvisa diferente da marca apresentada MARCA: GOLD ANALISA FABRICANTE: GOLD ANALISA DIAGNÓSTICA LTDA - BRASIL
21	020201056-2	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	2,01		9.600	12.000	GOLD ANALISA	2,01	24.120,00	80615950024	NÃO ATENDE Anvisa diferente da marca apresentada MARCA: ELITECH FABRICANTE: ELITECH CLINICAL SYSTEMS SAS - FRANÇA
22	020201060-0	DOSAGEM DE POTÁSSIO	1,85		9.600	12.000	SNIBE	1,85	22.200,00	80102512512	ATENDE

23	020203008-3	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	9,25
		DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de ALBUMINA nas quantidades especificadas.	1,85
24	020201062-7	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	2,04
25	020205011-4	DOSAGEM DE SÓDIO	1,85
26	020201063-5	DOSAGEM DE TGO/AST	2,01
27	020201064-3	DOSAGEM DE TGP/ALT	2,01
28	020201065-1	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	3,51
29	020201067-8	DOSAGEM DE UREIA	1,85
30	020201069-4	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11
31	020202038-0	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73
32	020202002-6	CONTAGEM RETICULÓCITOS	2,73
33	020202003-7	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS LIQUIDOS CAVITARIOS	1,89
34	020209006-0	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS LIQUIDOS CAVITARIOS	1,89
35	020209005-1	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73
36	020202014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)	5,77
37	020202013-4	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	4,60
38	020202029-0	DOSAGEM DE DÍMERO-D	-
39	Procedimento NÃO CONSTANTE		

9.600	12.000	GOLD ANALISA	6,48	77.760,00	80615950066	NÃO ATENDE Anvisa diferente da marca apresentada MARCA: SPINREACT FABRICANTE: SPINREACT S.A/S.A.U - ESPANHA
9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,50	18.000,00	80022230078	NÃO ATENDE ANVISA 80022230078 nao pertence ao reagente apresentado esta e pertencente ao reagente PROTEINURIA GOLD ANALISA
4.800	6.000	GOLD ANALISA	1,50	9.000,00	80022230078	ATENDE
9.600	12.000	SNIBE	1,68	20.160,00	80102512512	ATENDE
9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,67	20.040,00	80022230083	NÃO ATENDE Necessita preparar Reagente de Trabalho.
9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,84	22.080,00	80022230086	NÃO ATENDE Necessita preparar Reagente de Trabalho.
9.600	12.000	GOLD ANALISA	3,21	38.520,00	80022230062	ATENDE
9.600	12.000	GOLD ANALISA	1,68	20.160,00	80022230075	ATENDE
9.600	12.000	HORIBA	4,11	49.320,00	SOLUÇÃO PARA HEMATOLOGIA	ATENDE
2.480	3.100	HORIBA	2,73	8.463,00		ATENDE
2.480	3.100	HORIBA	2,73	8.463,00		ATENDE
2.480	3.100	HORIBA	1,89	5.859,00	10347320188 - (ABX Lysebio)	ATENDE
					10347320039 - (ABX BASOLYSE II)	
					10347320004 - (ABX CLEANER)	
2.480	3.100	HORIBA	1,89	5.859,00	10347320011 - (ABX DILUENT)	ATENDE
					10347320019 - (ABX EOSINOFIX)	
					10347320184 - (ABX FLUOCYTE)	
9.600	12.000	HORIBA	2,73	32.760,00	10347320333	ATENDE
9.600	12.000	HORIBA	5,77	69.240,00	10347320334	ATENDE
9.600	12.000	HORIBA	4,60	55.200,00	10347320328	ATENDE
9.600	12.000	BIOCON - AFR 200	25,80	309.600,00	80638720182*	NÃO ATENDE Para o exame D-Dimero, ofertado apresenta metodologia divergente da exigida (FIA - imunodeteção por fluorescência) (NÃO ATENDE a

especificação TR e SAMS do PE 848/2021 - Solicita princípio de medição: colorimétricas, enzimáticas, ISE, imunoturbidimétricas;)

DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	UNIDADE ATENDIDA	ITEM	UND	QUANT.	EQUIPAMENTO	MARCA	RG. ANVISA	ANALISE DO REQUISITO
1	LAFRON	BIOQUIMCA	UND	1	BIOSSAYS 240plus + MODULO ISE	SNIBE	80102512186 Extraído site ANVISA/MS pela equipe técnica do LACEN/RO	<p>NÃO ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51, nos seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipamento ofertado trabalha com lavagem automática das cubetas (NÃO ATENDE a especificação TR e SAMS do PE 848/2021 - solicita cubetas de reação descartáveis) Equipamento ofertado apresenta somente 01(um) mecanismo de pipetagem de amostras e reagentes (NÃO ATENDE a especificação TR e SAMS do PE 848/2021 - Solicita 02(duas) pipetas para pipetagem de amostras e reativos com lavagem interna e externa para evitar o efeito "arrasto" entre os testes ambas com sensor de nível.) Equipamento ofertado trabalha com sistema de reagentes "tipo aberto" para rotina conforme lista de reagentes apresentada/ofertada (NÃO ATENDE a especificação TR e SAMS do PE 848/2021 - Solicita que os insumos próprios para a realização dos exames contratados deverão ser do tipo "frascos dedicados prontos pra uso", Analisador de acesso randômico, sistema fechado para rotina e análises sendo todos os reagente, auxiliares e tampões deverão ser prontos para uso, exceto calibradores e controles que podem ser liofilizados.)
2	LAFRON	HEMATOLOGIA	UND	1	PENTRA XLR	HORIBA	10347320183	ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51.
3	LAFRON	HEMASTASIA	UND	1	YUMIZEN G800	HORIBA	10347320326	ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51.

02 - Empresa REAL DIAGNOSTICA - Proposta (0028233453)

DOS REAGENTES

Item	Procedimento Tabela SUS/MS	Especificação/Descrição/Exame	Valor Tabela SUS/MS	UNIDADE	ESTIMATIVA ANUAL MÍNIMA	ESTIMATIVA ANUAL MÁXIMA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REG. ANVISA	ANALISE REQUISITO exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N°.489/2021/SUPEL/RO
1	020201012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1,85	Serviço de fornecimento de equipamentos e insumos para realização de testes	9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410349	ATENDE
2	020201018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,25	27.000,00	10287410173	ATENDE
3	020201020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	2,01		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287410957	ATENDE
4	020201020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	2,01		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287411018	ATENDE
5	020201021-0	DOSAGEM DE CÁLCIO	1,85		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410977	ATENDE
6	020201032-5	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	3,68		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,68	44.160,00	10287410596	ATENDE
7	020201033-3	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	4,12		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	4,12	49.440,00	10287411298	ATENDE
8	020201029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410246	ATENDE
9	020201027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,51	42.120,00	10287411354	ATENDE
10	020201026-0	DOSAGEM DE CLORETOS	1,85		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410087	ATENDE

11	020201031-7	DOSAGEM DE CREATININA SÉRICA	1,85
12	020201036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)	3,68
13	020201039-2	DOSAGEM DE FÉRRIO SÉRICO	3,51
14	020201038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59
15	020201042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01
16	020201043-0	DOSAGEM DE FÓSFORO	1,85
17	020201046-5	DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT	3,51
18	020201047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85
19	020201053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68
20	020201055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25
21	020201056-2	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	2,01
22	020201060-0	DOSAGEM DE POTÁSSIO	1,85
23	020203008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	9,25
24	020201062-7	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de ALBUMINA nas quantidades especificadas.	1,85
25	020205011-4	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	2,04
26	020201063-5	DOSAGEM DE SÓDIO	1,85
27	020201064-3	DOSAGEM DE TGO/AST	2,01
28	020201065-1	DOSAGEM DE TGP/ALT	2,01
29	020201067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	3,51
30	020201069-4	DOSAGEM DE UREIA	1,85
31	020202038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11
32	020202002-6	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73
33	020202003-7	CONTAGEM RETICULÓCITOS	2,73
34	020209006-0	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS LIQUIDOS CAVITARIOS	1,89
35	020209005-1	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS LIQUIDOS CAVITARIOS	1,89

9.600	12.000	400 ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410570	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,68	44.160,00	10287410299	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,51	42.120,00	10287410583	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	15,59	187.080,00	10287410321	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287410645	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410187	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,51	42.120,00	10287410714	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410589	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,68	44.160,00	10287410777	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,25	27.000,00	10287410174	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287410979	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410720	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	9,25	111.000,00	10287410814	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410302 (Albumina) 10287410488 (Prot. Total)	<u>ATENDE</u>
4.800	6.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,04	12.240,00	10287410365	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410391	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287410316	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	2,01	24.120,00	10287410315	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	3,51	42.120,00	10287410536	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	1,85	22.200,00	10287410618	<u>ATENDE</u>
9.600	12.000	SYSMEX - NX-L 500	4,11	49.320,00	80015490090 (cellpack D)	<u>ATENDE</u>
2.480	3.100	SYSMEX - NX-L 500	2,73	8.463,00	80015490091 (lysercell)	<u>ATENDE</u>
2.480	3.100	SYSMEX - NX-L 500	2,73	8.463,00	80015490092 (fluorocell)	<u>ATENDE</u>
2.480	3.100	SYSMEX - NX-L 500	1,89	5.859,00	80015490050 (sulfolyser)	<u>ATENDE</u>

									80015490096 (família cellclean)		
36	020202014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73		9.600	12.000	ROCHE/T411	2,73	32.760,00	10287411177	ATENDE
37	020202013-4	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)	5,77		9.600	12.000	ROCHE/T411	5,77	69.240,00	10287411185	ATENDE
38	020202029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	4,60		9.600	12.000	ROCHE/T411	4,60	55.200,00	10287411339	ATENDE
39	Procedimento NÃO CONSTANTE na Tabela SUS/MS**	DOSAGEM DE DÍMERO-D	-		9.600	12.000	ROCHE/INTEGRA 400	30,76	369.120,00	10287411211	ATENDE

DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	UNIDADE ATENDIDA	ITEM	UND	QUANT.	EQUIPAMENTO	MARCA	RG. ANVISA	ANALISE DO REQUISITO
1	LAFRON	BIOQUIMICA	UND	1	INTEGRA 400	COBAS/ROCHE	10287410320	ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51
2	LAFRON	HEMATOLOGIA	UND	1	SYSMEX - NX-L 500	SYSMEX	80015490105	ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51
3	LAFRON	HEMAOSTASIA	UND	1	T411	COBAS/ROCHE	10287411195	ATENDE as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51

d) **Idoneidade do proponente:** A idoneidade da proponente e análise dos documentos de habilitação será realizada pela equipe SUPEL-SIGMA, tendo em vista esta Comissão não se qualificar apta a realizar análise de **Idoneidade do proponente** tais como: **índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 1º e 5º, balanço financeiro, os quais destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato**, nem tampouco possui acesso as ferramentas necessárias para análise (acesso ao SICAF, banco de inscrição de fornecedores inadimplentes e outros);

O Art. 43. § 3 da Lei Federal 8.666/93 determina que:

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

(Grifo nosso)

3. **DA CONCLUSÃO**

3.1. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) A Empresa CYN FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/MF: 10.541.396/0001-38 - PROPOSTA: (0028232958) - **NÃO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51, **no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS (7;11; 12; 14; 17; 20; 21; 23; 24; 27; 28; 39) e EQUIPAMENTOS OFERTADOS;**

b) A Empresa REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/MF: 10.541.396/0001-38 - PROPOSTA (0028233453) - **ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 848/2021/DELTA/SUPEL/RO**, - Processo Administrativo: 0046.188575/2021-51, **no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS e EQUIPAMENTOS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;**

4. Após análise técnica de toda a documentação acostada aos autos, sendo que a autenticidade das mesmas é de total responsabilidade de quem os produziu, concluímos como **FAVORÁVEL e DE ACORDO** com a proposta da empresa: REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/MF: 10.541.396/0001-38 - PROPOSTA (0028233453), acostadas nos autos desde que atendidos todos os requisitos constantes no **Anexo I do Termo de Referência Edital PE 848/2021/DELTA/SUPEL/RO;**

5. Desta feita, retornamos os autos para continuidade do certame.

Atenciosamente.

ELABORADO POR: João Alex dos Santos Muniz
Téc. Laboratório /ASTE/C/LACEN/SESAU/RO
Matrícula: 300068897

Ciciléia Correia da Silva
Diretora Geral-Biomédica/ LACEN/SESAU
300022570

Aline Linhares Ferreira de Melo Mendonça
Cargo/Órgão: Assessora Técnica-Biomédica/ LACEN/SESAU
Matrícula: 300053662



Documento assinado eletronicamente por **João Alex dos Santos Muniz, Técnico**, em 11/05/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aline Linhares Ferreira de Melo Mendonca, Assessor(a)**, em 11/05/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ciciléia Correia da Silva, Diretor(a)**, em 11/05/2022, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELISSAMIA GUIMARAES JOHNSON, Gerente**, em 11/05/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0028237402** e o código CRC **F6BD67C0**.