



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

## SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 758/2021/SUPEL/RO

2 mensagens

Virnan Meireles &lt;licitacao@biolinefios.com.br&gt;

31 de janeiro de 2022 14:52

Para: Equipe Sigma &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

Boa Tarde!

Estimada Pregoeira Nilsea Ketes Costa, meus cumprimentos,

Sirvo deste, de forma respeitosa e tempestiva, conforme o item 4 do edital de convocação do Pregão Eletrônico nº 758/2021/SUPEL/RO, para solicitar vosso parecer em questão que se não elucidada poderá trazer atrasos e demais prejuízos ao certame, conforme segue em anexo.

Atenciosamente,



Virnan Meireles

Licitação

Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis-GO, Brasil

Fone: 51 62 3703-2213 (Ramal: 213)

[licitacao@biolinefios.com.br](mailto:licitacao@biolinefios.com.br)

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 758.2021 - SUPEL-RO.pdf

235K

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

1 de fevereiro de 2022 09:33

Para: Virnan Meireles &lt;licitacao@biolinefios.com.br&gt;

Atestamos o recebimento, bem como informamos que estaremos remetendo os questionamentos suscitados a Unidade requisitante para análise e manifestação.

Atenciosamente

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL



Anápolis-GO, 31 de Janeiro de 2022.

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO 758/2021/SIGMA/SUPEL/RO

ABERTURA EM: 09/02/2022

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

Sr.(a) Pregoeiro(a),

Servimos do presente, de forma tempestiva em conformidade com o item 4 do edital de convocação para o referido processo, para solicitar vosso parecer em questões que se não elucidadas poderão trazer atrasos e demais prejuízos ao certame, conforme segue:

Nos itens 038, 040, 045 e 047 são solicitados:

38	<b>FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM. 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 22 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b>
----	---

**Saúde tratada com respeito!**



## Fios Cirúrgicos

40	FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM. 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.
45	FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM, 2 AGULHAS CILÍNDRICAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.
47	FIO POLIPROPILENO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM. 2 AGULHAS CÍRCULO CILINDRICAS, COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES, COMPRIMENTO DE 17 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.

O termo de referência do edital solicita fios com 2 agulhas círculo cilíndricas, com corpo retangular. Porém, tendo em vista o avanço das agulhas utilizadas em cirurgias cardiovasculares, os fabricantes de ponta, há cerca de 20 anos sentiram a necessidade de migrar estas agulhas para corpo quadrado e ponta cilíndrica, tornando-se padrão de mercado, vez que, este novo modelo permite um aumento na resistência ao dobramento no procedimento cirúrgico. Sendo assim, solicitamos a avaliação técnica para alteração do termo “ponta e corpo cilíndricos” para “ponta cilíndrica e corpo quadrado/retangular”, fato que permitirá a livre concorrência entre os fornecedores e economia aos cofres públicos.

No aguardo de vosso pronunciamento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Saúde tratada com respeito!



Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate mark.

---

Bioline Fios Cirúrgicos LTDA

CNPJ: 37.844.749/0001-52

Saúde tratada com respeito!