



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Pedido de esclarecimento.

1 mensagem

26 de maio de 2022 15:55

A
EQUIPE DE LICITAÇÃO DELTA
Sra. Pregoeira


Gostaríamos de um esclarecimento ref. ao item abaixo:

15	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VAÁVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXÍVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC N° 59/2000	Und	4500
----	---	-----	------

Precisamos saber se a descrição do item 15 seria apenas ilustrativa, para que possamos trabalhar outras Marcas. Conforme resposta do representante, o descritivo está direcionado para Welch Allyn e no momento encontra-se em falta.(anexo)

Desde já agradeço e ficamos no aguardo.

Atenciosamente;




resposta representante Welch Allyn.pdf
582K



Cotação urgente 894 S

26 de maio de 2022 15:38



Essa especificação é do aparelho Welch Allyn Tycos, não estamos cotando pois não temos previsão de estoque e preços por parte da WA.

Desde já agradeço pela atenção.

