



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 19/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.442075/2021-90						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 000, (40 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	--	--

2	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 00, (40 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	---	--

3	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 0, (50 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	--	--

4	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 1, (60 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS) CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	---	--

5	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 2, (70 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	--	--

6	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 3, (80 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	--	--

7	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 4, (90 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>*Valor acima do estimado e não negociou no chat</p>
---	--	--

8	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 5, (100 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS) CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	R. C. DIEGO	ADVANTIVE	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
---	--	-------------	-----------	-----------	----------------------------	--

9	<p>CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, ESTÉRIL, Nº 6, (110 MM, COM DESVIO DE 0,5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADA, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO, ISENTA DE REBARBAS E/OU DEFEITOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	R. C. DIEGO	ADVANTIVE	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 00 (5,0 MM DIAMETRO X 4,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM</p>	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

10	<p>HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>FRADEL</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
11	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 0 (6,0 MM DIAMETRO X 5,0 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA</p>	<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>FRADEL</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
	<p>CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>FRADEL</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
	<p>CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>CENTRALMIX COMERCIAL LTDA</p>	<p>FRADEL</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 01 (07 MM DIÂMETRO</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>FRADEL</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>

12	X 5,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
13	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 02 (08 MM DIÂMETRO X 6 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 03 (09 MM DIÂMETRO	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

14	X 6,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
15	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 04 (10 MM DIÂMETRO X 7 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 05 (11 MM DIÂMETRO	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 05 (11 MM DIÂMETRO	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

16	<p>X 7,5 CM DE COMPRIMENTO) . FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
17	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 06 (12 MM DIÂMETRO X 8 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FRADEL	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

18	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 07 (13 MM DIÂMETRO) FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	*Acima do valor estimado
19	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO MÉDIA (STANDARD), Nº 08 (14 MM DIÂMETRO) FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	*Acima do valor estimado

20	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL CROMADO, MODELO CURTA, Nº 03 (9,0 MM DIAMETRO X 4,5 CM DE COMPRIMENTO). FORNECIDA COM (01 CÂNULA EXTERNA COM HASTE, UMA CÂNULA INTERNA, UM MANDRIL GUIA). EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	*Valor acima do estimado e não negociou no chat
----	---	---

21	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
22	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM</p>	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO PARA O ITEM COM BALÃO.

	IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
23	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 4,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA A ANVISA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA POSSUI REGISTRO PARA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.

24	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO PARA O ITEM COM BALÃO.
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

25	<p>FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>SAFER</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
26	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 5,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY,</p>	<p>CENTRALMIX COMERCIAL LTDA</p>	<p>VITALGOLD</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
	<p>ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</p>	<p>HOSPICENTER</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
	<p>ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>SAFER</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>

27	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
28	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
29	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

30	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
31	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
32	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	SOLIDOR	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

33	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	HOSPICENTER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
34	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO SOLICITADO.
35	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

36	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 3,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
		<p>COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA</p>	<p>MEDIX</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>
		<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>CPL MEDICAL'S</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>
	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 4,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>SAFER</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>

37	EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
38	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 4,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

	MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
39	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 5,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 5,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL,	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

40	TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
41	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

42	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 6,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO(FABRICADO EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
43	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 7,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	MEDIX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO EM PVC GRAU MÉDICO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

	VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
44	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).
45	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX,	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SAFER	INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).

	<p>EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>CPL MEDICAL'S</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>
<p>46</p>	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO N° 8,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>SAFER</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>
		<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>CPL MEDICAL'S</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (TUBO DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, EM SILICONE, REFORÇADOS COM ARAME).</p>

47	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,0 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	*Valor acima do estimado e não negociou no chat
48	<p>CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTERIL SEM BALÃO Nº 9,5 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EM SILICONE REFORÇADOS COM ARAME, SEM LÁTEX, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ITEM DESERTO

49	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 8. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	*Valor acima do estimado e não negociou no chat				
50	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	NEWMED	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS,	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	NEWMED	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

51	<p>CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>CPL MEDICAL 'S</p>	<p>INFORMADO</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
52	<p>FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>ITEM DESERTO</p>				

53.29	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
54.30	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 7,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.

	IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
55.31	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,0 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

56.32	CÂNULA TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL COM BALÃO Nº 8,5 - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CÂNULA EXTERNA COM BALÃO, OLHO DE MURPHY, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO EM LOCAL VISÍVEL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	VITALGOLD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	SOLIDOR	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
57.49	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTÁVEL POLIVINIL TAMANHO 8. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				

58.50	<p>FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</p>	CPL MEDICAL'S	INFORMADO	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
-------	---	--	---------------	-----------	-----------------------------------	---

Porto Velho, 13 de junho de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica -CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 13/06/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 13/06/2022, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029595110** e o código CRC **D12B60EB**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.442075/2021-90

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-los, servimos do presente expediente para manifestar informações e respostas frente ao Despacho SUPEL-DELTA (0028969981)

I - DAS PROPOSTAS:

Dando prosseguimento nas análises, vejamos o que o supracitado despacho dizia o seguinte:

De: SUPEL-DELTA

Para: SESAU-CAFIINP

Processo Nº: 0036.442075/2021-90

Objeto: **Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns.** Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo **MATERIAIS DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO "CÂNULAS" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Cânula Orofaringea de Guedel estéril, nº 00, Cânula de Traqueostomia de Metal Cromado, Cânula Traqueostomia Estéril com Balão nº 3.0, Fixador para Cânula de Traqueostomia Adulto e outros) - EXERCÍCIO 2022".**

Encaminhamos o processo administrativo referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022/DELTA/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada a análise das propostas das empresas, em virtude da especificidade técnica do objeto, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital:

- (1) R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA (0028968074);
- (2) VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (0028968184);
- (3) DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (0028968375);
- (4) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0028968733);
- (5) MAKE LINE COMERCIAL LTDA - EPP (0028969002) ;
- (6) K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0028969125);
- (7) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0028969261);
- (8) UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA (0028969369);
- (9) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0028969459);

Informamos que fora anexado as propostas iniciais de algumas licitantes, tendo em vista que as mesmas não enviaram propostas atualizadas para seus respectivos itens, esclarecemos ainda que a não atualização das propostas não implicará em desclassificação das licitantes.

Visando agilizar a análise, segue a ordem de classificação das empresas, por item:

II - DAS CONSIDERAÇÕES E DO RESULTADO:

Sendo assim realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

RESPOSTA: Com base nas análises presentes no Parecer 19 (0029595110) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes, estão em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

(2) VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - itens 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

(3) DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - itens 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

(6) K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - itens 22, 24,

(7) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - itens, 36, 37, 38, 40, 42, 43,

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 13/06/2022, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029595272** e o código CRC **EDC188DF**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.442075/2021-90

SEI nº 0029595272