

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

ATT: Pregoeira FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 174/2022 DELTA/SUPEL/RO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.

Sra. Pregoeira,

O Item 45, Sra. Pregoeira, no mercado não existe nenhum fabricante com fio Poliglecaprone com cobertura antisséptica, podemos ofertar o fio sem essa cobertura exigida?

O Item 61, Sra. Pregoeira, identificamos que no item 61 não existe no mercado nenhum fabricante com esse descritivo, entendemos que ocorreu uma falha em solicitar o fio com rápida absorção no lugar da cobertura antisséptica, inclusive este item é utilizado nas cirurgias reparadoras de lábio leporino e são necessários nesse certame.

Diante do exposto solicito que seja feita revisão dos itens acima já citados.

Porto Velho-RO, 15 de Julho de 2022.



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Pedido de esclarecimentos SRP 174/2022

1 mensagem

15 de julho de 2022 08:14

Bom dia.

Prezados (as)

Segue em anexo pedido de esclarecimentos referente ao SRP 174/2022.