



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
 Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 63/2022/SESAU-CO

**1. PREMISSAS**

Esse Parecer Técnico foi elaborado com o intuito de avaliar as propostas encaminhadas pelos licitantes no processo cujo o objeto é **Aquisição de Equipamento/Material Permanente (Autoclave Hospitalar Horizontal, Foco Cirúrgico de Teto, Arco Cirúrgico, Bisturi Elétrico)**, visando atender as necessidades do HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II - HEPSJP/II.

Conforme solicitado pelo Despacho (0029609233) e Despacho (0029671240);

Este Parecer usou como premissa as exigências do Edital do Pregão Eletrônico nº 787/2021/DELTA/SUPEL/RO (0029223996) consequentemente do Termo de Referência (0027411517);

Considerando o item "2.1 - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO" do Termo de Referência (0027411517), fora analisada as propostas das empresas:

- (1) PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0029608571);
- (2) JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (0029608610);
- (3) IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA (0029608649);
- (4) LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (0029608699);
- (5) H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (0029608799);
- (6) OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0029608849);
- (7) D M A MACIEL E CIA LTDA (0029608981)
- (8) VMI TECNOLOGIAS LTDA (0029609155)

para os itens 01, 02, 03 e 04:

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE	MARCA	MODELO	PARECER	OBSERVAÇÃO
01	Autoclave Hospitalar Horizontal	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0029608571)	MIRAX	MV250	ATENDE	
		H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (0029608799)	BAUMER	HI SPEED II B 0111-300P	NÃO ATENDE	Equipamento conforme manual técnico, possui as seguinte medidas: 119,5 x 118 x 188, assim não atendendo as medidas da CME existente.
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0029608849)	ORTOSINTESE	AC 254	NÃO ATENDE	Equipamento conforme manual técnico, possui as seguinte medidas: 1115 x 1695 x 1600, assim não atendendo as medidas da CME existente.
		D M A MACIEL E CIA LTDA (0029608981)	ONIX	OHFV		Não foi informado o modelo do equipamento, portanto não tendo

						como realizar a análise, conforme site		
						Modelo 1	Modelo 2	Volume
						Porta	Portas	
						OHFV-TS100	OHFV-TS100B	100 LITROS
						OHFV-TS150	OHFV-TS150B	150 LITROS
						OHFV-TS200	OHFV-TS200B	200 LITROS
						OHFV-TS250	OHFV-TS250B	250 LITROS
						OHFV-TS360	OHFV-TS360B	360 LITROS
						OHFV-TS525	OHFV-TS525B	525 LITROS
						OHFV-TS700	OHFV-TS700B	700 LITROS
02	Foco Cirúrgico de Teto	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES (0029608610)	KSS	SKYLED 120/120	ATENDE			
		LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (0029608699)	MEDPEJ	FL 2000 TLM	ATENDE			
		D M A MACIEL E CIA LTDA (0029608981)	MED LIGHT	APOLLO 200	ATENDE			
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0029608849)	INPROMED	INP 3x3 F MASTER	ATENDE			
03	Arco Cirúrgico	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA (0029608649)	IMEX	UNIQUE CLASS	ATENDE			
		VMI TECNOLOGIAS LTDA (0029609155)	VMI	FENIX AF	ATENDE			
04	Bisturi Elétrico	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (0029608699)	EMAI	BP400	ATENDE			
		D M A MACIEL E CIA LTDA (0029608981)	DELTRONIX	PRECISION TC3	ATENDE			

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Parecer se limita à análise técnica das especificações dos itens, tomando como base apenas as documentações constantes nos altos e consulta aos link's informados.

Porto Velho, 30 de junho de 2022.

**GUSTAVO SOARES E SILVA**

Eng. Mecânico  
Mat. 300.118.544  
CREA 100159 D/PR  
SEOSP



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Soares e Silva, Engenheiro**, em 30/06/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030069522** e o código CRC **2F700CC4**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-GECOMP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.416813/2020-62

Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente (autoclave hospitalar horizontal, foco cirúrgico de teto, arco cirúrgico, bisturi elétrico), visando atender as necessidades do HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II - HEPSJP/II.

Assunto: Análise técnica das propostas.

Senhor(a),

Considerando o Despacho SUPEL-DELTA (0029609233), vimos por meio deste encaminhar os autos com o **Parecer nº 63/2022/SESAU-CO (0030069522)** no qual foi realizada a análise técnica das propostas referentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 787/2021/DELTA/SUPEL/RO**.

Atenciosamente.

**THAISA SOARES DA SILVA**  
Assessora - GECOMP/SESAU

**EVERTON JOSIAS BERTOLI**  
Gerente de Compras  
SESAU-GECOMP



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON JOSIAS BERTOLI RIBEIRO PINTO, Gerente**, em 01/07/2022, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thaiza Soares da Silva, Assessor(a)**, em 01/07/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030084007** e o código CRC **73888D48**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.416813/2020-62

SEI nº 0030084007