

## SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Ref.: Edital Pregão Eletrônico, nº 68/2022 de 09/05/2022

### ESCLARECIMENTOS

referente às especificações dos Itens 12, 21, 29, 38, 41, 44, 47 e 48 do Anexo I do edital supra, cujo objeto é aquisição de material, conforme abaixo esposado:

ITEM	MATERIAL
12	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.
21	CURATIVO COM FORMATO PARA REGIAO DO CALCÂNEO, COM BORDAS DE SILICONE, MULTICAMADAS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DISPERSIVA DE VISCOSSE E POLIÉSTER, CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO DE ALTA ABSORÇÃO, E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUÍDO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 16 X 24CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.
29	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE EXSUDATO, TAMANHO APROXIMADO: 10CM X 10 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.
38	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE (FINO OU EXTRAFINO), ESTÉRIL, AUTOADESIVO, ABSORVENTE, FLEXÍVEL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ALGINATO DE CÁLCIO, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL QUE É IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS EXTERNAS E PERMITE EVAPORAÇÃO DE GASES INTERNOS. TAMANHO APROXIMADAMENTE 15X20 CM. COM (VARIAÇÃO +/- 1CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO.
41	CURATIVO COM FORMATO SACRAL COM BORDAS DE SILICONE, MULTICAMADAS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, ABSORVENTE, FORMADO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, SEGUIDA DE UMA CAMADA DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DISPERSIVA DE VISCOSSE E POLIÉSTER, CAMADA DE ALGODÃO E POLIACRILATO DE ALTA ABSORÇÃO, E CAMADA DE FILME DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE DE MANEJO DE FLUÍDO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO APROXIMADO: 22 X 25 CM (COM VARIAÇÃO +/- 2 CM). COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO

	PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.
44	CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL, ANATÔMICO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADO 20X22,0 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.
47	CURATIVO ESTÉRIL, FORMATO SACRAL COM BORDAS DE SILICONE, DE ESPUMA DE POLIURETANO E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 24CM X 21CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.
48	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BORDAS DE SILICONE E CARBOXIMETILCELULOSE POSSUINDO CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. POSSUINDO CAMADA DE LIGAÇÃO ENTRE A CAMADA ABSORVENTE E A CAMADA DE CARBOXIMETILCELULOSE, ADESIVO SILICONE PERFURADO DE CONTATO COM A PELE. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM;(VARIAÇÃO +/- 2 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA.

## 1. DAS ESPECIFICAÇÕES

Ao proceder a análise do referido edital, percebemos que ao solicitar os curativos com algumas composições específicas, como por exemplo, uma camada dispersiva de viscosa e poliéster e a camada de algodão nos itens 21 e 41, limita a disputa para um único fabricante/marca, qual seja, SMITH & NEPHEW.

Entretanto, a empresa Bace Comércio Internacional Ltda., empresa do grupo Paul Hartmann AG – Alemanha, comercializa o curativo de espuma com silicone **PROXIMEL** para os itens 21 e 41 (nas medidas 25,4x23,9cm e 23,4x23,4cm respectivamente), composto por cinco camadas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano e adesivo acrílico à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada superabsorvente (de fibra de celulose, polietileno, polipropileno e copolímero acrilato), uma camada de não tecido, uma camada de espuma absorvente de poliuretano e uma camada perfurada de contato com a ferida em silicone.

É sabido que as ordens das camadas, assim como alguns componentes, não possuem relevância para a efetividade do curativo. Entendemos que é necessário possuir as 5 camadas para que o curativo apresente efetividade.

Resta claro que o curativo descrito acima possui as 5 camadas solicitadas, porém, em ordem diferente. Também apresenta estudo clínico que comprova toda efetividade do produto. Portanto, entendemos que essas pequenas diferenças na ordem e na composição não altera o resultado no tratamento ou prevenção das feridas.

Já para os itens 47 e 48, é solicitada a camada de carboximetilcelulose e o próprio produto de referência, qual seja, a marca “Safetac” do fabricante Mölnlycke, não possui a camada solicitada.

Para o item 29, comercializamos o produto **PROXIMEL NON BORDER AG SILICONE**, no qual consiste em um curativo de silicone composto por três camadas sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor, uma camada de espuma absorvente de poliuretano (versão AG impregnada de íons de prata) e uma **camada perfurada de contato com a ferida em silicone** que proporcionará maior benefício ao paciente, já que, o silicone presente na camada de contato com a ferida permite que o curativo seja movido sem perder a aderência, podendo também minimizar a dor e o trauma da ferida e da pele ao redor.

Para o item acima, necessitamos saber se podemos ofertar o produto Proxigel com silicone em sua composição, além dos componentes solicitados.

Com relação aos itens 12 e 44, percebemos que o descritivo limita a participação de algumas empresas que comercializam produtos similares e/ou superiores, já que solicita a presença de gelatina e pectina.

Os três polímeros solicitados, possuem afinidade pela água e se transformam em géis quando em contato com soluções aquosas e, por este motivo, a presença de algum (ns) destes componentes em curativos de hidrocoloides são responsáveis pela absorção de exsudatos e manutenção do meio úmido da ferida. Sendo assim, não se faz necessário a presença de todos os polímeros para que esta atividade seja exercida.

O curativo Hydrocoll do fabricante Paul Hartmann é um curativo autoadesivo, composto por uma camada de partículas de carboximetilcelulose contidas em uma matriz de polímeros recoberto por uma película de poliuretano.

Possui excelente capacidade de absorção da secreção retendo-a em sua estrutura, além de favorecer a divisão e migração celular epitelial, não adere à ferida e é especialmente indicado no tratamento de feridas crônicas.

Portanto, o curativo Hydrocoll possuindo apenas a carboximetilcelulose e película de poliuretano, tem capacidade igual ou superior ao produto solicitado no edital.

Por fim, comercializamos o Hydrocoll no tamanho 20x20cm para o item 38 e gostaríamos de esclarecer se a medida informada atende as necessidades da instituição considerando a medida aproximada ao solicitado no escopo descritivo.

## **2. DO PEDIDO**

Desta forma, visando manter o princípio da ampla competitividade e economicidade previstas em Lei, solicitamos a autorização de participação no processo em igualdade de condições para os itens 12, 21, 29, 38, 41, 44, 47 e 48 com envio de amostras para melhor avaliação em caso de arremate.

Barueri, 02 de maio de 2022.



Equipe Delta SUPEL/ RO &lt;delta.supel@gmail.com&gt;

---

**Esclarecimento - PE nº 68/2022 - Itens 12, 21, 29, 38, 41, 44, 47 e 48**

2 mensagens

2 de maio de 2022 14:51

Boa tarde, prezados.

Segue carta de esclarecimento referente ao PE nº 68/2022 - Itens 12, 21, 29, 38, 41, 44, 47 e 48.

Por gentileza, favor confirmar o recebimento.

Quaisquer dúvidas, à disposição.

Att,

---

**2 anexos**

**image002.png**  
1K



**PE-068-2022 - SUPEL - RO.pdf**  
198K

3 de maio de 2022 08:33

Sr. LICITANTE, bom dia!

Acuso o recebimento deste email, informo ainda que seu questionamento fora encaminhado para a Unidade Gestora para manifestação.

Atenciosamente,

Roseanna Silva - Equipe de Apoio SUPEL/DELTA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Governo do Estado de Rondônia  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO  
Equipe DELTA  
(69) 3212-9265

