



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO I

PREGÃO ELETRÔNICO: 174/2022/DELTA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.504377/2020-88

OBJETO: Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "**MATERIAIS DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO - FIOS I (ABSORVÍVEIS) PARA SUTURA - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - FIO CATGUT SIMPLES, FIO CATGUT CROMADO, FIO POLIDIOXANONA, FIO COMPOSTO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA e outros) - EXERCÍCIO 2021**".

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua pregoeira nomeada na Portaria nº 46/2022/SUPEL/CI, publicada no DOE do dia 11 de abril de 2022, em resposta a contestação recebida, vem neste ato esclarecer o que se segue:

Considerando que a questão levantada no pedido de contestação tem sua origem no Termo de Referência (descritivo dos itens), enviamos o pedido, e anexos, via Sei à **SESAU-CAFIINP**, para manifestação, pelo que discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pelos mesmos:

► **EMPRESA "A": ESCLARECIMENTO: (0030484972)**

O Item 45, Sra. Pregoeira, no mercado não existe nenhum fabricante com fio Poliglecaprone com cobertura antisséptica, podemos ofertar o fio sem essa cobertura exigida?

O Item 61, Sra. Pregoeira, identificamos que no item 61 não existe no mercado nenhum fabricante com esse descritivo, entendemos que ocorreu uma falha em solicitar o fio com rápida absorção no lugar da cobertura antisséptica, inclusive este item é utilizado nas cirurgias reparadoras de lábio leporino e são necessários nesse certame.

► **RESPOSTAS DA SESAU-CAFIINP EM FACE AO PEDIDO DE ESCLARECIAMENTO DA EMPRESA A: (0030546328)**

A empresa faz dois questionamentos. Vamos a eles:

Questionamento 1 - "*O Item 45, Sra. Pregoeira, no mercado não existe nenhum fabricante com fio Poliglecaprone com cobertura antisséptica, podemos ofertar o fio sem essa cobertura exigida?*"

Resposta CAFII: informamos que o material solicitado deve ser ofertado/entregue conforme o constante na descrição do item. Neste caso, informamos que sim, existem fabricantes que

produzem o item com tal característica. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 2 - "O Item 61, Sra. Pregoeira, identificamos que no item 61 não existe no mercado nenhum fabricante com esse descritivo, entendemos que ocorreu uma falha em solicitar o fio com rápida absorção no lugar da cobertura antisséptica, inclusive este item é utilizado nas cirurgias reparadoras de lábio leporino e são necessários nesse certame."

Resposta CAFII: Ao se verificar o item 61, verificamos que no mesmo não é citada a exigência "rápida absorção". Sendo neste caso, improcedente o questionamento. **IMPROCEDENTE**

Ana Regina Silva de Meneses

Chefe de Núcleo

Jeferson Freitas Lopes

Coordenador

► **EMPRESA "B": ESCLARECIMENTO (0030485264):**

No item 2 na descrição do edital solicita FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, com agulha com tamanho de 48 MM?

No item 5 na descrição do edital solicita FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, CATGUT CROMADO?

No item 18 na descrição do edital solicita FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO '0' COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, com TAMANHO DA AGULHA PARA 36,4 MM COMO TAMBÉM AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, sendo assim, entregaremos um produto com maior qualidade e segurança.

No item 30 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material::FIO COMPOSTO POR UM POLIOXANONA ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?

No item 31 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "2- 0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material::FIO DE SUTURA POLIOXANONA ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?

No item 32 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3- 0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO.

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: FIO COMPORTO DE POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?

No item 53 na descrição do edital solicita FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2

É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: tamanho 36,4MM ou 3,64CM?M E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?

► **RESPOSTAS DA SESAU-CAFIINP EM FACE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTO DA EMPRESA B: (0030546328)**

A empresa faz 7 (sete) questionamentos. Vamos a eles:

Questionamento 1 - "No item 2 na descrição do edital solicita FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE **40 MM** (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, com agulha com tamanho de 48 MM?**"

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, com **COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)**. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 2 - "No item 5 na descrição do edital solicita FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, CATGUT CROMADO?**"

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, o tipo de Fio deverá ser o CATGUT "**SIMPLES**" e não o CROMADO. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 3 - "No item 18 na descrição do edital solicita FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO '0' COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: Fio de sutura, com TAMANHO DA AGULHA PARA 36,4 MM COMO TAMBÉM AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, sendo assim, entregaremos um produto com maior qualidade e segurança.**

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, com **COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM)**. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 4 - "No item 30 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: FIO COMPOSTO POR UM POLIOXANONA ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?"**

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, com "**COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA**" e não "**COMPOSTO POR UM POLIOXANONA**". Informamos ainda que o aceite em outro momento, conforme o citado pela empresa, se tratava do caso específico por necessidade da secretaria. Para o presente caso, segue o descritivo previsto. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 5 - "No item 31 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: FIO DE SUTURA POLIOXANONA ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?"**

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, com "**COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA**" e não "**COMPOSTO POR UM POLIOXANONA**". Informamos ainda que o aceite em outro momento, conforme o citado pela empresa, se tratava do caso específico por necessidade da secretaria. Para o presente caso, segue o descritivo previsto. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 6 - "No item 32 na descrição do edital solicita FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3- 0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: FIO COMPOSTO DE POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?"**

Resposta CAFII: Informamos que o material deverá ser ofertado e entregue conforme o descrito no item, ou seja, com "COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E- CAPROLACTONA" e não "**COMPOSTO DE POLIGLECAPRONE 25**". Informamos ainda que o aceite em outro momento, conforme o citado pela empresa, se tratava do caso específico por necessidade da secretaria. Para o presente caso, segue o descritivo previsto. - **IMPROCEDENTE**

Questionamento 7 - "No item 53 na descrição do edital solicita FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 - **É correto entendimento de que a Empresa B poderá oferecer o material: tamanho 36,4MM ou 3,64CM?M E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. Situação essa aceita pela SESAU/RO. Podemos seguir ofertando o descritivo proposto?"**

Resposta CAFII: Informamos que a verificado no descritivo do item estava se referindo a centímetros e não em milímetros. Se trata, neste caso, de erro formal de preenchimento. Assim sendo, informamos que o questionado pela empresa é coerente, ou seja, é correta a oferta e a entrega do produto conforme a empresa descreve, "**tamanho 36,4MM ou 3,64CM**". **PROCEDENTE**

Ana Regina Silva de Meneses

Chefe de Núcleo

Jeferson Freitas Lopes

Coordenador

Tendo em vista o resultado da análise quanto aos pedidos de **ESCLARECIMENTO** impetrados por licitante e acolhido pela SESAU/RO, informamos que o instrumento convocatório, **NÃO SOFREU ALTERAÇÃO** prevalecendo inalteradas todas e demais cláusulas do edital.

Dessa forma permanece o prazo estabelecido anteriormente, conforme abaixo:

DATA: 20/07/2022 ÀS 09:30H (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio pelos telefones (69) **3212-9265** ou pelo email: delta.supel@gmail.com.

Porto Velho, 19 de julho de 2022.

NATHÁLIA VERONEZI R. DA SILVA
Pregoeira Substituta - Equipe DELTA/SUPEL



Documento assinado eletronicamente por **Nathália Veronezi Rodrigues, Pregoeiro(a)**, em 19/07/2022, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030552244** e o código CRC **72AEB0EE**.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0036.504377/2020-88

SEI nº 0030552244