

[REDACTED]

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Assunto: Pedido de Esclarecimento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2022

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos, uma vez que se tratam de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.

Assim exposto, solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de aceite da entrega em até 150 (cento e cinquenta) dias para o item 01 e 120 (cento e vinte) dias para o item 02. Alternativamente, solicitamos o aceite de carta de prorrogação, caso se faça necessário.

DO DESCRITIVO TÉCNICO – item 02

Onde se lê:

Capacidade térmico do ânodo mínimo: 70KHU

Leia-se:

Capacidade térmico do ânodo mínimo: **50 KHU**

Justificativa:

Pedimos que aceitem a capacidade térmica do ânodo mínimo de 50 KHU. O valor de 50 KHU é suficiente para garantir a operação de nosso tubo de raio X de forma otimizada e satisfatória em todos os procedimentos descritos no presente edital.



Onde se lê:

Fluoroscopia com capacidade para atingir até 110KV com no mínimo 8 mA


Leia-se:

Fluoroscopia com capacidade para atingir até 110KV com no mínimo **7.2 mA**

Justificativa:

Pedimos que aceitem a corrente máxima de no mínimo 7.2 mA para o modo de fluoroscopia. Essa corrente é compatível com a potência de gerador solicitada e consegue comportar as aplicações clínicas descritas em edital.

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail 

Atenciosamente,