



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 26/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.173135/2019-02						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 894/2021/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	ABAIXADOR DE LINGUA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, NÃO ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO POR 1,2 CM DE LARGURA E 0,5MM ESPESSURA, CONTENDO BORDAS E SUPERFICIE LISA, PACOTE COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EMBALADA EM AMBALAGEM PLASTICA COLETIVA, TRAZENDO IMPRESSO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE.	BIONUTRI	ESTILO	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ITEM OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		LABNORTE	healthquality	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ITEM OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		JR LACERDA	THEOTO	80002369003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	AO CONSULTARMOS O SITE DO FABRICANTE, VERIFICOU-SE QUE O ITEM OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	BOLSA PARA AGUA QUENTE, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATE 100 Cº, RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS,	LR DISTRIBUIDORA	BIOLAND	10410130036	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	BIOLAND	10410130036	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA

	LARGURA APROXIMADA DE 17 CM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 26 CM, TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, CAPACIDADE DE 1000 ML.	D M A MACIEL	CLINK	ISENTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FORAM ENCONTRADAS INFORMAÇÕES SUFICIENTES SOBRE O MATERIAL OFERTADO (PESQUISA FEITA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS)
3	COLCHÃO DE AR INFANTIL C/VÁLVULA ANTI-VAZAMENTO INFLAVEL TAMANHO DE 1,30 M X 60 CM. PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000,	LR DISTRIBUIDORA	AG PLASTICOS	80410410007	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO OFERTADO ( 1,30MX60 CM).
		DENTAL RONDONIA	DELLA VIDA	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FORAM ENCONTRADAS INFORMAÇÕES SUFICIENTES SOBRE O MATERIAL OFERTADO (PESQUISA FEITA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS)
		D M A MACIEL	BIOFLORENCE	80622210006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO OFERTADO ( 1,30MX60 CM).
4	COLETOR PARA URINA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE PARA 1200ML.	D M A MACIEL	BIOBASE	80212340014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	SE TRATA DE PRODUTO DIVERSO DO SOLICITADO - NÃO É TIPO GARRAFA (DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA TIPO JUNTEX)
		JR LACERDA	BIOMÉDICA	10442360011	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		COTACAO COM REPRESENTACAO	BIOMÉDICA	10442360011	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
5	EXTENSOR DE LINHA DE INFUSÃO, ESPESSURA 8 FR, 20CM DE COMPRIMENTO, CONECTA O EQUIPO AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. COM CONECTOR LUER LOCK FÊMEA PROXIMAL, TAMPA ROSQUEAVEL,TUBO EXTENSOR EM PVC, CONECTOR MACHO LUER SLIP OU LOCK REVERSÍVEL COM TAMPA, PROPICIA CONFORMO E LIBERDADE DE MOVIMENTO E CONTROLE DE VOLUME RESIDUAL . EMBALAGEM CONTENDO	LR DISTRIBUIDORA	BIOSANI	80286000042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	MEDSOND	80163579003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		OBJETIVA	MP	80305560041	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.					
6	ELETRODO DE AGULHA MONOPOLAR DESCARTÁVEL DE 0,35 X 45MM COM CABO DE 76 CM E CONECTOR DE SEGURANÇA.	LR DISTRIBUIDORA	SPES MEDICA	81210770021	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA, NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO ( 0,35X 45 MMM)  (NÃO FOI ENCONTRA O DO TAMANHO DO MATERIAL PELO REGISTRO)
		OBJETIVA	NEURO TECNOLOGIA	81210770021	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA, NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO ( 0,35X 45 MM)  (NÃO FOI ENCONTRA O DO TAMANHO DO MATERIAL PELO REGISTRO)
		D M A MACIEL	NEURO TECNOLOGIA	81210770021	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA, NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO ( 0,35X 45 MMM)  (NÃO FOI ENCONTRA O DO TAMANHO DO MATERIAL PELO REGISTRO)
7	ELETRODO DE SUPERFÍCIE TAB DESCARTÁVEL.	OBJETIVA	NEURO TECNOLOGIA	81210770027	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
8	ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA ECG ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE ADERE FACILMENTE À PELE; NÃO IRRITANTE; SENSOR EM AG/AGCL, GARANTINDO EXCELENTE QUALIDADE NO TRAÇADO; REPOSICIONÁVEL E	JR LACERDA	MEDPEX/DBI	80722800004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	MAXICOR	10299800035	DE ACORDO COM O SOLICITADO	POSSUI INCLUÍDO NO REGISTRO O TAMANHO DO ITEM ADEQUADO
		BRAMED COMERCIO	MEDIX	80495510048	DE ACORDO	

	EM FORMATO DE GOTA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E A RETIRADA; TAMANHO NEONATAL (TUBOS DE 2 A 4 MM) PACOTE COM 100 UNIDADES.			/ 80495519005	COM O SOLICITADO	POSSUI INCLUÍDO NO REGISTRO O TAMANHO DO ITEM ADEQUADO
9	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL COM CÂMARA FLEXÍVEL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO	DECARES COMERCIO	BR DEC	80194130002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		HOSPSHOP PRODUTOS	GLOMED	80273450018	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		BRAMED COMERCIO	WILTEX	10150470505	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
10	EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE, EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS INDICADO PARA FLUIDOTERAPIA, PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TUBO EM PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CONTROLADOR DO FLUXO TIPO PI	DECARES COMERCIO	BR DEC	80194130002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		BRAMED COMERCIO	LABOR IMPORT	10369460065	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		MEDIMAC COMERCIO	Tkl	80288090102	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
11	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA GRADUADA CAPACIDADE 150 ML, PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, BURETA DE 150 ML CONTROLADOR DO FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL EM Y, CONEXÃO DO TIPO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNIO, TRANSPARENTE.	D M A MACIEL	SOLIDOR	10369460157	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		JR LACERDA	WILTEX	10150470553	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		BRAMED COMERCIO	SOLIDOR	10369460157	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
12	EQUIPO PARA CONTROLE DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - TUBO FLEXÍVEL, CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO E TRANSPARENTE COM PROTETOR, CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) COM PROTETOR DO CONECTOR LUER LOCK, COM COMICIDADE DE 6%	JR LACERDA	MEDSONDA	80163570044	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		OBJETIVA	BIOSANI	80286000039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		INFINITY PHARMA	BIOSANI	80286000039	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
13	INFUSOR (EQUIPO) POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP, COMPRIMENTO ENTRE 20 E 35 CM, PARA ACESSO VENOSO	BRAMED COMERCIO	DESCARPACK	10330660230	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	TKL	80288099004	DE ACORDO	APRESENTOU

	(SCALP, CATETER INTRAVENOSO, AGULHA). EXTREMIDADES PROXIMAIS COM CONECTORES LUER LOCK FÊMEA; EXTENSÕES EM PVC CLAMP (ABRE/FECHA); CONEXÃO LUER DISTAL PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO.				COM O SOLICITADO	CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		HOSPSHOP PRODUTOS	WILTEX	10150470549	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
14	ESCOVA DE MÃO COM CABO, CERDAS EXTRA RÍGIDAS EM NYLON, PARA USO EM LIMPEZA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EM ESPECIALMENTE PARA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70 CM X 18 MM X 10 CM.	D M A MACIEL	PCA	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
15	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO. RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, COM BRAÇADEIRA ADULTO, MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, RESISTENTE E FLEXÍVEL. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC N° 59/2000.	GTMED DISTRIBUIDORA	Premium	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	PREMIUN	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIRURGICAS MULLET	PREMIUM	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
16	ESFIGNOMANÔMETRO SEMI - DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INFLAGEM MANUAL E DESINFLAGEM AUTOMÁTICA; QUE UTILIZE PILHAS TAMANHO AA, MANTENDO CONTROLE PERMANENTE DA TENSÃO E AVISANDO O MOMENTO DA	CIRURGICAS MULLET	GTECH	MODELO: BSP11	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS

	TROCA; COM MEMÓRIA PARA O ÚLTIMO RESULTADO; COM BRAÇADEIRA ADULTO PARA OBESOS. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000.					
17	BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADOLESCENTE, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	MAPMED DISTRIBUIDORA	PREMIUM	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	TAMANHO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (PEDE-SE ADOLESCENTE, OFERTA-SE INFANTIL)
		JR LACERDA	GLICOMED	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FORAM ENCONTRADAS INFORMAÇÕES SUFICIENTES SOBRE O MATERIAL OFERTADO (PESQUISA FEITA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS)
		OBJETIVA	PREMIUM	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
18	BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO ADULTO, COM MANQUITO, COMPATÍVEL COM ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	JR LACERDA	GLICOMED	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		SOS DISTRIBUIDORA	G-TECH	ISENTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	AS BRAÇADEIRAS DA MARCA G-TECH SÃO DESTINADAS À EFIGNOMANÔMETROS DIGITAIS, NÃO ANERÓIDES, CONFORME SOLICITADO.
		OBJETIVA	PREMIUM	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
19	PÊRA COMPATÍVEL COM ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE.	OBJETIVA	PREMIUM	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		D M A MACIEL	PREMIUM	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		CIENTIFICA	PREMIUM	80275310022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
20	PALITO TIPO ESPETO, DE MADEIRA, PARA COLETA DE FEZES, 25 CM X 0,35 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	LR DISTRIBUIDORA	THEOTO	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		LABNORTE	THEOTO	ISENTO	DE ACORDO COM O	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM

					SOLICITADO	ANEXO À PROPOSTA
21	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, DUPLA FUNÇÃO (LADO ABRASIVO E LADO ESPONJA) ESTRATEGICAMENTE FABRICADA PARA LIMPEZA DE CAUTÉRIO CIRÚRGICO, TAMANHO APROXIMADO 7 CM X 7 CM.	LABNORTE	Batrik-Stericontrol	RDC185/2001	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		G F DOS SANTOS	STERILICONTRO	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
22	EXTENSOR FOTOSSENSÍVEL PARA USO EM BOMBA DE SERINGA, EM PVC, COM DIÂMETRO REDUZIDO, MEDINDO DE 120 A 150 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO (PRIMING) DE 1,1 A 1,6 ML; TERMINAÇÃO LUER FÊMEA EM UMA PONTA E LUER LOCK NA OUTRA COM TAMP. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO E EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; PRESSÃO DE ATÉ 1 BAR.	LR DISTRIBUIDORA	MP	TROGE /17017	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		OBJETIVA	MP	80305560076	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		FRESENIUS	FRESENIUS	8014110168	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
23	FITA TINTA REFIL ERC 09 OU COMPATÍVEL, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA AUTOCLAVE MODELO STERIS SERCON HS 2.042 e HS8 - 741.	ITEM DESERTO				
24	KIT GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES E LÂMINA PARA COLETA CITOLÓGICA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000.	JR LACERDA	KOLPLAST	INFORMAÇÃO DÚBIA	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO DEIXOU CLARO O TAMANHO DO PRODUTO OFERTADO - INFORMOU 2 (DOIS) REGISTROS PARA 3 (TRÊS) ITENS
		BRAMED COMERCIO	KOPLAST	10237610195	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		HOSPSHOP PRODUTOS	KOLPLAST	10237610193	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
25	KIT GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES E LÂMINA PARA COLETA CITOLÓGICA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000.	HOSPSHOP PRODUTOS	KOLPLAST	10237610193	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	KOLPLAST	INFORMAÇÃO DÚBIA	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO DEIXOU CLARO O TAMANHO DO PRODUTO OFERTADO - INFORMOU 2 (DOIS) REGISTROS PARA 3 (TRÊS) ITENS
		BRAMED COMERCIO	KOPLAST	10237610193	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
26	KIT GINECOLÓGICO	HOSPSHOP PRODUTOS	KOLPLAST	10237610193	DE ACORDO	APRESENTOU

	DESCARTÁVEL COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO, ESCOVA CERVICAL, ESPÁTULA DE AYRES E LÂMINA PARA COLETA CITOLÓGICA. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000.				COM O SOLICITADO	CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	KOLPLAST		INFORMAÇÃO DÚBIA	NÃO DEIXOU CLARO O ATAMANHO DO PRODUTO OFERTADO - INFORMOU 2 (DOIS) REGISTROS PARA 3 (TRÊS) ITENS
		CIENTIFICA	KOLPLAST	10237610193	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
27	KIT MASCARA DE VENTURE, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ , TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO PEDIÁTRICO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA E OBEDECER A ISO 13485.	JR LACERDA	WELL LEAD	10150479083	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIRURGICA SAO FELIPE	COMPOWER	80901110020	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	FOYOMED	10150470491	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
28	KIT MASCARA DE VENTURE, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ , TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO ADULTO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA E OBEDECER A ISO 13485.	JR LACERDA	WELL LEAD	10150479083	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIRURGICA SAO FELIPE	COMPOWER	80901110020	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	FOYOMED	10150470491	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
29	KIT PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM MÁSCARA, CONEXÃO UNIVERSAL, TRAQUEIA E FRASCO COM	D M A MACIEL	VENTCARE	80677040005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		G F DOS SANTOS	RWR	80412230020	DE ACORDO	APRESENTOU

	CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E ADAPTÁVEL PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO ADULTO.				COM O SOLICITADO	CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	OXIGEL	10330529011	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		D M A MACIEL	NARDS	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
30	LÂMPADA FOCO CIRÚRGICO 12 V 25 W.	DENTAL RONDONIA	OXIGEL	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		LR DISTRIBUIDORA	FC-40 - Ba15d	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
31	LAMPADA PARA NEGATOSCÓPIO 15W/10.	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	500	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO INSUMO.
		LR DISTRIBUIDORA/ *pediu desclassificação	PREMIUM	80275310041	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
32	MANGUITO ADULTO SEM CONECTOR (CONJUNTO ABRAÇADEIRA DE NYLON - BOLSA DE PVC INFLÁVEL), PARA SER UTILIZADO COM O MAPA - GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER E MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL, TAMANHO M (MÉDIO) PADRÃO CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ENTRE 24 - 32 CM APROXIMADAMENTE.	SOS DISTRIBUIDORA	MIKATOS	ISENTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		DENTAL RONDONIA	PREMIUM	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		E S SOLUCOES	DIKANG	81989679002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
33	TERMÔMETRO CLINICO INFRA VERMELHO DIGITAL DE TESTA COM ACURACIDADE COMPROVADA, VISOR DIGITAL COLORIDO QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM OS RESULTADOS; DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO A PILHA AAA DE 1,5 V E OU BATERIA (INCLUSA); (SENSOR) RESISTENTE À ÁGUA.	INSTRULABOR CALIBRACAO	XIANDE	81987549001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A INFORMAÇÃO CONSTANTE NO FOLDER NÃO APRESENTA AS INFORMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITA-SE PILHA OU BATERIA INCLUSA NO DESCRITIVO
		GTMED DISTRIBUIDORA	Dikang	81989679002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
34	TERMÔMETRO DIGITAL PARA INTERIOR DE GELADEIRA, FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL, DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE ENTRE: - 50°C A 70°C, VARIANDO PARA +	INSTRULABOR CALIBRACAO	FORMIS	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		UNITY INSTRUMENTOS	UNITY	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER

	OU - EM 10 GRAUS, À PROVA DÁGUA, COM ESCALA EM CELCIUS E FAHRENHEIT, COM FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ATRAVÉS DE IMÃS E OU PARAFUXO, COM O CABO DO SENSOR EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 1,5 M. ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA DE 1,5 V.				COM O SOLICITADO	ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - O MODELO INFORMADO  NÃO FOI ENCONTRADO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS.
		INSMART COMERCIO	Insmart	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
35	TORNEIRA DESCÁRTAVEL 2 VIAS COMPOSTA DE MANÍPULO, BASE OU CORPO, TAMPAS PROTETORAS E BICO LUER SLIP OU LOCK COM CONEXÃO ROTATIVA. ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÕES. PERMITE CONEXÃO SEGURA A TODOS OS TIPOS DE EQUIPOS ENDOVENOSOS, TUBOS EXTENSORES E CATETERES. MANÍPULO GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO 360º E COM INDICAÇÃO DE FLUXO. CORPO TRANSLÚCIDO EM POLICARBONATO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA.	JR LACERDA	GAMMA CRUCIS	81499570006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 3 VIAS), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (2 VIAS).
		CIENTIFICA	DESCARPACK	10330660036	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 3 VIAS), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (2 VIAS).
		OBJETIVA	MEDIX	80495510038	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( 3 VIAS), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (2 VIAS).
36	TUBO DE VENTILAÇÃO TIPO SHEPARD, FLANGE INTERNA CHANFRADA ANGULADO PARA A HASTE, PERMITINDO A INSERÇÃO FÁCIL, MANTENDO O TUBO PARALELO AO CANAL AUDITIVO. TUBO DE PONTA LISA QUE PODE SER CORTADO NO COMPRIMENTO DESEJADO.	MEDICONE PROJOTOS	Medicone	80020550022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		CIENTIFICA	MEDICONE	80020550022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		EXPAND MEDICO	MEDICONE	80020550022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
37	FIOS-GUIA/MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ADULTO: FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRÁVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. PRODUTO DE HASTE FLEXÍVEL COM APROXIMADAMENTE 400 MM, AUTOCLAVÁVEL.	OBJETIVA	WELL LEAD	10150470324	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		JR LACERDA	MIKATOS	80218930010	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		DENTAL RONDONIA	MIKATOS	80218930010	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRAMOS

						INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
38	ELÁSTICO EM LÁTEX TIPO ALIMENTO, COR AMARELO, TAMANHO APROXIMADO 9,5 CM X 2,2 MM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES.	LR DISTRIBUIDORA	FULGOR	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
39	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO DE CORPO EM LATÃO USINADO E CROMADO, SISTEMA DE REGULAGEM POR VÁLVULA AGULHA, TUBO DE MEDIÇÃO LONGO E GUARNIÇÃO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESCALA INDICADORA DUPLA E FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL - VAZÃO: 0 A 15 L/MIN COM ERRO MÁXIMO DE 5 % DE FUNDO DE ESCALA (CALIBRADO A 3,5 KGF/CM² A 21°C) E ESCALA EXPANDIDA DE 0 – 7 L/MIN - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT.	CRUZEL COMERCIAL	HAOXI	82353590002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA
		G F DOS SANTOS	HAOXI	81281830009	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
		COVAN - COMERCIO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL NÃO APRESENTOU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO INSUMO.

Porto - Velho, data e hora do sistema.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA  
Farmacêutica - CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 26/07/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 26/07/2022, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030402909** e o código CRC **F2A40186**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.173135/2019-02

SEI nº 0030402909



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: 0036.173135/2019-02

Assunto: **Análise das propostas das empresas.**

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no Despacho 0029708381, com pedido de análise dos itens ofertados pelas empresas:

- (1) BIONUTRI COM E REPRES DE PRO MEDICO – HOSP LTDA (0029699291);
- (2) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0029699291) (0029699605);
- (3) OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA (0029701458) (0029700122);
- (4) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0029701711) (0029701775);
- (5) DECARES COMERCIO LTDA(0029702342) (0029702191) ;
- (6) D. M. A MACIEL E CIA LTDA (0029702608) (0029702703) ;
- (7) BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (0029703091);
- (8) GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA (0029703583);
- (9) CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT (0029704070) (0029704415);
- (10) MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0029704935) ;
- (11) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0029705149) (0029705187);
- (12) HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0029705362) (0029705431);
- (13) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0029705483);
- (14) E S SOLUÇÕES EIRELI (0029705771);
- (15) INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI(0029705973) (0029706034);
- (16) MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA (0029706120)
- ;
- (17) CRUZEL COMERCIAL LTDA (0029706452) (0029706252);
- (18) DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0029706948);
- (19) COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0029707056);

- (20) MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA (0029707145);
- (21) INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA (0029707227);
- (22) SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0029707347);
- (23) G F DOS SANTOS EIRELI (0029707437);
- (24) FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (0029707573);
- (25) CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (0029707816);
- (26) UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA (0029707900);
- (27) INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (0029708057);
- (28) EXPAND MEDICO LTDA (0029708208)
- (29) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0029708268)

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 26 (0030402909) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

- D. M. A MACIEL E CIA LTDA - **item 2, 3, 4, 6;**
- LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - **item 3, 6, 30 e 32;**
- JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - **item 17, 24, 25, 26 e 35;**
- MAPMED DISTRIBUIDORA **item 17;**
- SOS DISTRIBUIDORA - **item 18 e 32;**
- DENTAL RONDONIA - **item 3, 30 e 32;**
- OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS - **item 06, 31 e 35;**
- INSTRULABOR CALIBRAÇÃO - **item 33;**
- UNITY INSTRUMENTOS - **item 34;**
- CIENTIFICA MEDICA - **item 35;**
- COVAN - COMERCIO - **item 39**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 26/07/2022, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030403483** e o código CRC **D7F61F61**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.173135/2019-02

SEI nº 0030403483