



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 24/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.396433/2020-02						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) ADULTO OU Nº 5 COM ARANHA, EM SILICONE, COM FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MAKE LINE COMERCIAL	NEWMED	80171530025 /INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COXIM INFLÁVEL, NÃO ATENDE AO SOLICITADO
		PROTEC EXPORT INDUSTRIA	PROTEC	80435140013 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		CIENTIFICA	PROTEC	80435140013 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
2	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PEDIÁTRICA OU Nº 3 COM ARANHA, EM SILICONE, FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MAKE LINE COMERCIAL	NEWMED	80171530025 /INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COXIM INFLÁVEL, NÃO ATENDE AO SOLICITADO
		PROTEC EXPORT INDUSTRIA	NÃO / INFORMADO.	80435140013 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NORTEMEDICA	MVJ -PROTEC	80435140013 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
3	MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NEONATAL OU Nº 1 COM ARANHA, COM FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, EM SILICONE, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	MAKE LINE COMERCIAL	NEWMED	80171530025 /INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA COXIM INFLÁVEL, NÃO ATENDE AO SOLICITADO
		CIENTIFICA	OXIGEL	10330529007 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		TTACK MEDICAL	Ambu	80047300406 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA ARANHA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
4	EXTENSÃO COM MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO TAMANHO INFANTIL, PARA UMIDIFICADOR. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	SALUTARY	PROTEC EXPORT	80435140016 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		OBJETIVA	VITALGOLD	10296900071 / INFORMADO.	EM DESACORDO	O PRODUTO OFERTADO (KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (PARA UMIDIFICADOR).

		PROTEC EXPORT INDUSTRIA	PROTEC	80435140019 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
5	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 6 ADULTO >100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 50 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	CRUZEL COMERCIAL	VITALGOLD	10296909030 /INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DENTAL RONDONIA	VITALGOLD	NÃO / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		MEDICALTEC	MD	10296900138 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (Nº 6 ADULTO >100 KG).
6	CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL 4 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM PVC (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	NORTEMEDICA	EMBRAMED	10252420037/ INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (Nº 4 NEONATAL)
		MEDICALTEC	SOLIDOR	10369460150/ INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (Nº 4 NEONATAL)
7	CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO PEDIÁTRICO 6 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	NORTEMEDICA	EMBRAMED	10252420037//INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (PVC SILICONADO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE).
		MEDICALTEC	SOLIDOR	10369460150/ INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE).
8	CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL 9 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	COVAN	BIOSANI	80286000007 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (EM PVC, COR VERDE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE, TRANSPARENTE).
		MEDICALTEC	SOLIDOR	10369460150 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE).
		NORTEMEDICA	EMBRAMED	10252420037//INFORMADO.	EM DESACORDO COM SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (PVC SILICONADO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE).

Porto Velho, 30 de junho de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica-CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 30/06/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 30/06/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030074909** e o código CRC **DF6A3FC9**.



Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.396433/2020-02

SEI nº 0030074909



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.396433/2020-02

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0029882691), com pedido de análise dos itens ofertados pelas empresas:

- (1) MAKE LINE COMERCIAL LTDA (0029881510);
- (2) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0029881587);
- (3) CRUZEL COMERCIAL LTDA (0029881691);
- (4) NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA (0029881840) (0029881884);
- (5) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0029881964);
- (6) PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC (0029882024);
- (7) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0029882078);
- (8) TTACK MEDICAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0029882162);
- (9) OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA (0029882222) ;
- (10) DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0029882293);
- (11) MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0029882364);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 24 (0030074909) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

MAKE LINE COMERCIAL LTDA - **item 1, 2, 3**
TTACK MEDICAL -**item 3,**
OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS - **item 4,**
MEDICALTEC COMÉRCIO -**item 5, 6, 7, 8**
NORTEMEDICA COMERCIO -**item 6, 7, 8**
COVAN -**item 8,**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 30/06/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030075146** e o código CRC **1E4C53F6**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.396433/2020-02

SEI nº 0030075146