



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARAMENTO - PE 117-2022 - 29/07/20221 mensagem

Boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento levantado por nossa equipe quanto ao produto deste edital, PE 117/2022, o qual ocorrerá em 29/07. Segue:

Questionamento :

Podemos cotar a Bomba da marca Cardinal, exclusiva para dieta enteral?

*A mesma possui característica volumétrica, com sistema peristáltico **rotativo**.*

Alarmes sonoros e visuais nas situações de: oclusão, falta de líquido,

fim de infusão, travamento, bolhas de ar e bateria com carga baixa.

Velocidade de infusão variável de 1 a 1000 ml. Sistema de bateria

com duração mínima de 4 horas.

Programação ml / hora, sendo volume total calculado pela própria bomba.

Tensão de funcionamento/Alimentação elétrica de 100 -230V

(bivolt automático). Opções no visor e manual disponível também em Português.

Ficamos no aguardo de um parecer, para que possamos preparar nossa participação neste certame.

Grato.

