



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Esclarecimento - PE 063/2022 - Porto Velho/RO

2 mensagens

cynthiaoliveira@alfamed.com <cynthiaoliveira@alfamed.com>

30 de março de 2022 07:27

Para: sigma.supel@gmail.com

Cc: felipevieira@alfamed.com, Mario Alaercio Batista <nrxmedicalsistemas@gmail.com>, mabatistanrx@yahoo.com.br

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar Esclarecimento quanto ao item 1 – Ultrassom, presente em edital do referido pregão acima:

- **Lê-se em edital:** “01 (um) impressora laser color; 01 (um) impressora térmica P/B (vídeo printer)”

Solicita-se: Que seja esclarecido a necessidade do mesmo equipamento possuir duas unidades de impressoras distintas. Além disto, ressaltamos que a impressora vídeo printer é umas das de maior custo no mercado. Poderá ser ofertado apenas uma das impressoras mencionadas ?

Aguardamos breve retorno.

Grata.

Atenciosamente,
Best regards,

Cynthia Oliveira R. de Sá
Analista de Produto - Ultrassom

Product Analyst - Ultrasound

+55 31 3681-6388

+55 31 9 9912-7937

www.alfamed.com





Alfa Med Sistemas Médicos Ltda

CNPJ 11.405.384/0001-49
Rua Hum 80A, Distrito Industrial
Genesco Ap. de Oliveira
Lagoa Santa - MG - Brasil CEP 33.240-094

Aviso Legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

Confidentiality Note

This message, including its attachments, contains and/or may contain confidential and privileged information. If you are not the person authorized to receive this message, you may not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If this message is received by mistake, please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files. We appreciate your cooperation.

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

30 de março de 2022 10:52

Para: cynthiaoliveira@alfamed.com

Cc: felipevieira@alfamed.com, Mario Alaercio Batista <nrxmedicalsistemas@gmail.com>, Mario Batista <mabatistanrx@yahoo.com.br>

Atestamos o recebimento e informamos que estaremos remetendo os questionamentos suscitados à Unidade requisitante, responsável pela elaboração do Termo de Referência, para análise manifestação.

Conforme dispõe o item 4.1.1 do Edital. *"Até a data definida para a sessão inaugural, o(a) Pregoeiro(a) deverá disponibilizar a resposta dos esclarecimentos protocolados, caso contrário, o(a) Pregoeiro(a) antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame."*

Atenciosamente.

Bruna Rodrigues
Pregoeira Substituta/SIGMA/SUPEL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

