



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos PE 133/2022 - ITENS 23 E 68

2 mensagens

Vanessa Zerlenga | Sispack Medical <vendas3@sispack.com.br>

28 de julho de 2022 08:37

Para: sigma.supel@gmail.com

Cc: Pamela Cardoso-Sispack Medical <licitacoes@sispack.com.br>, Douglas Cassiano I SISPACK MEDICAL LTDA <vendas4@sispack.com.br>, Rogerio Oliveira - SISPACK <licitacoes2@sispack.com.br>

Prezados, bom dia!

Venho por meio deste solicita esclarecimentos referente ao pregão acima citado itens 21 e 68.

Itens 21 E 68- PACOTE TESTE BOWIE DICK PARA EQUIPAMENTOS QUE ESTERILIZA VOLUMES ACIMA DE 6KG, CONSTITUÍDO POR UMA FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR; ATÓXICO, LIVRE DE METAIS PESADOS, EM CONFORMIDADE COM A ISSO 11140-1, QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 A 4 MINUTOS A 134°C EM AUTOCLAVE PRÉ-VÁCUO NO CILO DE BOWIE DICK, MUDE UNIFORMEMENTE DE COR CLARA PARA COR ESCURA, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTE PARÂMETROS: REMOÇÃO DE AR (AR RESIDUAL), PENETRAÇÃO DO VAPOR, PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS, SUPERAQUECIMENTO OU TEMPO PROLONGADO DE EXPOSIÇÃO E DE UMIDADE DE VAPOR. ESTA FOLHA DEVE ESTAR DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM PAPEL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORME UM PACOTE, COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM.

Dúvida: o valor estimado trata-se de 01 pacote ou 01 caixa com 20 pacotes?

Atenciosamente



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

1 de agosto de 2022 10:11

Para: Vanessa Zerlenga | Sispack Medical <vendas3@sispack.com.br>

Atestamos o recebimento e informamos que os pontos suscitados serão remetidos ao setor requisitante para análise e manifestação.

As respostas serão emitidas observando o que dispõe o item 3 e 4 do Edital.

Atenciosamente

Nilseia Ketes Costa

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

