



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA – SESDEC
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE SAÚDE PMRO
DIRETORIA DE SAÚDE

ANÁLISE TÉCNICA

	Termo de Referência (nº SEI 0023449759)	Proposta: Ortomobil Ind. e Com. Ltda (nº SEI 0030712271)					
Características		Página 3	Página 5 (folheto ilustrativo)	Atende	Não atende	Análise	Apto
Tipo de quadro:	Dobrável em duplo X	Especificado na p.5	Estrutura dobrável com fechamento em X	x			x
Material do quadro:	Alumínio	Alumínio	Alumínio aeronáutico temperado	x			x
Tipo de X:	Dobrável em duplo X	Dobrável em duplo X	Aço duplo tubular	x			x
Tipo de pintura:	Epóxi	Epóxi	Eletrostática epóxi	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x
Tipo do Encosto:	Nylon Almofadado	Nylon Almofadado	Fixo	x			x
Estofamento do encosto:		Especificado na p.5	Acolchoado em nylon de alta resistência	x			x
Estofamento do assento:		Especificado na p.5	Acolchoado em nylon de alta resistência	x			x
Almofada:	3cm espessura	3 cm espessura	5cm espessura	x		Divergência de espessura (páginas 3 e 5)	x
Apoio de braço:	Escamoteável	Escamoteável	Escalonável/Rebatível	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x

Apoio de pés:	Removível com faixa de panturrilha	Removível com faixa de panturrilha	Rebatível	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x
Pedal:	Apoio para os pés removíveis	Apoio para os pés removíveis	Removível, rebatível e com ajuste de altura	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x
Protetor de roupa:	Protetor lateral de roupa	Protetor lateral de roupa	Nylon com aba	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x
Freio:	Bilaterais	Bilaterais	Bilaterais	x			x
Faixa de calcanhar:	Não citado especificamente	Especificado na p.5	Sim	x			x
Faixa de panturrilha:	sim	sim	Especificado na p.3	x			x
Rodas dianteiras:	Aro 6 com pneus maciços (RELEASE nas quatro rodas)	Aro 6 com pneus maciços (RELEASE nas quatro rodas)	6" maciça com rolamentos blindados na bucha receptora	x		Diferença de descrição ou nomenclatura (páginas 3 e 5)	x
Garfo da roda Dianteira:	Não citado especificamente	Especificado na p.5	Alumínio	x		No produto registrado no número ANVISA relata que o item é de aço	x
Eixo dianteiro:	Não cita	Especificado na p.5	Fixo	x			x
Roda traseira:	Aro 24 em alumínio com pneus infláveis	Aro 24" em alumínio com pneus infláveis	24" em Nylon com pneu antifuro	X			X
Pneu da roda traseira:	Inflável	inflável	Inflável 24" x 1 3/8"	X			X
Aro de Impulsão:	Sim	sim	Nylon	X			X
Eixo traseiro:	Não citado especificamente	Especificado na p.5	Sistema quick release/ removível	X			X
Largura do assento:	50 cm	50 cm	Especificado na p.3	x			x
Largura total Aberta:	70 cm	70 cm	Especificado na p.3	x			x
Largura total fechada:	32cm	32cm	Especificado na p.3	x			x
Profundidade do assento:	40 cm	40 cm	Especificado na p.3	x			x
Altura do encosto:	40 cm	40 cm	Especificado na p.3	x			x
Altura do assento ao chão:	50cm	50cm	Especificado na p.3	x			x
Altura do chão a manopla:	87cm	87cm	Especificado na p.3	x			x

Altura do chão ao apoio de braço:	69cm	69cm	Especificado na p.3	x		x
Altura do assento ao apoio de braço:	20cm	20cm	Especificado na p.3	x		x
Comprimento total da cadeira:	97cm	97cm	Especificado na p.3	x		x
Peso da cadeira de rodas:	15 a 17kg	15 a 17kg	17 kg	x		x
Capacidade de carga:	11/120kg	11/120kg	120 kg	x		x
Número de Classificação			I – Baixo risco	x		x
Cor:	Preto	Preta	Especificado na p.3	x		x
Marca:			Ortomobil	x		x
Modelo/versão			MA3F	x		x
Número de certificação do INMETRO			17005	x		x
Número de registro do ANVISA			81470860002	x		X

PARECER: O corpo técnico realizou análise da proposta do fornecedor: Ortomobil Ind. e Com. Ltda (nº SEI 0030712271), confrontando com as especificações de interesse do termo de referência (nº SEI 0023449759). Deste modo, se manifestou favorável. Outrossim, vale resaltar os pontos de divergências em duas características, sendo elas: 1º item: ALMOFADA, onde na proposta e termo de referência especificam a espessura 3cm, o folheto discrimina 5 cm. 2º item: GARFO DA RODA DIANTEIRA, não foi citado especificamente no termo de referência, contudo diverge com a descrição da proposta no manual página 5 (folheto), que indica material alumínio, a numeração do manual do usuário registrado na ANVISA (81470860002), indica material aço. Contudo atende as condições por apresentar condições superiores nas especificações apresentadas pela Diretoria de Saúde PMRO, entendido que a proposta está em conformidade com o termo referência supra citado.


Referências de consulta:


- SEI Termo de referência: [0023449759](#)

- SEI proposta do fornecedor: [0030712271](#)

MANUAL DO USUÁRIO – MA3 SLIM disponível pela ANVISA - Fonte: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351359655201734/>

Corpo técnico:


TAUANA NASCIMENTO DA SILVEIRA
Fisioterapeuta
CREFITO 240422 – F


ELLEN MARIA ISIS LEITE MORALES
Profissional de Educação Física
CREF – 000204 – G/RO