



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 54/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.167741/2021-03						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº327/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EQUIPO ORIGINAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis,	RCORE INSUMOS	SINO MEDICAL-DEVICE	80207450019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, (COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (230 cm (variação +/- 20 cm)).

1.1	<p>respirador lateral com 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra), câmara de gotejamento flexível, filtro de 15 micra (variação +/- 2 micra); com pinça de controle gravitacional, conexão "luer-lock", com medida de 230 cm (variação +/- 20 cm); embalagem individual com grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC nº 4/2011 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	Samtronic	10188530059	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO
	<p>EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE – EQUIPO ORIGINAL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de sangue ou hemocomponentes por bomba de infusão em sistema linear e/ou rotativo; estéril; de uso único; Apirogênico; atóxico;C), em pvc transparente,</p>	RCORE INSUMOS	SINO MEDICAL-DEVICE	80207450019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, (COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (230 cm (variação +/- 20 cm))

1	<p>flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão; ponta perfurante padrão ISO contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para decompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,2 micra (variação +/- 0,2 micra), em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 200 micra (variação +/- 20 micra), pinça rolete com corta-fluxo, terminal conector tipo luer-lock com capa protetora e sistema de controle do preenchimento, firme e de fácil remoção. embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde. solicitamos amostra do produto para análise/parecer e</p>	SAMTRONIC	Samtronic	10188530062	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO
---	---	-----------	-----------	-------------	----------------------------	---

treinamento no ato da entrega e quantas vezes forem necessários para reciclagem da equipe. Conforme RDC nº 4/2011 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.

RCORE INSUMOS	SINO MEDICAL-DEVICE	80207450019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, (COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (230 cm (variação +/- 20 cm))

EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - EQUIPO ORIGINAL EM SISTEMA LINEAR E/OU ROTATIVO, ESTÉRIL; apirogênico; atóxico; tubo medindo 230 cm (variação +/- 20 cm), transparente, flexível, intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para

	<p>1.3 descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de 0,4 micra (variação +/- 0,2 micra) em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de 15 micra (variação +/- 2 micra); pinça rolete com corta-fluxo; injetor lateral tipo "y"; terminal conector tipo "luer-lock" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalagem individual em grau cirúrgico com bomba de infusão em comodato. Conforme RDC nº 4/2011 da ANVISA/MS e com selo do INMETRO.</p>	SAMTRONIC	Samtronic	10188530058	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO
--	--	-----------	-----------	-------------	----------------------------	---

Porto Velho, 18 de agosto de 2022.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica /CAF II - RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 18/08/2022, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 18/08/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031384277** e o código CRC **AF7A96AD**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.167741/2021-03

SEI nº 0031384277



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-VCAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.167741/2021-03

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031166957), com pedido de análise das empresas:

(1) RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA (0031166767) **GRUPO 1; 1ºCOLOCADA**

(2) SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (0031166825) **GRUPO 1; 2ºCOLOCADA**

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 54 (0031384277) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em acordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA -itens **GRUPO 1**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 18/08/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031391655** e o código CRC **23AEDBBD**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.167741/2021-03

SEI nº 0031391655