

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
 Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 34/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.317759/2020-73						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2022/DELTA/SUPEL/RO SERINGAS E AGULHAS						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<p>Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p>						
<p>Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p>						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,3 X 8MM (EM POLEGADAS 30G X 5/16") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO	REISMED	MEDIX	NÃO / INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO,NÃO TEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
		SALDANHA	SR	80026180047 / INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

	ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR)	BRAMED	WILTEX	10150470669 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO.
2	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,40 X 13MM (EM POLEGADAS 27G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	SOLUMED	SOL MILLENNIUM	80937150001 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO TAMANHO (13X 0,45 OU 26G 1/2), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (0,40 X 13MM (EM POLEGADAS 27G X 1/2") .
		BRAMED	WILTEX	10150470669 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		INOVAMED	Wiltex	10150470517 / INFORMADPO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE	COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE O SOLICITADO.

3	<p>ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 25MM (EM POLEGADAS 18G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).</p>	BRAMED	WILTEX	10150470669 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (1,20 X 25MM OU 18GX1")
		CIENTIFICA	LABOR	10369460080 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE O TAMANHO SOLICITADO (1,20 X 25MM (EM POLEGADAS 18G X 1").
4	<p>AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,60 X 40MM (EM POLEGADAS 16G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).</p>	COVAN	SR	NÃO / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO, NÃO TEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
		BRAMED	WILTEX	10150470669 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	OREGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (1,60 X 40MM OU 16G X 1 1/2")
		LR DISTRIBUIDORA	NPH	80451960067 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

5	<p>SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.</p>	COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE O SOLICITADO.
		STAR COMERCIO	MULTI LASER	81596320067 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		LR DISTRIBUIDORA	MULTLASER	81596320067 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

	<p>SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2") DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>SOS DISTRIBUIDORA</p>	<p>SR</p>	<p>80026180050 / INFORMADO.</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO DO PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2")).</p>
<p>6</p>	<p>SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2") DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>SALUTARY</p>	<p>Solidor</p>	<p>10369460145 / INFORMADO.</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

7	<p>SERINGA LUER LOCK DE 3 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO INFORMOU REGISTRO NA ANVISA/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE NÃO ENCONTRAMOS O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.
		SALDANHA	SR	80026180053 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		SOS DISTRIBUIDORA	SR	80026180050 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

8	<p>SERINGA LUER LOCK DE 5 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO INFORMOU REGISTRO NA ANVISA/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE NÃO ENCONTRAMOS O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMAHO SOLICITADO.
		SALDANHA	SR	INFORMADO 80026180053	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		SOS DISTRIBUIDORA	SR	80026180050 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

9	<p>SERINGA LUER LOCK DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SALDANHA	SR	80026180053 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO INFORMOU REGISTRO NA ANVISA/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE NÃO ENCONTRAMOS O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.
		SOS DISTRIBUIDORA	SR	80026180050 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

10	<p>SERINGA LUER LOCK DE 20 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SALDANHA	SR	INFORMADO 80026180053	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.
		COVAN	INJEX	NÃO / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO INFORMOU REGISTRO NA ANVISA/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE NÃO ENCONTRAMOS O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.
		SOS DISTRIBUIDORA	SR	80026180050 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO, APRESENTOU PROSPECTO / FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica - CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, **Técnico**, em 01/08/2022, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, **Coordenador(a)**, em 02/08/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030895365** e o código CRC **A8CF7FA1**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.317759/2020-73

SEI nº 0030895365



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.317759/2020-73

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0030181165), com pedido de análise das propostas das empresa:

- (1) REISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0030177307);
- (2) SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0030177549);
- (3) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0030177637);
- (4) SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0030177999);
- (5) SALDANHA RODRIGUES LTDA (0030178729) (0030178810);
- (6) BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (0030178964);
- (7) OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0030179377);
- (8) INOVAMED HOSPITALAR LTDA (0030179420);
- (9) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0030179513);
- (10) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0030179590);
- (11) STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (0030179693);
- (12) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0030179747);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 34 (0030895365) no

formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

REISMED - **itens 1**

BRAMED - **itens 1, 3, 4**

SOLUMED - **itens 2**

CIENTIFICA - **itens 3**

COVAN - **itens 4, 7, 8, 9, 10**

SOS DISTRIBUIDORA - **itens 6**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 02/08/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030895442** e o código CRC **1384AA85**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.317759/2020-73

SEI nº 0030895442