



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 49/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350758/2020-31						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2022/DELTA/SUPEL/RO- EQUIPOS E LINHAS ARTERIAL.						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATI
1	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA GRADUADA CAPACIDADE 150 ML, PONTA PERFURANTE EM PVC COM TAMPINA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, BURETA DE 150ML CONTROLADOR DO FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL EM Y, CONEXÃO DO TIPO LUER, ATÓXICO, APIROGÊNIO, TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO	SERMED	LABOR IMPORT	10369460157	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	EM CONSULTA AO REGISTRO DA ANVISA OFERTADO E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFCOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		BRASIL CENTRAL	LABOR IMPORT	10369460157	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	NA ANVISA.	JR LACERDA	WILTEX	10150470553	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	EM CONSULTA AO REGISTRO DA ANVISA OFERTADO E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFCOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	EQUIPO PARA HEMOTRANSFUSÃO TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PINÇA ROLETE, APIROGÊNICO BIOCMPATÍVEL, POSSUI CÂMARA FLEXÍVEL DUPLA DOTADA DE FILTRO DE 200 MICRA, COM CÂMERA DE GOTEJAMENTO COM ADAPTADOR LUER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	BRASIL CENTRAL	LABOR	10369460174	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	EM CONSULTA AO REGISTRO DA ANVISA OFERTADO E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFCOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		CINCO	CGH	10234409018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTDO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (COM CÂMARA FLEXÍVEL).
		JR LACERDA	LAMEDID / LABOR IMPORT	10369460174	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	EM CONSULTA AO REGISTRO DA ANVISA OFERTADO E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFCOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
3	AGULHA PARA PUNÇÃO DE PORT (AGULHA DE HUBER) - AGULHA PARA INFUSÃO DE QUIMIOTERAPIA CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PUNCIÓNADOR TIPO SCALP, TAMANHO 19 G X 25 MM (CURTA) COM 20 CM DE COMPRIMENTO; BISEL COM ANGULAÇÃO DE 90 GRAUS, TIPO HUBBER, COM CONECTOR LUER LOCK E ENCAIXE UNIVERSAL COM CLAMP; RETA, COM ASAS DE FIXAÇÃO TIPO BORBOLETA, PARA USO EXCLUSIVO EM	BRAMED	POLYPERF SAFE	10150470566	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		CIENTIFICA	POLYPERF	10150470566 / INFORMADO.	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	PORTCATH, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	IMPORT	DELTEC/ SMITHS HEALTHCARE	80228990030	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32) E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO. DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER RÍGIDO, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO. CALIBRE: 18 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	NRX MEDICAL	INJEX	10160610088	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Injex-Cath® SAFETY), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, E 2 VIAS).
		COVAN	NÃO INFORMADO.	TOP MED	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA A ANVISA E AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICAMOS QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		CENTRALMIX	DESCARPACK	10330660052	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).

5	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32) E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO.</p> <p>DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER RÍGIDO, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO. CALIBRE: 20 G.</p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	NÃO INFORMADO.	TOP MED	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA A ANVISA E AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICAMOS QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		NRX MEDICAL	INJEX	10160610088	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Injex-Cath® SAFETY), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).
		CENTRALMIX	DESCARPACK	10330660052	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).

6	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32) E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO.</p> <p>DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER RÍGIDO, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO. CALIBRE: 22 G.</p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	NÃO INFORMADO.	TOP MED	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA A ANVISA E AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICAMOS QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		NRX MEDICAL	INJEX	10160610088	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Injex-Cath® SAFETY), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).
		CENTRALMIX	DESCARPACK	10330660052	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).

7	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32) E 2 VIAS DE ACESSO, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO.</p> <p>DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER RÍGIDO, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO. CALIBRE: 24 G.</p> <p>EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	COVAN	NÃO INFORMADO.	TOP MED	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA A ANVISA E AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICAMOS QUE A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		MEDICAL	MEDIX	80495510107	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).
		NRX MEDICAL	Injex	10160610088	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Injex-Cath® SAFETY), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", COM ASAS DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR E 2 VIAS).
	<p>BOLSA PRESSÓRICA PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS.</p> <p>MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, UNIDADE TRANSPARENTE, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO FRASCO E VOLUME DO LÍQUIDO, TIPO MANÔMETRO ALTA PRECISÃO DE 0 A 300</p>	IMPORT	HFA/Unimed Medical Supplies	80081490004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( UNIDADE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO FRASCO).

8	MMHG. CONSTITUÍDO DE UM MANGUITO EM POLIURETANO TRANSPARENTE REUTILIZÁVEL, COM INSUFLADOR MANUAL (PÊRA) DE BORRACHA FLEXÍVEL, AUTOINFLÁVEL E SEM LÁTEX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA METÁLICA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR E BALÃO, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO AO SUPORTE E AO FRASCO DE SORO. BOLSA COM FECHAMENTO EM VELCRO. TAMANHO: 500 ML, REUTILIZÁVEL. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO E PROPICIAR SEGURANÇA E MANUSEIO SEGURO.	CIENTIFICA	KINNER	80280200006	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		CRUZEL	KINNER	80280200006	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FICHA TÉCNICA EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

Porto Velho, 15 de agosto de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica- CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 15/08/2022, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 15/08/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031289038** e o código CRC **294AD866**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.350758/2020-31

SEI nº 0031289038



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 000036.350758/2020-31

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0030989058), com pedido de análise das propostas das empresas:

- (1) SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (0030987536);
- (2) BRASIL CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI (0030987596) (0030987654);
- (3) BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL (0030987740);
- (4) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (0030987833) (0030987907);
- (5) COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA ( 0030988007) (0030988056);
- (6) IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ( 0030988106) (0030988161);
- (7) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0030988233);
- (8) CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (0030988276);
- (9) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0030988330);
- (10) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0030988442);
- (11) MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI ME (0030988497);
- (12) CRUZEL COMERCIAL LTDA (0030988532);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 49 (0031289038) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, estão em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.



CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - **item 2**,  
NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS  
MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE - **item 4, 5, 6, 7**  
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA ( COVAN) - **item 4, 5,**  
**6, 7**  
CENTRALMIX COMERCIAL LTDA - **item 4, 5, 6**,  
MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI ME - **ITEM 7**,  
IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - **ITEM 8**.

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 15/08/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031289269** e o código CRC **F271AF06**.