

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 57/2022/SESAU-CAFIINP

| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2 | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.352181/2021-82 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2022/DELTA/SUPEL/RO -TRATO RESPIRATÓRIO | | | | | | |
| ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS | | | | | | |
| <p>Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p> | | | | | | |
| <p>Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p> | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPTIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 1 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO DIXTAL E SIMILARES ADULTO - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, CONECTOR EM "Y", CONECTOR TIPO COTOVELO, DRENOS E CONECTOR RETO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SALUTARY | OXIGEL | 10330529012 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO(CIRCUITO PACIENTE EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | GLOBAL TEC | GLOBAL TEC /GT2003 | 80389130017 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 2 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO DIXTAL E SIMILARES INFANTIL - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, CONECTOR EM "Y", CONECTOR TIPO COTOVELO, DRENOS, CONECTOR RETO, CONECTORES 15MM E LINHA PROXIMAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SALUTARY | OXIGEL | 10330529012 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO(CIRCUITO PACIENTE EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | GLOBAL TEC | GLOBAL TEC / GT2004 | 80389130024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | CIRCUITO RESPIRATÓRIO INTERMED E SIMILARES INFANTIL - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, | GLOBAL TEC | GLOBALTEC /GT2001 | 80389130021 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 3 | CONECTOR EM "Y", CONECTOR TIPO COTOVELO, DRENOS, CONECTORES RETOS, CONECTORES 15MM E LINHA PROXIMAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 8067704004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 8067704004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 4 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO AVEA E SIMILARES INFANTIL - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, CONECTOR EM "Y", DRENO, CONECTORES 15MM. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390003 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO É COMPATÍVEL COM CIRCUÍTO AVEA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 8067704004 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO É COMPATÍVEL COM CIRCUÍTO AVEA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 8067704004 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO É COMPATÍVEL COM CIRCUÍTO AVEA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 5 | CIRCUITO RESPIRATÓRIO INTER 5 E SIMILARES NEONATAL/PEDIÁTRICO - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, CONECTOR EM "Y", CONECTOR TIPO COTOVELO, DRENOS, CONECTORES RETOS E LINHA PROXIMAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | GLOBAL TEC | GLOBALTEC /GT2005 | 80389130021 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | ROMED | Romed | 81284390003 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 6 | CAPACETE DE OXIGÊNIO (HOOD) TAMANHO 3 - CORPO CILÍNDRICO EM ACRÍLICO DE CRISTAL POLIDO, COMPACTADO, TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BICO DE ENTRADA PARA TUBO. ORIFÍCIO NA PARTE CENTRAL DA TAMPA. ORIFÍCIOS LATERAIS PARA PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU TERMÔMETRO. ABERTURA FRONTAL PARA O PESCOÇO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL *Acima do estimado | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 7 | CAPACETE DE OXIGÊNIO (HOOD) TAMANHO 2 - CORPO CILÍNDRICO EM ACRÍLICO DE CRISTAL POLIDO, COMPACTADO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BICO DE ENTRADA PARA TUBO. ORIFÍCIO NA PARTE CENTRAL DA TAMPA. ORIFÍCIOS LATERAIS PARA PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU TERMÔMETRO. ABERTURA | LR DISTRIBUIDORA | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|---|
| | FRONTAL PARA O PESCOÇO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | DENTAL*Acima do estimado | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 8 | CAPACETE DE OXIGÊNIO (HOOD) TAMANHO 1 - CORPO CILÍNDRICO EM ACRÍLICO DE CRISTAL POLIDO, COMPACTADO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BICO DE ENTRADA PARA TUBO. ORIFÍCIO NA PARTE CENTRAL DA TAMPA. ORIFÍCIOS LATERAIS PARA PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU TERMÔMETRO. ABERTURA FRONTAL PARA O PESCOÇO. ABERTURA FRONTAL PARA O PESCOÇO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA | LR DISTRIBUIDORA | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | OLIDEF | 10227180035 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 9 | FILTRO BARREIRA HEPA (PARA USO NA VÁLVULA EXALATÓRIA DO EQUIPAMENTO VENTILATÓRIO) CONDENSADOR ADULTO COM FILTRO BARREIRA BACTERICIDA E VÍRUS, AUTO UMIDIFICADOR TROCADOR DE CALOR UMIDADE QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE ÁGUA NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO DO APARELHO DE ANESTESIA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MEMBRANA BIDIRECIONADA TOTALMENTE HIDROFÓBICA, PARA CONECÇÃO DE CAPNOGRAFIA/MONITORIZAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS, VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, UMIDIFICAÇÃO COMPATÍVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | LICITATRADE | SCAVMEDICAL / YFH-AT | 81484760002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (FILTRO HMEF YOUIMIDITY - Adulto com Traqueia), NÃO ATENDE AO SOLICITADO AO SOLICITADO (FILTRO HEPA). |
| | | LR DISTRIBUIDORA | GVS | 80158680004. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE ENCONTRAMOS QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA (81045420001) QUE ATENDE AO SOLICITADO. |
| | FILTRO BARREIRA HEPA (PARA USO NA VÁLVULA EXALATÓRIA DO EQUIPAMENTO VENTILATÓRIO) CONDENSADOR INFANTIL COM FILTRO BARREIRA BACTERICIDA E VÍRUS, AUTO UMIDIFICADOR TROCADOR DE CALOR UMIDADE QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE ÁGUA NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO DO APARELHO DE ANESTESIA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A | LICITATRADE | SCAVMEDICAL /YFH-IT | 81484760002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (FILTRO HMEF YOUIMIDITY - Adulto com Traqueia), NÃO ATENDE AO SOLICITADO AO SOLICITADO (FILTRO HEPA). |
| | | CIENTIFICA *Acima do estimado | BECARE | 80808489009 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--|
| 10 | INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MEMBRANA BIDIRECIONAL TOTALMENTE HIDROFÓBICA, PARA CONECÇÃO DE CAPNOGRAFIA/MONITORIZAÇÃO DE GASES RESPIRATÓRIOS, VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, UMIDIFICAÇÃO COMPATÍVEL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | HOSPMED *Acima do estimado | HAIBREATH | 81045420001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 11 | FILTRO HMEF COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIA E A VÍRUS (PARA USO APÓS O "Y" DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO), TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA 100 % HIDRÓFÓBICA/HIGROSCÓPICA, BIDIRECIONAL, LIVRE DE LÁTEX, E CAPAZ DE RETER PARTÍCULAS DE LÁTEX. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO, FLEXÍVEL, E CONECÇÕES UNIVERSAIS. VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, ESTÉRIL. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ARTIFICIAL. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | LICITATRADE | SCAVMEDICAL / YFH-AT | 81484760002 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE ENCONTRAMOS QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO REGISTRONA ANVISA (81045420001) QUE ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | CIENTIFICA | BE CARE | 80808489008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 12 | FILTRO HMEF COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIA E A VÍRUS (PARA USO APÓS O "Y" DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO), TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, MEMBRANA 100 % HIDRÓFÓBICA/HIGROSCÓPICA, BIDIRECIONAL, LIVRE DE LÁTEX, E CAPAZ DE RETER PARTÍCULAS DE LÁTEX. COM TUBO EXTENSOR CORRUGADO, FLEXÍVEL, E CONECÇÕES UNIVERSAIS. VALIDADO PARA USO MÍNIMO DE 24 HORAS, ESTÉRIL. USO EM CIRCUITO DE RESPIRADOR ARTIFICIAL. TAMANHO INFANTIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | LICITATRADE | SCAVMEDICAL / YFH-IT | 81484760002 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE ENCONTRAMOS QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO REGISTRONA ANVISA (81045420001) QUE ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | HOSPMED | HAIBREATH | 81045420001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 13 | SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA 2 L (ADULTO, CAPACIDADE 2 LITROS, COMPOSTO DE BALÃO DE 2.000ML CONFECCIONADO EM BORRACHA, TRAQUÉIA EM SILICONE E MÁSCARA FACIAL EM PVC). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, | ROMED | Romed | 81284390004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | PROTEC | 80435140001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| | DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | LR DISTRIBUIDORA | OXIGEL | 10330520059 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 14 | SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA INFANTIL (CAPACIDADE 1 LITRO, COMPOSTO DE BALÃO DE 1.000ML CONFECCIONADO EM BORRACHA, TRAUQUÉIA EM SILICONE E MÁSCARA FACIAL EM PVC). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390004 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | OXIGEL | 10330520059 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | OXIGEL | 10330520059 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 15 | FIXADOR CEFÁLICO (PRESILHA) EM SILICONE, SEM LÁTEX, AUTOCLAVÁVEL, COM PERFURAÇÕES AO LONGO DAS TIRAS PERMITINDO REGULAR O AJUSTE. UTILIZADO EM VÁRIOS MODELOS DE MÁSCARAS PARA TERAPIA RESPIRATÓRIA E ANESTESIA. TAMANHO ADULTO E INFANTIL. | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677049001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | ROMED | Romed | 81284390018 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | UNITEC | 10432309009 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (circuito universal silicone), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 16 | MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL (AMBU) SEMI TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE COM BORDAS ACOLCHOADAS OU COM ESPALDO DE 5 MM NA BORDA, DE TAMANHO Nº 0 (PREMATURO). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED *Acima do estimado | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA *Acima do estimado | UNITEC | 10432300025 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (BARAKA DE SILICONE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL). |
| 17 | MÁSCARA PARA BALÃO AUTO INFLÁVEL (AMBU) SEMI TRANSPARENTE OU TRANSPARENTE COM BORDAS ACOLCHOADAS OU COM ESPALDO DE 5 MM NA BORDA, DE TAMANHO Nº 00 (PREMATURO EXTREMO). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | SALUTARY | VENTCARE / MJV VENT300N n°00 | 80568900006 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE / MJV VENT300N n°00 | 80568900006 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 18 | MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) ADULTO OU Nº 5 COM ARANHA, EM SILICONE, COM FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80568900006 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|
| | ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | COVAN | UNITEC | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (MASCARA PARA ANESTESIA E REANIMAÇÃO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (MASCARA PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - VNI). |
| 19 | MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PEDIATRICA OU Nº 3 COM ARANHA, EM SILICONE, FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80568900006 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | COVAN | UNITEC | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (MASCARA PARA NESTESIA E REANIMAÇÃO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (MASCARA PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - VNI). |
| 20 | MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NEONATAL OU Nº 1 COM ARANHA, COM FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO, CONEXÃO UNIVERSAL, EM SILICONE, COM COXIM (BORDA) INFLÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134° C, PARA CONEXÃO EM ENTRADA PADRÃO 15MM. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80568900006 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | COVAN | UNITEC | NÃO INFORMADO | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (MASCARA PARA NESTESIA E REANIMAÇÃO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (MASCARA PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - VNI). |
| | | CIENTIFICA | OXIGEL | 10330529007 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (REANIMADOR MANUAL DE SILICONE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (MASCARA PARA ANESTESIA OU VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA). |
| | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 5,0, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CENTRALMIX | VITALGOLD | 10296900167 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-------------|----------------------------|--|
| 21 | <p>PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUCÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | MEDIMAC | VITALGOLD | 10296900167 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 22 | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 6,0, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS;</p> | HOSPMED | HAIBREATH | 81045420008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------|----------------------------|--|
| <p>CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 8,0, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS;</p> | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | CIENTIFICA | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|--|
| 23 | <p>CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | HOSPMED | HAIBREATH | 81045420008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420005. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 10, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---|
| 24 | <p>PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | HOSPMED | HAIBREATH | 81045420005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO</p> |
| | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA</p> | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420005. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | <p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO</p> |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|--|
| 25 | <p>ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | CIENTIFICA | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA</p> | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420005. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|----------------------------|--|--|
| 26 | <p>COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | CIENTIFICA | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 16, ESTÉRIL, COMPOSTA POR - CATÉTER DE ASPIRAÇÃO EM PVC, COM PONTA BISELADA EM 15°, ORFÍCIOS LATERAIS, CALIBRAÇÃO ATRAVÉS DE MARCAS IGUALMENTE DISTANCIADAS NO CORPO DO TUBO; CONECTOR COM FORMATO DE "T" TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DO CATÉTER E DAS SECREÇÕES. COM DOIS SELOS DE PEEP, COM CÂMARA DE LIMPEZA FECHADA, CONEXÃO DE 15 MM DE DIÂMETRO QUE PERMITE A LIGAÇÃO DIRETA COM A VENTILAÇÃO MECÂNICA; UMA CAMISA FORTE QUE PROTEGE O CATÉTER DA ASPIRAÇÃO SEM CORRER O</p> | BRASIL MED CARE | HAIBREATH | 81045420005. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| CIENTIFICA | | BECARE | 80808480058 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO | |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| 27 | RISCO DE RASGAR OU FURAR DURANTE O SEU USO, NO PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; CONECTOR GIRATÓRIO QUE REDUZ O IMPACTO DA TORÇÃO NO MOMENTO DA CONEXÃO; GRAMPO QUE AUXILIA NA DESCONEXÃO ENTRE O CATETER E O TUBO TRAQUEAL OU DE TRAQUEOSTOMIA; VÁLVULA DE CONTROLE GIRATÓRIA QUE CONTROLA A SUÇÃO E PREVINE A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE; LINHA DE IRRIGAÇÃO DE FLUIDOS NA PONTA DISTAL DO CATETER DE ASPIRAÇÃO, QUE PROMOVE UMA PERFEITA LAVAGEM E UMA EFETIVA IRRIGAÇÃO IMPEDINDO O ACÚMULO DE SECREÇÕES NO TUBO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | HOSPMED | HAIBREATH | 81045420005. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 28 | CÂMARA RETRÁTIL, SANFONADA (AEROPUFF), PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM AEROSSOL, COM CONEXÃO UNIVERSAL PARA USO EM TODOS OS TIPOS DE BRONCODILATADOR, E RESPIRADOR. TAMANHO ADULTO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | PLASTIC WAY | AEROWAY RETRÁTIL / PLASTIC WAY® R | 10387179005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040003 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (CONECTOR MDI PARA AEROSSOL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CÂMARA RETRÁTIL SANFONADA). |
| | | JR LACERDA | AEROPUFF | 80327110007 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 29 | KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO. TRANSPARENT E ATÓXICA, EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / HS-NM22 | 81766600005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| 30 | KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO ÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENT E ATÓXICA, EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / HS-NM23 | 81766600005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VITALGOLD | 10296900071 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 31 | KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE AR COMPRIMIDO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENT E ATÓXICA, EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MULTILASER | 81596320003 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA*Acima do estimado | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 32 | KIT MICRONEBULIZADOR, MÁSCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO, PARA USO EM REDE DE AR COMPRIMIDO OU NEBULIZADOR COM CONEXÃO EM ROSCA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, COM ORIFÍCIOS PARA EVITAR CONCENTRAÇÃO DE GÁS. COPO COM INDICAÇÃO MÁXIMA DO LÍQUIDO, EXTENSÃO FLEXÍVEL, MEDINDO ENTRE 1,20M E 3M DE COMPRIMENTO,TRANSPARENT E ATÓXICA, EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MULTILASER | 81596320003 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA *Acima do estimado | FOYOMED | 10150470540 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 33 | MÁSCARA FACIAL TIPO TENDA PARA OXIGENIOTERAPIA COM ALTA UMIDADE, NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA. FORMATO DE CONTORNO DO QUEIXO. CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE E MACIO OFERECENDO CONFORTO E FACILIDADE PARA FALAR AO PACIENTE. CONEXÃO PARA ENTRADA DE TUBO DE 22MM. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, A MARCA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MD | 80070210021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | FACE DO PACIENTE. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | SALUTARY | VENTCARE | 80677040005 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 34 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM MÁSCARA, CONEXÃO UNIVERSAL, TRAQUÉIA EM SILICONE E FRASCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ADAPTÁVEL PARA OXIGÊNIO ADULTO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | COVAN | PROTEC | 80435140017 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | SALUTARY | VENTCARE | 80677040005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | RWR | 80412230009 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 35 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM MÁSCARA, CONEXÃO UNIVERSAL, TRAQUÉIA EM SILICONE E FRASCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ADAPTÁVEL PARA AR COMPRIMIDO ADULTO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | SALUTARY | VENTCARE | 80677040005 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CENTRALMIX | PROTEC | 80435140017 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 36 | FRASCO UMIDIFICADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM ROSCA METALIZADA E SEM EXTENSÃO COM TAMPA, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM NIVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGENIO. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040012 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | JR LACERDA | ROMED | 81284390008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 37 | FRASCO UMIDIFICADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO COM ROSCA METALIZADA E SEM EXTENSÃO COM TAMPA, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML COM NIVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | ROMED | 81284390008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | ROMED | Romed | 81284390008 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CIENTIFICA | PROTEC | 80435140016 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---|
| 38 | EXTENSÃO COM MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO TAMANHO ADULTO, PARA UMIDIFICADOR. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | FOYOMED | 10150470540 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | OPRODUTO OFERTADO (MICRONEBULIZADOR MASCARAS), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EXTENSÃO COM MASCARA PARA USO EM UMIDIFICADOR) |
| | | COVAN | UNITEC | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (EXTENSÃO COM MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR). |
| | | DENTAL | VENTCARE | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (EXTENSÃO COM MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR). |
| 39 | EXTENSÃO COM MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO TAMANHO INFANTIL, PARA UMIDIFICADOR. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | FOYOMED | 10150470540 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | OPRODUTO OFERTADO (MICRONEBULIZADOR MASCARAS), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EXTENSÃO COM MASCARA PARA USO EM UMIDIFICADOR) |
| | | COVAN | UNITEC | NÃO INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (EXTENSÃO COM MÁSCARA PARA UMIDIFICADOR). |
| | | DENTAL | VENTCARE | NÃO INFORMADO. | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA MASCARA TAMANHO ADULTO , NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TAMANHO INFANTIL). |
| 40 | KIT MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ , TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE APROX. 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO PEDIÁTRICO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA E OBDECER A ISO 13485. | JR LACERDA | WELL LEAD | 10150479083 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | MEDIMAC | ADVANTIVE | 10296900148 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | ADVANTIVE | 10296900148 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 41 | KIT MÁSCARA DE VENTURI, CONFECCIONADA EM VINIL OU PVC MACIO, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ , TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE APROX. 2,10 M, COM ADAPTADOR GIRATÓRIO, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, ACOMPANHA TRAQUEIA, 6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO E COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, TAMANHO ADULTO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA E OBDECER A ISO 13485. | JR LACERDA | WELL LEAD | 10150479083 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | MEDIMAC | ADVANTIVE | 10296900148 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | ADVANTIVE | 10296900148 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 42 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1 NEONATAL < 5 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 4 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| | | MEDIMAC | VITALGOLD | 10296909030 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 43 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 1,5 LACTENTE 5-10 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 7 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| | | MEDIMAC | VITALGOLD | 10296909030 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 44 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2 INFANTIL 10-20 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 10 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| | | MEDIMAC | VITALGOLD | 10296909030 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 45 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 2,5 INFANTIL 20-30 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 14 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / PA010325 | 81766609004 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO MODELO PA010325 QUE ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL), REGISTRO NA ANVISA (81766609013). |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| 46 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 3 INFANTIL 30-50 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 20 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / PA010330 | 81766609004 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO MODELO PA010330 QUE ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL), REGISTRO NA ANVISA (81766609013). |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | ANVISA. | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| 47 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 4 ADULTO 50-70 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 30 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / PA010340 | 81766609004 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO MODELO PA010340 QUE ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL), REGISTRO NA ANVISA (81766609013). |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| 48 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 5 ADULTO 70-100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 40 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MD | 80070210024 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (Máscara Laringea de Silicone Reutilizável Aramada), NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| | | MEDIMAC | VITALGOLD | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO APRESENTOU PROPOSTA |
| 49 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 6 ADULTO >100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 50 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / PA010360 | 81766609004 / INFORMADO. | DE ACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO MODELO PA010360 QUE ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL), REGISTRO NA ANVISA (81766609013). |
| | | JR LACERDA | VITAL GOLD | 10296909029 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO (EM PVC), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (SILICONE). |
| | | MEDIMAC | VITALGOLD | 10296909030 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 50 | MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, NÃO REINALANTE. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM | MEDIMAC | ADVANTIVE | 10296900077 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | ADVANTIVE | 10296900077 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| | DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | GOODCOME | 10150470368 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 51 | MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, NÃO REINALANTE. EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | MEDIMAC | ADVANTIVE | 10296900077 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | ADVANTIVE | 10296900077 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | JR LACERDA | FOYOMED | 10150470492 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 52 | MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO. CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, QUE PERMITA GIRO DE ATÉ 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO DE MEDIDA PADRÃO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / HS -TTM2 | 81766600018 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MD | 80070210021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | MD | 80070210021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 53 | MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA INFANTIL, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO, CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, QUE PERMITA GIRO DE ATÉ 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO DE MEDIDA PADRÃO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | K. S. EQUIPAMENTOS | HOSPICENTER / HS -TTM1 | 81766600018 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MD | 80070210021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | CM HOSPITALAR / VIVEO | HUDSON / TELEFLEX | 10342600044 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO (MODELO 1076) ATENDEM AO SOLICITADO |
| 54 | CÂNULA CPAP, PRONGA NASAL DE SILICONE INFANTIL PARA CIRCUITO DE CPC NASAL Nº 00. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO | IMPACTO | BABY EASY REFIL / REFIL/IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| | DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | DENTAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 55 | CÂNULA CPAP, PRONGA NASAL DE SILICONE INFANTIL PARA CIRCUITO DE CPC NASAL Nº 0. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY REFIL / REFIL/IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 56 | CÂNULA CPAP, PRONGA NASAL DE SILICONE INFANTIL PARA CIRCUITO DE CPC NASAL Nº 1. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY REFIL / REFIL/IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 57 | CÂNULA CPAP, PRONGA NASAL DE SILICONE INFANTIL PARA CIRCUITO DE CPC NASAL Nº 3. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY REFIL / REFIL/IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | DENTAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 58 | ESPAÇADOR PARA AEROSSÓIS ADAPTÁVEL A TODOS INALADORES SPRAY (BOMBINHA) DO MERCADO, CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO OU DE ALUMÍNIO, COM ADAPTADOR E ABERTURA. MÁSCARA TAMANHO INFANTIL/ADULTO (APROXIMADAMENTE 3 ANOS EM DIANTE). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | PLASTIC WAY | AEROWAY | 10387170049 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | RS MED | CHAMBER | 80470750002 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | REISMED *Acima do estimado | AEROWAY | 10387170049 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 59 | ESPAÇADOR PARA AEROSSÓIS ADAPTÁVEL A TODOS INALADORES SPRAY (BOMBINHA) DO MERCADO CONTENDO MÁSCARA MACIA E TRANSPARENTE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, CORPO DE PLÁSTICO OU DE ALUMÍNIO, COM ADAPTADOR E ABERTURA. MÁSCARA TAMANHO PEDIÁTRICO (IDADE APROXIMADA DE 0 A 2 ANOS). EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | PLASTIC WAY | AEROWAY | 10387170049 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | RS MED | MAXX CHAMBER | 80470750002 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | REISMED *Acima do estimado | AEROWAY | 10387170049 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 60 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 00, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL *Acima do estimado | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 61 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL *Acima do estimado | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 62 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL *Acima do estimado | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 63 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 2, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | ANVISA. | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 64 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 3, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 65 | KIT CANULA NASAL INFANTIL CPAP Nº 4, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | IMPACTO | BABY EASY / IMPACTO MEDICAL | 80358740024 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | LR DISTRIBUIDORA | VENTCARE | 80677040013 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | BRASIL CENTRAL | VENTCARE | 80677040001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| 66 | CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO 12 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM PVC (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | JR LACERDA | MED SONDA | 80163570002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO COM (TUBO comprimento de 110 cm) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO). |
| | | CIENTIFICA | MEDSONDA | 80163570002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO COM (TUBO comprimento de 110 cm) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO). |
| | | LR DISTRIBUIDORA | BIOSANI | 80286000032 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (CATETER NASAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (CATETER NASAL TIPO ÓCULOS). |
| 67 | CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO NEONATAL 4 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM PVC (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MEDSONDA | 80163570002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO COM (TUBO comprimento de 110 cm) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO). |

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|
| 68 | CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO PEDIÁTRICO 6 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MEDSONDA | 80163570002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO COM (TUBO comprimento de 110 cm, "PRONG" em PVC.) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO). |
| 69 | CATETER (CANULA) NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL 9 FR - COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO"), MACIO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE A ORELHA, TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | CIENTIFICA | MEDSONDA | 80163570002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO COM (TUBO comprimento de 110 cm, "PRONG" em PVC.) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (TUBO DE NO MÍNIMO 1,3 M DE COMPRIMENTO). |
| | | DENTAL *Acima do estimado | Biosani | NÃO INFORMADO. | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO COM DISPOSITIVO DE ADPATAÇÃO DAS NARINAS EM PVC, NÃO ATENDE AO SOLICITADO (EM SILICONE). |
| 70 | GUIA "BOUGIE" PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO DESCARTÁVEL, TAMANHO: 15FR, DIÂMETRO: 5 MM COMPRIMENTO: 600 MM, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PROXIMAL RETA E DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 35 GRAUS. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA | CIENTIFICA | GC MEDICA | 10150470640 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO NO TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (15 FR- 5MMX600MM). |
| | | LR DISTRIBUIDORA | MEDTECH | 10299940016 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | TTACK MEDICAL | SUNMED / TO GO | 81027710001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| LOTE | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-------|-------|-------------|----------------------------|--|
| 1 | 71 | <p>REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE TAMANHO ADULTO COM COXIM, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO COM APROXIMADAMENTE 1500 ML COM VARIAÇÃO DE + OU - 300 ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL LIMITADORA DE PRESSÃO COM CONEXÃO ROTATIVA, BOLSA RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, VÁLVULA PARA BOLSA RESERVATÓRIO, EXTENSÃO (TUBO) COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 M. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | 72 | <p>KIT BOLSA RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL CONTENDO: UM RESERVATÓRIO EM PVC ADULTO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.500 ML E UMA EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p> | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | <p>REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE NEONATAL, AUTOCLAVÁVEL, MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE TAMANHO NEONATAL COM COXIM, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO COM APROXIMADAMENTE 200 ML COM VARIAÇÃO DE + OU -</p> | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

| | | | | | | | |
|---|----|---|--------|---------|----------------|-------------------------------|--|
| 2 | 73 | 150 ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL LIMITADORA DE PRESSÃO COM CONEXÃO ROTATIVA, BOLSA RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, VÁLVULA PARA BOLSA RESERVATÓRIO, EXTENSÃO (TUBO) COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 M. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | DENTAL | Mikatos | NÃO INFORMADO. | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | NÃO ANEXO FICHA TÉCNICA /REGISTRO NA ANVISA À PROPOSTA, EM CONSULTA À ANVISA VERIFICAMOS QUE O REGISTRO PARA A MARCA OFERTADA ENCONTRA-SE CANCELADO. |
| | 74 | KIT BOLSA RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL CONTENDO: UM RESERVATÓRIO EM PVC NEONATAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 ML E UMA EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | | REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, AUTOCLAVÁVEL, MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE TAMANHO PEDIÁTRICO COM COXIM, BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO COM APROXIMADAMENTE 500 ML COM VARIAÇÃO DE + OU - 100 ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL | DENTAL | Mikatos | NÃO INFORMADO. | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | NÃO ANEXO FICHA TÉCNICA /REGISTRO NA ANVISA À PROPOSTA, EM CONSULTA À ANVISA VERIFICAMOS QUE O REGISTRO PARA A MARCA OFERTADA ENCONTRA-SE CANCELADO. |

| | | | | | | | |
|---|----|---|--------|---------|----------------|-------------------------------|--|
| 3 | 75 | LIMITADORA DE PRESSÃO COM CONEXÃO ROTATIVA, BOLSA RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO, VÁLVULA PARA BOLSA RESERVATÓRIO, EXTENSÃO (TUBO) COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO DE APROXIMADAMENTE 2 M. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |
| | 76 | KIT BOLSA RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL CONTENDO: UM RESERVATÓRIO EM PVC INFANTIL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 ML E UMA EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | DENTAL | Mikatos | NÃO INFORMADO. | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | NÃO ANEXO FICHA TÉCNICA /REGISTRO NA ANVISA À PROPOSTA, EM CONSULTA À ANVISA VERIFICAMOS QUE O REGISTRO PARA A MARCA OFERTADA ENCONTRA-SE CANCELADO. |
| | | | ROMED | Romed | 81284390011 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO |

Porto Velho, 22 de agosto de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica- CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 22/08/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 22/08/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031478817** e o código CRC **DA875710**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.352181/2021-82

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0030828810), com pedido de análise das proposta das empresa:

- (1) ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI (0030825229) (0030825687);
- (2) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIREL (0030825888);
- (3) GLOBAL TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (0030825977);
- (4) CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (0030826057);
- (5) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0030826325);
- (6) LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0030826436);
- (7) BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (0030826521);
- (8) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0030826589) (0030826629);
- (9) BRASIL MED CARE IMP. EXP. COM. E DIST. LTDA (0030826720);
- (10) HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP (0030826784);
- (11) PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (0030826851);
- (12) COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0030826913);
- (13) K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0030826975) (0030827047);
- (14) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0030827371);
- (15) IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0030827444);
- (16) DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (0030827997) (0030845143);
- (17) REISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0030828061);
- (18) RS MED LTDA (0030828124);
- (19) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0030828161);

(20) CM HOSPITALAR S.A. (0030828244);

(21) TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0030832158);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 57 (0031478817) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

SALUTARY - itens 1,2,

ROMED- itens 4,

L R DISTRIBUIDORA- itens 4, 66,

BRASIL CENTRAL- itens 4, 28

LICITATRADE- itens 9, 10

DENTAL- itens 15, 39, lote 2 e 3.

CIENTIFICA - ITENS 16, 20, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 66, 67, 68, 69, 70,

COVAN -itens 18, 19, 20

J R LACERDA- itens 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 66,

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 22/08/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031478922** e o código CRC **39CA9B35**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.352181/2021-82

SEI nº 0031478922