

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 41/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.504377/2020-88						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BIOLINE	BIOLINE / CS0MR40R	10426020021	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI *Acima do estimado	COVIDIEN / CS27110	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / 854T	81245800006	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
2	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL *valores acima do estimado e não negociou	TECHNOFIO / CS07MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIOLINE *Acima do estimado	BIOLINE / CS1MR40R	10426020021	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO - SEM MODELO	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - NÃO FORAM ENCONTRADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS INFORMAÇÃO SOBRE A MARCA OFERTADA
3	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN,	BIOLINE	BIOLINE - CS20MR40R	10426020021	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI	COVIDIEN / CS27120	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / 853T	81245800006	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
4	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM AMIGDALECTOMIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CS27CR20	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BULA BRASIL DISTRIBUIDORA	TECHNOFIO / CS27MR20	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA	SHALON / S320CR20	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
5	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O DIAMETRO "3-0" NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL (PÁGINA 33 DA PROPOSTA - 12 DO CATÁLOGO)
		JR LACERDA *Acima do estimado	SHALON / S330MR35	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL *Acima do estimado	SHALON / S330MR35	10243410012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
6	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM UROLOGIA, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL *valores acima do estimado e não negociou	TECHNOFIO / CS47MR15	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CS47MR15	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA *Acima do estimado	SHALON / S340MR15	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
7	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC07MR25	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BULA BRASIL	TECHNOFIO / CC07MR25	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA	TECHNOFIO / CC07MR25	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM	JR LACERDA *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC07MR40	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

8	(VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	DATA - MEDICAL *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC07MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC07MR40	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
9	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	TECHNOFIO / CC17MR40	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC17MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC17MR40	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
10	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM PONTA ROMBA PARA USO EM PROCEDIMENTOS HEPÁTICOS, COMPRIMENTO DE 80 MM (VARIAÇÃO +/- 1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / 48G	81245800012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
11	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	TECHNOFIO / CC27MR25	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC27MR25	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC27MR25	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
12	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40	JR LACERDA	TECHNOFIO / CC27MR40	10378330015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL	TECHNOFIO / CC27MR40	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC27MR40	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
13	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37MR30	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37MR30	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37MR30	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
14	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR13.904 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37CR30	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37CR30	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC37CR30	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
15	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC47MR15	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC47MR15	10378330016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN *Acima do estimado	TECHNOFIO / CC47MR15	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
16	FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS,	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA *Pediú desclassificação	TECHNOFIO	10378330015	DECLINOU A PROPOSTA	DECLINOU A PROPOSTA
		JR LACERDA	SHALON / C450MR15	10243410010	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS SOBRE O INSUMO

	COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30	NEVALLI	BIOLINE / CC50MR15	10426020007	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
17	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP991G	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 894000YD	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL (PÁGINA 57 DA PROPOSTA e 36 DO CATÁLOGO)
18	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	POINT-SUTURE / OV09740FG2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO (PÁGINA 106 DA PROPOSTA e 74 DO CATÁLOGO)
	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,	LABNORTE	POINT-SUTURE / OV07740FG2	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO (PÁGINA 106 DA PROPOSTA e 74 DO CATÁLOGO)
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 274000	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO (PÁGINA 106 DA PROPOSTA e 74 DO CATÁLOGO)

19	COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP352H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
20	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / SG4078-90T	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP359T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
21	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / SG4878-90T	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO - FORAM ENCONTRADAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS NO SÍTIO ELETRÔNICO: " https://medwell.com.br/polidioxanona/ "
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP371T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN - 884001PV	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO	LABNORTE	POINT-SUTURE	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO GRUPO DE INSUMOS DO CATÁLOGO APRESENTADO PRODUTO QUE POSSUA AGULHA DE 65 MM JUNTAMENTE COM FIO DE 244 CM DE COMPRIMENTO

22	SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVAS CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO GRUPO DE INSUMOS DO CATÁLOGO APRESENTADO PRODUTO QUE POSSUA AGULHA DE 65 MM JUNTAMENTE COM FIO DE 244 CM DE COMPRIMENTO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDPB880G	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
23	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / G2572H	80145901126	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP317H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE *Acima do estimado	COVIDIEN / 244020	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
24	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM),	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP316H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE *Acima do estimado	COVIDIEN / 244030	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO

	AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE *Acima do estimado	POINT-SUTURE / OV37326G12	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
25	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN - 244040	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP315H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		LABNORTE *Acima do estimado	POINT-SUTURE / OV47326G12	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
26	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	NUTRI CARE	COVIDIEN / 204040	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP304H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		LABNORTE *Acima do estimado	PONIT-SUTURE / OV47317G12	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO

27	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN / 224050NT	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP320H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		LABNORTE	POINT-SUTURE	10155530018	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO e A MARCA OFERTADA NÃO POSSUI INSUMO COM DUAS AGULHAS DE 17MM CILINDRICAS + FIO DE 75 CM - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO - ATENDERIA PELO CÓDIGO "20V583317C2", ENTRETANTO NO CATÁLOGO O INSUMO INDICA QUE AS AGULHAS POSSUEM CORPO QUADRADO
28	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / SE1376/2	80160840026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 114060	80052020055	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / PDP126H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
29	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "7-0" COM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BIOLINE	BIOLINE / PDO702CR93	10426020016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 814070	80052020055	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / Z135H	10132590004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

30	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOCL0326	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MATERIAL APRESENTADO NÃO POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO A MATÉRIA-PRIMA "E-CAPROLACTONA" - A MESMA OFERECE EM SEU LUGAS "CARBONATO DE TRIMETILENO)
31	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOCL0325	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MATERIAL APRESENTADO NÃO POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO A MATÉRIA-PRIMA "E-CAPROLACTONA" - A MESMA OFERECE EM SEU LUGAS "CARBONATO DE TRIMETILENO)
32	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN / VLOCL0324	10349000305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O MATERIAL APRESENTADO NÃO POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO A MATÉRIA-PRIMA "E-CAPROLACTONA" - A MESMA OFERECE EM SEU LUGAS "CARBONATO DE TRIMETILENO)

33	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / SXMD2B402	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
34	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / SXMD2B408	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
35	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / SXMD2B403	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

36	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / SXMD2B409	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
37	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	DATA - MEDICAL *Ofertou acima do estimado e não negociou no chat.	MICROSUTURE / ASMV00MC25-70	80336880006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO INFORMADO NA PROPOSTA NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO APRESENTADO - FOI ENCONTRADO ITEM SEMELHANTE NO CATÁLOGO (ASMV00MC25-70) QUE NÃO POSSUI FIO DE COMPRIMENTO DE 36,4 MM, MAS SIM DE 25 MM
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF128T	10132590609	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
38	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / CF129T	81245800003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIOLINE	BIOLINE / PGCL1MR35R	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 266020MV	80052020059	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
39	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI *Acima do estimado	BIOLINE / PGCL20MR26G	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL *Acima do estimado	MICROSUTURE / ASMV00MC25-70	80336880006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO INFORMADO NA PROPOSTA NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO APRESENTADO - NO CATÁLOGO APRESENTADO DA MARCA O CÓDIGO "ASMV20MC25-70" ATENDERIA AO SOLICITADO
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF123T	10132590004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO INFORMADO POSSUI FIO DE DIÂMETRO "0", QUANTO O SOLICITADO DEVERIA SER "2-0" - O CÓDIGO "CF122T" ATENDERIA O SOLICITADO EM SUA TOTALIDADE
	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / CF113T	81245800003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

40	NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BIOLINE	BIOLINE / PGCL20CR31G	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 155020	80052020059	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NO DESCRITIVO, MAS NÃO POSSUI REGISTRO ANVISA
41	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / CF127T	81245800003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIOLINE	BIOLINE / PGCL20MR35R	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 266020MV	80052020059	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
42	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / MCP427H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		LABNORTE	POINT-SUTURE / MN377219P2	10155530019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / MCP936H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

43	RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	POINT-SUTURE / MN377224P2	10155530019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANT-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
44	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / MCP427H	80145901005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NO CATÁLOGO DA MARCA ETHICON O CÓDIGO INFORMADO POSSUI O DIÂMETRO DE "3-0", QUANDO O SOLICITADO DEVERIA SER "4-0"
45	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF202T	10132590609	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

46	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / MCP495G	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NO CATÁLOGO DA MARCA ETHICON O CÓDIGO INFORMADO INDICA POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO DESCRITIVO
47	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE*Acima do estimado	ETHICON	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NO CATÁLOGO DA MARCA ETHICON O CÓDIGO INFORMADO INDICA POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO DESCRITIVO
48	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MOGI MEDICAL	BRASUTURE / PGLV07240R	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO MATERIAL EM POLIGLACTINA
		JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL NEM REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
		DATA - MEDICAL	SHALON / L500MR40	10243410033	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

49	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUYA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MOGI MEDICAL	BRASUTURE / PGLV17240R	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO MATERIAL EM POLIGLACTINA
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 278001	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL NEM REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
50	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA	SHALON / L520MR25	10243410033	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 248020	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL NEM REGISTRO ANVISA DO PRODUTO
51	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MOGI MEDICAL	BRASUTURE	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO MATERIAL EM POLIGLACTINA
		LABNORTE	ATRAMAT / RE30302H	80160840016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - ENCONTRADAS INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS SOBRE O INSUMO
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 158020	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
52	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BIOLINE *Valores acima do estimado e não negociou no chat	ITEM NÃO INFORMADO.	NÃO INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI ENCONTRADAS INFORMAÇÕES SOBRE ESSE ITEM NA PROPOSTA COMERCIAL ANEXA
		JOHNSON & JOHNSON *Acima do estimado	ETHICON / VCP375H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE *Acima do estimado	COVIDIEN / 368020	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

53	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / SG35302H	80160840016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL QUE INFORME SOBRE OS DETALHES DO PRODUTO - ENCONTRADO CATÁLOGO SOBRE O INSUMO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DE MÍDIA ESPECIALIZADA
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 568020	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VCP166H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
54	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - NÃO FORAM ENCONTRADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS MATERIAL DA MARCA SHALON QUE ATENDE-SE O DESCRITIVO NO DETALHE DO DIÂMETRO, "3-0"
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 449030XF	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VCPP683G	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
55	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NUTRI CARE	COVIDIEN / 228030MT	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VCP305H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		LABNORTE *Acima do estimado	POINT-SUTURE / VV37315U2	10155530014	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
56	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26	NUTRI CARE	COVIDIEN / 248030	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		DATA - MEDICAL	SHALON / L530MR25	10243410033	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
57	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / BII40CT19IS3	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP122H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
58	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LABNORTE	ATRAMAT / PE19304-45B	80160840016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL - INFORMAÇÕES SOBRE O INSUMO FORAM ENCONTRADAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DE MÍDIA ESPECIALIZADA
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 439040XF	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VCPP496G	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
59	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA	SHALON / L540MR15	10243410033	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NUTRI CARE	COVIDIEN / 228040	80052020050	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VCP304H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

60	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESE NORTE	ETHICON / VCP303H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
61	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM) COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	LACERDA *Acima do estimado	SHALON / L440MT15	10243410033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	ATENDE NAS DIMENSÕES, MAS A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR COBERTURA ANTI-SÉPTICA DE COMBATE À PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL SOBRE OS DETALHES DO INSUMO
		PROTESE NORTE *Acima do estimado	ETHICON / VR9911G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
62	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS	JR LACERDA *Acima do estimado	SHALON / L450MT15	10243410033	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / J106G	10132590022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
63	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "6-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/4. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / J544G	10132590022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
64	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "7-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / J546G	10132590022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
65	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / J547G	10132590022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
66	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM. AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO	LABNORTE	ATRAMAT / PE19304-45B	80160840016	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O INSUMO OFERTADO NÃO INDICA POSSUIR O REVESTIMENTO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO
		NUTRI CARE	COVIDIEN	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO INFORMOU MATERIAL QUE INDICASSE POSSUIR O REVESTIMENTO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO

	QUADRADO PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DE 3/8.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / VR4961G*10 VR496G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
67	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VR9915G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
68	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 5-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 13 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VR4930G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
69	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO 6-0, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO, PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 11 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / XCV9913	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

70	<p>KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 5 FIOS AGULHADOS SENDO: 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2, 2 FIOS POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 1 FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	<p>PROTESENORTE *Acima do estimado</p>	<p>ETHICON / YCK13G</p>	<p>80145900934</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
71	<p>KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 6 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 75 CM, AGULHA CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8, 3 FIOS CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 2 FIOS CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	<p>JR LACERDA *Acima do estimado</p>	<p>SHALON</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR KIT CESÁREA EM SEU CATÁLOGO DE INSUMOS LOCALIZADOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRÓPRIA MARCA - NÃO APRESENTOU CATÁLO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
71	<p>KIT CESÁREA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 6 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO NYLON, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO 75 CM, AGULHA CORTANTE DE 24 MM E CURVATURA DE 3/8, 3 FIOS CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 90 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 36,4 MM E CURVATURA DE 1/2 E 2 FIOS CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	<p>PROTESENORTE *Acima do estimado</p>	<p>ETHICON / CK120G (antigo) CK12G (novo)</p>	<p>80145900881</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>

72	KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / KVR14G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
73	KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	JOHNSON & JOHNSON	ETHICON / KO124G	81245800012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIOLINE	BIOLINE / KOBSCC20	1042602 0007	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		JR LACERDA	SHALON	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO INDICA POSSUIR KIT CESÁREA EM SEU CATÁLOGO DE INSUMOS LOCALIZADOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRÓPRIA MARCA - NÃO APRESENTOU CATÁLO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
74.1	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / 854T	81245800006	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

75.2	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / 1070T	81245800006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO INFORMADO - O CÓDIGO MAIS PRÓXIMO NO CATÁLOGO SERIA O "1870T", ENTRETANTO COM COMPRIMENTO DO FIO E DA AGULHA MAIORES DO QUE O SOLICITADO
76.3	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / 853T	81245800006	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
77.5	FIO CATGUT SIMPLES, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / 810T	81245800012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
78.17	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE	ETHICON / PDP991G	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

79.18	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO '0' COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDPB346	80145901126	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O INSUMO OFERTADO APRESENTA AGULHA MENOR DO QUE O SOLICITADO - SOLICITA-SE: "COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM)" O INSUMO OFERTADO É DE 36.4 MM
80.19	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP352H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

81.20	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP359T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
82.21	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP371T	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

83.22	<p>FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	<p>PROTESENORTE *Acima do estimado</p>	<p>ETHICON / PDPB880G</p>	<p>80145901126</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>
84.23	<p>FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p>	<p>PROTESENORTE *Acima do estimado</p>	<p>ETHICON / PDP317H</p>	<p>80145901126</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>

85.24	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP316H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
86.25	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP315H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

87.26	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP304H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
88.27	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP320H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

89.28	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / PDP126H	80145901126	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
90.29	FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "7-0" COM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 9,3 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / PDO702CR93	10426020016	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / Z135H	10132590004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
91.30	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / SXPP1A401	80145901775	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO É FORMADO POR "COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA", MAS SIM POR "POLÍMERO POLIDIOXANONA E IRGACARE MP (TRICLOSAN)", CONFORME CATÁLOGO DA MARCA ENCONTRADO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS

92.31	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / SXPP1A403	80145901775	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO É FORMADO POR "COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA", MAS SIM POR "POLÍMERO POLIDIOXANONA E IRGACARE MP (TRICLOSAN)", CONFORME CATÁLOGO DA MARCA ENCONTRADO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
93.32	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE	ETHICON / SXMP1B429	80145901822	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
94.33	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / SXMD2B402	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

95.34	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / SXMD2B408	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
96.35	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / SXMD2B403	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
97.36	FIO COMPOSTO POR UM COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE 30X30 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS TRIANGULARES CORTANTES DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM), PARA USO EM FECHAMENTO DE PELE E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE	ETHICON / SXMD2B409	80145901495	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

98.38	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF129T	10132590609	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
99.40	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / PGCL20CR31G	10426020015	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF113T	10132590609	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
100.41	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / CF127T	10132590609	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
101.42	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / MCP427H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

102.43	FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / MCP936H	80145901005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
103.48	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MOGI MEDICAL	BRASUTURE / PGLV07240R	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO DO PRODUTO OFERTADO NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO APRESENTADO MATERIAL EM POLIGLACTINA DE NENHUM TIPO (PÁGINA 5 DA PROPOSTA COMERCIAL)
		NEVALLI	BIOLINE / BII0MR40R	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCPB352H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
104.49	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES	MOGI MEDICAL	BRASUTURE / PGLV17240R	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO DO PRODUTO OFERTADO NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO APRESENTADO MATERIAL EM POLIGLACTINA DE NENHUM TIPO (PÁGINA 5 DA PROPOSTA COMERCIAL)
		NEVALLI	BIOLINE / BII1MR40R	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCPB353H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
105.50	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / BII20MR26G	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCPB417H	80145900706	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL O CÓDIGO DO INSUMO INFORMADO
106.51	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	MOGI MEDICAL	BRASUTURE / PGLV27240R	10372360024	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O CÓDIGO DO PRODUTO OFERTADO NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO - NÃO FOI LOCALIZADO NO CATÁLOGO APRESENTADO MATERIAL EM POLIGLACTINA DE NENHUM TIPO (PÁGINA 5 DA PROPOSTA COMERCIAL)
		NEVALLI	BIOLINE / BII20CR30G	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP407H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
107.52	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP375H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
108.53	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL,	NEVALLI	BIOLINE / BII20MT35R	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP166H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
109.54	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP683G	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
110.55	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / BII30MR20G	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP305H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
111.56	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	NEVALLI	BIOLINE / BII30MR26G	10426020019	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP316H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

112.58	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCPP496G	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
113.59	FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE *Acima do estimado	ETHICON / VCP304H	80145900706	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
114.66	FIO POLIGLACTINA 910, REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370 INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM. AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DE 3/8.	PROTESENORTE	ETHICON / VR496G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

115.72	KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, RÁPIDA ABSORÇÃO (42DIAS), DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE	ETHICON / KVR14G	10132590057	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
116.73	KIT OBSTETRÍCIA, EM UM ÚNICO ENVELOPE, CONTENDO 3 FIOS AGULHADOS SENDO: 1 FIO CATGUT CROMADO DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE DE 30 MM E CURVATURA DE 3/8, 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 40MM E 1 FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA DE 48 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.	PROTESENORTE	ETHICON / KO124G	10132590025	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU CATÁLOGO/FOLDER ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL



Documento assinado eletronicamente por **ALYSSON ANTONIO DE MELLO CARVALHO**, **Auxiliar Administrativo**, em 10/08/2022, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, **Coordenador(a)**, em 10/08/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, **Técnico**, em 10/08/2022, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031145069** e o código CRC **A862C8B7**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.504377/2020-88

SEI nº 0031145069



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: **SESAU-CAFIINP**

Para: **SUPEL-DELTA**

Processo Nº: **0036.504377/2020-88**

Assunto: **Análise das propostas das empresas.**

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no Despacho 0030647792, com pedido de análise das empresas abaixo:

- (1) BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA (0030644758);
- (2) DATA MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES (0030644890) (0030645005);
- (3) NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (0030645626);
- (4) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0030645879) (0030645905);
- (5) PROTESNORTE COM E REPRES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (0030646349) (0030646390);
- (6) BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (0030646598) (0030646660) (0030646751);
- (7) JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (0030646909) (0030647002);
- (8) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0030647168) (0030647216);
- (9) NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA (0030647333);
- (10) MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP (0030647418);
- (11) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0030647471);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 41 (0031145069) no

formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos são as seguintes:**

- (1) BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS, em desacordo para o **item 52;**
- (2) DATA MEDICAL, em desacordo para os **itens 37 e 39;**
- (3) NUTRI CARE, em desacordo para os **itens 5, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40 e 66;**
- (4) JR LACERDA, em desacordo para os **itens 48, 49, 50, 54, 56, 61, 71 e 73**
- (5) PROTESNORTE COM, em desacordo para os **itens 39, 44, 75, 79, 91, 92 e 105**
- (6) BULA BRASIL, **não teve itens reprovados na análise técnica (declinou a proposta para o item 16);**
- (7) JOHNSON & JOHNSON, **não teve itens reprovados na análise técnica;**
- (8) LABNORTE CIRURGICA, em desacordo para os **itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43 e 66**
- (9) NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS, **não teve itens reprovados na análise técnica;**
- (10) MOGI MEDICAL, em desacordo para os **itens 48, 49, 51, 103, 104 e 105;**
- (11) COVAN - COMERCIO, em desacordo para o **item 2.**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos. Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 10/08/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031171135** e o código CRC **35BACCBB**.