



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 56/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.583984/2021-87						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2022/DELTA/SUPEL/RO-SONDAS I.						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<p>Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p> <p>Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p>						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
13	SONDA FOLEY DUAS VIAS INFANTIL COM BALÃO Nº 6 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO	LR DISTRIBUIDORA	ADVANTIVE	10296900145	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FICHA TÉCNICA/ FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		NRX MEDICAL SYSTEMS	CIRUTI	81078910005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FICHA TÉCNICA/ FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.</p>	BRASIL CENTRAL	MEDIX BRASIL	80499510040	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (EM LATEX),NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (SILICONE PURO TRANSPARENTE).
29	<p>SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO COM BALÃO Nº 18 CONFECCIONADAC COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.</p>	M MED COMERCIAL	ADVANTIVE	10296900145	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FICHA TÉCNICA/ FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

Porto Velho, 19 de agosto de 2022.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAFF / SESAU - RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 19/08/2022, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 19/08/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031427597** e o código CRC **432A7D65**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.583984/2021-87

SEI nº 0031427597



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.583984/2021-87

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031428759), com pedido de análise dos itens 13 e 29 das propostas das empresa,

- (1) BRASIL CENTRAL (0030751955) PARA O **ITEM 13**;
- (2) LR DISTRIBUIDORA (0030751625) PARA O **ITEM 13**;
- (3) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO (0030752274) PARA O **ITEM 13**;
- (2) M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS (0031408176) PARA O **ITEM 29**;

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 56 (0031427597) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante BRASIL CENTRAL está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO - **item 13**

BRASIL CENTRAL- **item 13**

No item 13 do parecer 56 (0031427597), ONDE SE LÊ:

13 SONDA FOLEY DUAS VIAS
INFANTIL COM BALÃO Nº 6
CONFECCIONADA EM SILICONE
PURO TRANSPARENTE COM
EXTREMIDADE DISTAL
ARREDONDADA, ORIFÍCIOS
LATERAIS. A SONDA DEVERÁ TER
EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO
O TAMANHO E CAPACIDADE DO
BALÃO. ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ESTERIL,
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAÚDE.

NRX
MEDICAL CIRUTI 81078910005
SYSTEMS

DE ACORDO
COM O
SOLICITADO

APRESENTOU
FICHA
TÉCNICA/
FOLDER EM
ANEXO À
PROPOSTA, O
PRODUTO
OFERTADO
ATENDE AO
SOLICITADO.

LEIA-SE

13 SONDA FOLEY DUAS VIAS
INFANTIL COM BALÃO Nº 6
CONFECCIONADA EM SILICONE
PURO TRANSPARENTE COM
EXTREMIDADE DISTAL
ARREDONDADA, ORIFÍCIOS
LATERAIS. A SONDA DEVERÁ
TER EM SEU MARCADOS EM
SEU CORPO O TAMANHO E
CAPACIDADE DO BALÃO.
ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ESTERIL,
INDIVIDUAL, COM DADOS DE
PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAÚDE.

NRX
MEDICAL CIRUTI 81078910005
SYSTEMS

EM
DESACORDO
COM O
SOLICITADO

O PRODUTO
OFERTADO (EM
LATEX),NÃO
ATENDE AO
SOLICITADO,
(SILICONE PURO
TRANSPARENTE).

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Reginalda Maia de Sa, Coordenador(a)**, em 19/08/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031428759** e o código CRC **EA0AA4B5**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.583984/2021-87

SEI nº 0031428759