



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 29/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350707/2020-17						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 18 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PROCARE	INFORMADO 10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		NEXOMED HOSPITALAR LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460146	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA ANESTESIA RAQUIDIANA).

2	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 20 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	KDL	INFORMADO 10150470678	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	KDL	INFORMADO 10150470678	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		D M A MACIEL E CIA LTDA	UNIEVER UNISIS	INFORMADO 10150470179	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
3	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 25 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PROCARE	INFORMADO 10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	KDL	INFORMADO 10150470678	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460118	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
4	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA PEDIÁTRICA, 25G X 2", APIROGÊNICA, DE PONTA QUINCKE, ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTILETE AJUSTADO A AGULHA ESTÉRIL. LIVRE DE LATEX, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460118	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	UNISIS	INFORMADO 10150470179	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
5	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL - 17G X 3 1/2 (1,47 X 80MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PROCARE	INFORMADO 10369460118	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO (AGULHA ESPINHAL), NÃO ATENDE AO SOLIICTADO (AGULHA EPIDURAL 17G).
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460146	DE ACORD COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.

		SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI	PROCARE	INFORMADO 10369460146	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
6	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA PERIDURAL -16G X 3 1/2 (1,7 X 80MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER-LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PROCARE	INFORMADO 10369460118	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO (AGULHA ESPINHAL) , NÃO ATENDE AO SOLIICITADO (AGULHA EPIDURAL 17G).
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460146	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCARE	INFORMADO 10369460146	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
7	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 20G X 2", COM BISEL CURTO WEISS, CANHÃO LUER-LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	UNISIS	INFORMADO 10150470184	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	UNISIS	INFORMADO 10150470184	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	UNISIS	INFORMADO 10150470184	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
8	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 8 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	UNIT	INFORMADO 10287070051	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MDL	INFORMADO 10337850116	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO DA AGULHA QUE ATENDE AO SOLICITADO (16G X 8 CM).
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ALPHARAD	INFORMADO 80634880021	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO (DESCARTE PARA AGULHA DE BIÓPSIA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
9	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM, DEVE	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO,	UNIT	INFORMADO	DE ACORDO COM O	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À

	POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA		10287070051	SOLICITADO	PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	MEDAX	INFORMADO 80634880045	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ALPHARAD	INFORMADO 80634880021	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO (DESCARTE PARA AGULHA DE BIÓPSIA), NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
10	AGULHA DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA AISI 316 AGULHA TROCAR EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE A NORMA AISI 304, DIÂMETRO 18G OU 1,25MM, COMPRIMENTO 23,6MM, CORPO PLÁSTICO EM POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	D M A MACIEL E CIA LTDA	HS HOSPITAL	INFORMADO 80199950036	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA TROCAR, AJUSTÁVEL, CORPO PLÁSTICO)
		ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	B.I.G.	INFORMADO 80469670004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE	ALPHARAD	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU FOLDER OU REGISTRO DA ANVISA EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS NÃO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
11	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº 20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	WILTEX	INFORMADO 10150470106	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS (JÁ MONTADO NO CABO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA).
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	WILTEX	INFORMADO 10150470564	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO INOX NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
		ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	STERILANCE	INFORMADO 10150470305	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO INOX NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
12	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MEDIX BRASIL	INFORMADO 80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA

						AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
13	LÂMINA DE BISTURI N° 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
		LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MEDIX BRASIL	INFORMADO 80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
14	LÂMINA DE BISTURI N° 13, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ADVANTIVE STERILANCE	INFORMADO 10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
15	LÂMINA DE BISTURI N° 14, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ADVANTIVE STERILANCE	INFORMADO 10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK	INFORMADO 10330660276	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (EM AÇO CARBONO) ,NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL).
		D M A MACIEL E CIA LTDA	UNIQMED	INFORMADO 10098710094	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
16	LÂMINA DE BISTURI N° 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ADVANTIVE STERILANCE	INFORMADO 10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		CENTRALMIX COMERCIAL	DESCARPACK	INFORMADO	EM DESACORDO COM O	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO

		LTDA		10330660275	SOLICITADO	NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (Nº16).
17	LÂMINA DE BISTURI N° 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ADVANTIVE STERILANCE	INFORMADO 10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
		CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	DESCARPACK	INFORMADO 10330660275	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO APRESENTA AS ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDEM AO SOLICITADO.
18	LÂMINA DE BISTURI N° 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
		BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	STERILANCE	INFORMADO 10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)
		ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA	DESCARPACK	INFORMADO 10330660276	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AÇO INOXIDÁVEL)

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica- CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 29/07/2022, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 29/07/2022, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030490591** e o código CRC **FBFD6227**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.350707/2020-17

SEI nº 0030490591