



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-NHEMOD

Para: HB-GAD

Processo Nº: 0049.399406/2020-34

Assunto: Manifestação acerca de pedido de esclarecimento

Senhor(a), com os cumprimentos de praxe, segue a análise:

Em relação ao edital , ITEM 67, ESCLARECEMOS que **houve erro material na digitação e onde está escrito "irolimus" deve ser entendido e deveria estar escrito "sirolimus"**, então o item deve ser retificado fazendo constar "sirolimus" no lugar de "irolimus". Não serão aceitas outras drogas mas essa correção deve ser feita.

Quanto aos diâmetros, comprimentos e características específicas, nos itens 67 e 68, esclarecemos que a variação de medidas (diâmetros, comprimentos e sistema de entrega) será aceita, pois sabemos que há pequenas diferenças entre as grades fabricadas por diferentes empresas. Como fizemos constar no descritivo, serão informadas as medidas necessárias pela unidade hospitalar, **conforme a grade do fabricante**. Então serão aceitas variações nas medidas, dentro dos intervalos que constam no descritivo.

Atenciosamente,

Géderson Rossato

Coordenador Médico da Hemodinâmica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro



Documento assinado eletronicamente por **GEDERSON ROSSATO, Médico(a)**, em 01/08/2022, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030891431** e o código CRC **A0B070EF**.