



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 440/2022 SUPEL - RO

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

2 de agosto de 2022 08:09

Para: Tatiane Sales <tatiane.sales@biotronik.com>

Senhor licitante em resposta ao vosso questionamento a Unidade requisitante se manifestou da seguinte forma:

*"Em relação ao edital , ITEM 67, ESCLARECEMOS que **houve erro material na digitação e onde está escrito "irolimus" deve ser entendido e deveria estar escrito "sirolimus"**, então o item deve ser retificado fazendo constar "sirolimus" no lugar de "irolimus". Não serão aceitas outras drogas, mas essa correção deve ser feita.Quanto aos diâmetros, comprimentos e características específicas, nos itens 67 e 68, esclarecemos que a variação de medidas (diâmetros, comprimentos e sistema de entrega) será aceita, pois sabemos que há pequenas diferenças entre as grades fabricadas por diferentes empresas. Como fizemos constar no descritivo, serão informadas as medidas necessárias pela unidade hospitalar, **conforme a grade do fabricante**. Então serão aceitas variações nas medidas, dentro dos intervalos que constam no descritivo."*

Diante dos esclarecimentos prestados permanece a data de abertura do certame para o dia 04/08/2022 às 10h (horário de Brasília).

Atenciosamente.

Nilseia Ketes Costa

Pregoeira

Em qui., 28 de jul. de 2022 às 14:59, Tatiane Sales <tatiane.sales@biotronik.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL



**Aviso 02/08/2022 09:12:13**

A Pregoeira informa aos participante e interessados os esclarecimentos prestados pela Unidade requisitante acerca do itens 67 e 68 "Em relação ao edital , ITEM 67, ESCLARECEMOS que houve erro material na digitação e onde está escrito "irolimus" deve ser entendido e deveria estar escrito "sirolimus", então o item deve ser retificado fazendo constar "sirolimus" no lugar de "irolimus". Não serão aceitas outras drogas, mas essa correção deve ser feita.Quanto aos diâmetros, comprimentos e características específicas, nos itens 67 e 68, esclarecemos que a variação de medidas (diâmetros, comprimentos e sistema de entrega) será aceita, pois sabemos que há pequenas diferenças entre as grades fabricadas por diferentes empresas. Como fizemos constar no descritivo, serão informadas as medidas necessárias pela unidade hospitalar, conforme a grade do fabricante. Então serão aceitas variações nas medidas, dentro dos intervalos que constam no descritivo." Diante dos esclarecimentos prestados permanece a data de abertura do certame para o dia 04/08/2022 às 10h (horário de Brasília). Atenciosamente. Nilseia Ketes Costa Pregoeira

Fechar