

À

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA**

Ref.: Análise do descritivo técnico apresentado no Pregão Eletrônico nº 322/2022 em relação ao apresentado pelos fornecedores.

**Item 52: ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO**

**1º COLOCADO FORNECEDOR PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Da análise do equipamento **CHISON modelo Não Informado**, conforme descritivo técnico, não podemos afirmar que apresentam características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item por falta de informação, quanto ao modelo ofertado, na proposta e no sistema.

**2º COLOCADO FORNECEDOR HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CONFORME**

Da análise do equipamento de **Marca MINDRAY modelo DC 60**, conforme descritivo técnico e manual do equipamento, podemos afirmar que apresentam características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

**3º COLOCADO FORNECEDOR COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - INCONFORME**

Da análise do equipamento **MONTERRAT modelo FDC6100**, conforme descritivo técnico, podemos afirmar que não apresentam características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item, através de manual, o modelo não possui display igual ou superior a 17". Inclusive na proposta a empresa afirma estar ofertando com monitor de 15 polegadas, estando em inconformidade com o solicitado.

**Da conclusão:**

Diante da análise técnica, podemos afirmar que o equipamento ofertado pelo fornecedor **COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA não atende as especificações técnicas solicitadas**, sugerindo desta forma, a desclassificação. Quanto ao fornecedor **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, por estarem em acordo com as especificações técnicas, sugere-se a aceitação.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Quanto ao equipamento ofertado pela **PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, não é possível analisar devido à grande quantidade de modelos, não sendo indicado o que a empresa ofertou para concluir o parecer técnico.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento.

Itajaí, 02 de agosto de 2022.

---

Mariana Borges  
Supervisora de Engenharia  
Del Tecnologia