



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 37/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350855/2020-23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/ 2022/DELTA-SUPEL-RO

ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS	OLTRAMED	OLTRAMED DCS21	81425780019 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO

	ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
		MED CARE	COVIDIEN / AUTO SUTURE EEA21	10349000267 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM).
		QUALITY	PANTHER	80940400001 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (21MM).
2	GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 23 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	OLTRAMED DCS25	OLTRAMED	81425780019 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (23MM).
		MED CARE	COVIDIEN / AUTO SUTURE EEA33	10349000267 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (23MM).
		QUALITY	PANTHER	80940400001 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (23MM).
3	GRAMPEADOR CIRURGICO CURVO CORTANTE 40 MM PRE-CARREGADO COM CARGA VERDE DE MULTIPLOS DISPAROS; PARA USO EM UM ÚNICO PACIENTE; ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HOSPMED SCC40	VICARE	80493660027 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (NA AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO, GRAMPOS NÃO FECHADOS DE MANEIRA ADEQUADA).
		COVAN	VICARE	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (Modelo: Recarregável), NÃO

					ATENDE AO SOLITADO (USO ÚNICO).
		SALUTARY	CKTRADE -VICARE	80493660027 / INFORMADO.	EM DESACORDO COM O SOLICITADO
					O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (NA AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO, GRAMPOS NÃO FECHADOS DE MANEIRA ADEQUADA).

Porto Velho, 04 de agosto de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA JORDÃO

Farmacêutica - CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 02/09/2022, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 02/09/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031014713** e o código CRC **9C6FD06F**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.350855/2020-23

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0030507033), com pedido de análise das propostas das empresas:

- (1) OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0030506411);
- (2) HOSPMED COMERCIO EIRELI (0030506475);
- (3) MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0030506516);
- (4) QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0030506690);
- (5) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0030506717);
- (6) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0030506985);

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Considerando tratar-se de item com uso específico no centro cirúrgico, encaminhamos amostras dos itens 1 da Empresa OLTRAMED e item 2 da empresa HOSPMED, para análise das mesmas pela equipe técnica do Hospital de Base id 0036.095506/2022-03, desta forma reprovamos os itens 1 e 2 das marcas OLTRAMED E VICARE com base nos pareceres apontados pelos analistas do Hospital de Base, em anexo id 0031766651, 0031766720.

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 37 (0031014713) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

- (1) OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0030506411)- **item 1 e 2**
- (2) HOSPMED COMERCIO EIRELI (0030506475)- **item 3**
- (3) MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0030506516)- **item 1 e 2**
- (4) QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0030506690)- **item 1 e 2**
- (5) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0030506717)- **item 3**
- (6) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0030506985)- **item 3**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 02/09/2022, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031766248** e o código CRC **D99336C6**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350855/2020-23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/ 2022/DELTA-SUPEL-RO

ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

MARCA/MODELO: OLTRAMED DCS21

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS: 1

REGISTRO NA ANVISA: 81425780019

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM: GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM.

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SIM (X)	NÃO ()	NA ()
GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM.	SIM (X)	NÃO ()	NA ()
PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO.	SIM ()	NÃO (X)	NA ()
COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO	SIM ()	NÃO (X)	NA ()
CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO	SIM ()	NÃO ()	NA (X)
O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO DESCRITIVO	SIM ()	NÃO ()	NA (X)

LEGENDA: NA - NÃO SE APLICA

CARACTERÍSTICAS FAVORÁVEIS

CARACTERÍSTICAS DESFAVORÁVEIS

*Conforme usado anteriormente Grampeadores de Oltramed
 apresenta específico problemas relacionados a segurança e
 funcionamento da grampeadora / grampos na hora operatória, fazendo o
 procedimento manual.*

CONCLUSÃO

APROVADO ()

REPROVADO (X)

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

NOME E REGISTRO:

NOME E REGISTRO:

NOME E REGISTRO:

NOME E REGISTRO:

*Dr. Ranyete Matias
 Cirurgião Oncológico
 CRM 3428*

*Dr. Ricardo Chagas Sousa
 Cirurgião Oncológico
 CRM 3100 / RQE 1572*

ASS:

ASS:

ASS:

ASS:

