



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 78/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.223490/2021-46						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 458/2022/DELTA/SUPEL/RO, TUBOS						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA).

	OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	Medicone	80020550031	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO.
2	TUBO SILICONE Nº 200 - 3X5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC Nº59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (CONTENHA LINHA VERDE).
	TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	Medicone	80020550031	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO.
	TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA).

3	60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	Medicone	80020550031	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO.
4	TUBO SILICONE Nº 201 - 4X8MM ,AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.
	60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICONE	Medicone	80020550031	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO.
	TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA -	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.

5	60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GRADUAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
6	TUBO SILICONE Nº 202 - 5X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.
	ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA VERDE EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GRADUAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA VERDE.
	TUBO SILICONE Nº 203 - 6X10MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.

7	ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	MEDICONE	80020550031	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE O SOLICITADO.
		GRADUAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
		GLOBAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA AMARELA OU LARANJA.
10	TUBO SILICONE Nº 205 - 8X11,5MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA BRANCA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM UTI. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA BRANCA.
		GRADUAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO CONTENHA LINHA BRANCA.
	TUBO SILICONE Nº 206 - 8X12,8MM, AUTOCLAVÁVEL - CONSTITUÍDO DE TUBO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. DEVE SER	MEDIMAC	KINNER	80280200001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (CONTENHA LINHA AZUL).

11	ESTÁVEL À TEMPERATURA - 60°C À +250°C. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO RDC N°59/2000. CONTENHA LINHA AZUL EM TODA SUA EXTENSÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM PRONTO SOCORRO. ROLO COM 15 METROS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GRADUAL	Silflex	81479110013	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O SOLICITADO (CONTENHA LINHA AZUL).
----	--	---------	---------	-------------	--------------------------------------	---

Porto Velho, 21 de setembro de 2022.

Josiane da Silva Jordão de Souza

Farmacêutica
CAF II/ SESAU - RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 21/09/2022, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **georgina martins dos santos**, Técnico, em 21/09/2022, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 21/09/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032309033** e o código CRC **1D94CBA7**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.223490/2021-46

SEI nº 0032309033



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.223490/2021-46

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0032259045), com pedido de análise das propostas ofertadas pelas empresas:

- 1) **MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA** (0031887752); Para os **ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11;**
- (2) **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI** (0031887969); Para o **ITEM 7;**
- (3) **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI** (0031888237); Para os **ITENS 5, 6, 7, 10, 11;**
- (4) **MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA** (0032258523) (0031889600); Para os **ITENS 1, 2, 3 e 4;**
- (5) **GLOBAL COMERCIAL EIRELI** (0031888185); Para o **ITEM 7.**

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico nº 78 (0032309033) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

MEDIMAC - **ITEM 1,2,3,4,5,6,7,10,11.**

GRADUAL - **ITEM 5, 6,7,10,11.**

GLOBAL - **ITEM 7.**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 21/09/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032309464** e o código CRC **21B14A3A**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.223490/2021-46

SEI nº 0032309464