



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 64/2022/SESAU-CAFIINP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.352181/2021-82						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2022/DELTA/SUPEL/RO -TRATO RESPIRATÓRIO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<p><b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p> <p><b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p>						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	CIRCUITO RESPIRATÓRIO AVEA E SIMILARES INFANTIL - CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILADOR E CARRINHO DE ANESTESIA. ACOMPANHADO DE TRAQUEIAS EM SILICONE, CONECTOR EM "Y", DRENO,	GLOBAL TEC	GLOBAL TEC	80389130024	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

4	<p>CONECTORES 15MM. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>SALUTARY</p>	<p>VENT CARE</p>	<p>80677040004</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO É COMPATÍVEL COM CIRCUÍTO AVEA, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
47	<p>MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 4 ADULTO 50-70 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 30 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>MEDIMAC</p>	<p>VITALGOLD</p>	<p>10296909030</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

48	MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE, ESTÉRILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, Nº 5 ADULTO 70-100 KG, VOLUME MAX DE INFLAÇÃO 40 ML. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	K. S. EQUIPAMENTOS	HOSPICENTER / PA010350	81766609004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO MODELO PA010350 QUE ATENDE AO SOLICITADO (MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL), REGISTRO NA ANVISA (81766609013).
----	--	--------------------	------------------------	-------------	----------------------------	--

Porto Velho, 01 de setembro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica - CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 01/09/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 01/09/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031772234** e o código CRC **4042C6F8**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.352181/2021-82

SEI nº 0031772234



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.352181/2021-82

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031725464), com pedido de análise das propostas das empresas:

- (1) GLOBAL TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (0031725092); item 4.
- (2) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031725148); item 4.
- (3) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0030827371); item 47
- (4) K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (0030826975); item 48

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 64 (0031772234) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - **item 2**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 01/09/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031772388** e o código CRC **02C18A9E**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.352181/2021-82

SEI nº 0031772388