



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 72/2022/SESAU-CAFIINP

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>						
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>						
<b>CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2</b>						
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610778/2021-57</b>						
<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2022/DELTA/SUPEL/RO - PERFUROCORTANTES</b>						
<b>ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS</b>						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>EMPRESA/LICITANTE</b>	<b>MARCA</b>	<b>ANVISA / REGISTRO</b>	<b>ANÁLISE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
1	LÂMINA PARA FACA DERMATONO 4" TIPO RICHTER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LR DISTRIBUIDORA	RICHTER / R 064-2	10343960017	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

2	LÂMINA PARA FACA DERMATONO 6" TIPO RICHTER. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ITEM DESERTO				
3	AGULHA (INJETOR), TIPO AGULHA ESCLEROSE, TAMANHO 23 G 0.6 MM X 4 MM X 2.8 MM X 2.3 MM / 230 A 240 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ADUNA COMERCIO	ALPHARAD	80634880018	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		NRX MEDICAL	JIUHONG	10289680102	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( EXPOSIÇÃO DA AGULHA 4 MM)
		M MED COMERCIAL	ALPHARARD	80634880018	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
4	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 18 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		NOEM MEDICAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	NEXOMED HOSPITALAR	PROCARE	10369460146	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ANESTESIA RAQUIDIANA).
5	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 20 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	BRAMED COMERCIO	KDL	10150470678	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	UNISIS	10150470179	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		NOEM MEDICAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
6	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 22 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO	BRAMED COMERCIO	KDL	10150470678	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
7	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 25 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		BRAMED COMERCIO	KDL	10150470678	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
8	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 26 G X 3 ½, APIROGÊNICO AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	MEDIMAC COMERCIO	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
9	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 27 G X 3 ½, APIROGÊNICO AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE	10369460118	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
10	AGULHA DESCARTÁVEL ANESTESIA RAQUIDIANA PEDIÁTRICA, 25 G X 2", APIROGÊNICA, DE PONTA QUINCKE, ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE, CANHÃO TRANSLÚCIDO, ESTILETE AJUSTADO A AGULHA ESTÉRIL. LIVRE DE LATEX, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	NOEM MEDICAL	PROCARE	10369460146	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ANESTESIA RAQUIDIANA).

11	<p>AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 17 G X 3 1/2 (1,47 X 80 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER- LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.</p>	BRAMED COMERCIO	KDL	10150470677	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE tuohy	10369460146	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		JR LACERDA	PROCARE	10369460118	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ANESTESIA PERIDURAL).
12	<p>AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL -16 G X 3 1/2 (1,7 X 80 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER- LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.</p>	JR LACERDA	PROCARE	10369460118	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ANESTESIA PERIDURAL).
		BRAMED	KDL	10150470677	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	PROCARE tuohy	10369460146	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

13	<p>AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA PERIDURAL - 18 G X 3 1/2 (1,3 X 150 MM), DESCARTÁVEL, BISEL TIPO WEISS COM MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO, CONEXÃO LUER- LOCK, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO.</p>	BRAMED	KDL	10150470677	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		JR LACERDA	PROCARE	10369460118	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO ( AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ANESTESIA PERIDURAL).
		LR DISTRIBUIDORA	PROCARE	10369460146	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
14	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 20 G X 2", COM BISEL CURTO WEISS, CANHÃO LUER- LOCK, INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.</p>	BRAMED	UNISIS	10150470269 /10150470184	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		M MED COMERCIAL	UNISIS	10150470269	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL PEDIÁTRICA, 22 G X 3 1/2", COM BISEL CURTO TUOHY, CANHÃO LUER- LOCK,</p>	M MED	UNISIS raque (quincke)	10150470179	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (AGULHA SPINAL RAQUI), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA PERIDURAL).

15	INTERNAMENTE CÔNICO, CÂNULA DEMARCADA EM CM, COM ALETAS. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	D M A MACIEL	UNISIS	10150470179	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (AGULHA SPINAL RAQUI), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA PERIDURAL).
16	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 12 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ECOMED	MDL	10337850116	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (TAMANHO 12G X 10 CM).
17	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 8 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ECOMED	MDL	10337850116	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (TAMANHO 14 G X 8 CM).
18	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER E PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER E PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		ECOMED	MDL	10337850116	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (TAMANHO 14G X 12 CM).
19	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE ) 14 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ECOMED	MDL	10337850116	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
20	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 14 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ECOMED	MDL	10337850116	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
21	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 8 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	D M A MACIEL	BIOCORE II MG	801 9995 0035	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
22	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA E RIN 16 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b> EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ECOMED	MDL	10337850116	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
23	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 12 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR</b>	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	<p><b>FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	D M A MACIEL	BIOCORE II MG	80199950035	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMNHO SOLIICTADO ( 16 G X 12 CM), NÃO ATENDE AO SOLIICTADO.
24	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL,  <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	<p><b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA (TECIDO MOLE) 16 G X 20 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL,  <b>PARA UTILIZAÇÃO</b></p>	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

25	<p><b>EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
26	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA HEPÁTICA 18 G X 10 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	<p><b>EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18 G X 25 CM, DEVE POSSUIR MARCA DE PROFUNDIDADE, USO DESCARTÁVEL, ORIFÍCIO CENTRAL, <b>PARA UTILIZAÇÃO</b></p>	UNIT	UNIT	10287070051	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

27	<p><b>EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA E OU DISPARADOR FORNECIDO PARA USO EM REGIME COMODATO).</b>          EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ADUNA	MEDAX	80634880045	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
28	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 12 G X 10 CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287070058	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880046	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMNHAO QUE ATENDE AO SOLIICTADO ( 12 G X 10CM).
29	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 14 G X 12CM SEMI-AUTOMÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</p>	UNIT	UNIT	10287070058	DE ACORDDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880046	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BRAMAD	SAFER	10150470627	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (TAMANHO 14G X 12 CM).
30	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE MAMA (TECIDO MOLE) 16 G X 16 CM SEMI-AUTOMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESTRUTURA DE POLICARBONATO DE GRAU MÉDIO, ESTÉRIL, UNIVERSAL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287070058	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880046	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		BRAMED	SAFER	10150470627	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (TAMANHO 16G X 16 CM).
31	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNO, CRISTA ILIACA, TAMANHO 14 G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMÁTICO	UNIT	UNIT	10287070024	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ADUNA	MEDAX	80634880049	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
32	AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNO, CRISTA ILIACA, TAMANHO 15	UNIT	UNIT	10287070024	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	G X 6 CM, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMÁTICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ADUNA	MEDAX	80634880049	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

33	<p>AGULHA DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA PARA EXAME DE MIELOGRAMA ASPIRATIVA EXTERNO, CRISTA ILIACA, TAMANHO 16 G X 6, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, SILICONIZADA, BISEL CORTANTE 45º, CONEXÃO LUER LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA, PLUG ANTI-REFLUXO, CABO AUTOMÁTICO EM FORMATO TIPO T, DE USO DESCARTÁVEL, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287070024	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880049	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

34	<p>AGULHA INTRA-ÓSSEA DE PUNÇÃO. AGULHA EM AÇO INOX, ESTÉRIL, TAMANHO 15 G X 03 CM (VARIAÇÃO +/- 0,5 CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ITEM DESERTO				
35	<p>AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, ESTÉRIL, 8 G X 4 MM X 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287079003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880042	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
36	<p>AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 11 G X 3 MM X 10 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS</p>	UNIT	UNIT	10287079003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ADUNA	MEDAX	80634880042	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
37	AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 11 G X 3 MM X 7 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287079003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
38	AGULHA PARA BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, 13 G X 2.5 MM X 7 CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIT	UNIT	10287079003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		ADUNA	MEDAX	80634880042	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO ( 13 GX2,5 MX 7 CM).

39	<p>AGULHA DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA INFANTIL, COM 18 G DE CALIBRE X 3,58 CM COM PAREDE GROSSA DO TIPO "TROCAR" ADAPTADOR LUER-LOCK. PERMITE TAMBÉM PUNÇÃO E INFUSÃO INTRAÓSSEA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIT	UNIT	10287079003	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	<p>O REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (TAMANHO 18 G X 3,58CM).</p>
40	<p>AGULHA DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE COM A NORMA AISI 316 AGULHA TROCAR EM AÇO INOXIDÁVEL EM CONFORMIDADE A NORMA AISI 304, DIÂMETRO 18G OU 1,25 MM, COMPRIMENTO 23,6 MM, CORPO PLÁSTICO EM POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	ECOMED	ARROW	80117580319	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	<p>O PRODUTO OFERTADO (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAÓSSEA EZ-10, AGULHA DE 15 G, PARA SER USADO NO INSTRUMENTO DE PERFURÇÃO ONCONTROL POWER DRIVE), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (AGULHA 18 G, CORPO PLÁSTICO POLICARBONATO, PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO AJUSTÁVEL, DESCARTÁVEL).</p>

41	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°11 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		SOS DISTRIBUIDORA	STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°12 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°12 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).

42	<p>MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MEDIMAC	HEALTH-MED	80749829005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	<p>A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°12 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).</p>
		INFINITY PHARMA	SAFER STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO</p>
43	<p>LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°15 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	REISMED	MEDIX	80495510026	DE ACODO COM O SOLICITADO	<p>A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°15 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).</p>
		SOS DISTRIBUIDORA	STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO</p>

		BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
44	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACODO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		MEDIMAC	HEALTH-MED	80749829005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°20 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).

45	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº21 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº21 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		SOS DISTRIBUIDORA	STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO Nº22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).

46	MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		MEDIMAC	HEALTH-MED	80749829005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°22 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
47	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°23 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA	REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°23 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		SOS DISTRIBUIDORA	STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	SAÚDE.	BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
48	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°24 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES. EM CUMPRIMENTO A NR32/2005. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SOS DISTRIBUIDORA	STERILANCE	10150470305	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		REISMED	MEDIX	80495510026	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,( LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO N°24 JÁ MONTADA NO CABO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIZE PROTEGENDO O MANUSEADOR DE ACIDENTES).
		BRAMED	WILTEX	10150470564	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
49	LÂMINA DE BISTURI N° 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO,	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).

	ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CENTRALMIX	DESCARPACK	10330660275	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
50	LÂMINA DE BISTURI N° 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		CENTRALMIX	DESCARPACK	10330660275	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
51	LÂMINA DE BISTURI N° 13, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		INFINITY PHARMA	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
52	LÂMINA DE BISTURI N° 14, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		INFINITY PHARMA	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
53	LÂMINA DE BISTURI N° 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICAL	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
54	LÂMINA DE BISTURI N° 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		NOEM MEDICAL	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
55	LÂMINA DE BISTURI N° 18, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		MEDIMAC	ADVANTIVE	10296900127	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	NOEM MEDICAL	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
56	LÂMINA DE BISTURI N° 20, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		MEDICAL	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
57	LÂMINA DE BISTURI N° 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).

	DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDICAL	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
58	LÂMINA DE BISTURI Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		INFINITY PHARM	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
59	LÂMINA DE BISTURI Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM	JR LACERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).

	PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	INFINITY PHARM	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
60	LÂMINA DE BISTURI N° 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LAGERDA	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		BRAMED	STERILANCE	10150470404	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO EM AÇO CARBONO, NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( AÇO INOXIDÁVEL).
		INFINITY PHARM	MEDIX	80495510026	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
61	KIT DE BIÓPSIA PLEURAL COPE. CONSISTE EM 5 PEÇAS INCLUINDO REUTILIZÁVEIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FOI DESENVOLVIDA PARA A REMOÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE PLEURA PARA ESTUDO HISTOPATOLÓGICO.: - CÂNULA EXTERNA	SOS DISTRIBUIDORA	UNIT	10287070063	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO( DESCARTÁVEL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( REUTILIZÁVEL).
		M MED	COPE SN20	80199950037	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	DE CALIBRE 11G; - LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; - AGULHA INTERNA DE 13G COM ESTILETE; - MANDRIL DE 13GT COM GANCHO PARA COLETA DE AMOSTRA. - MEDIDA 11G X 03 (80X3.0MM)	SALUTARY	MM DIAGNOSTIKA - GPC MEDICAL LTD - ÍNDIA	80199950037	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
62	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO nº 22GX1 (25X0,7mm). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	COVAN	SR	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		M MED	LABOR IMPORT	10369460012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		INFINITY PHARMA	LABOR IMPORT	10369460012	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
63	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 23g x 3/4" x 7" (0.6x19mmx178mm). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA	INFINITY PHARMA	LABOR IMPORT	10369460022	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
		COVAN	VITALGOLD	10296900168	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO

	SAÚDE.	M MED	LABOR IMPORT	10369460195	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO
64	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22G ECLIPSE 32X7. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	<b>ITEM DESERTO</b>				

Porto Velho, 12 de setembro de 2022.

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica - CAFF II /SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 14/09/2022, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 14/09/2022, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032042318** e o código CRC **1D85DF57**.

**Referência:** Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610778/2021-57

SEI nº 0032042318



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº:0036.610778/2021-57

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031605654), com pedido de análise das propostas das empresas.

- (1) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031612401);
- (2) ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (0031614579);
- (3) JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (0031615300);
- (4) BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (0031615984);
- (5) NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (0031616903);
- (6) M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI (0031620101);
- (7) UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (0031621357);
- (8) ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031621415);
- (9) REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0031622176);
- (10) SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (0031624571);
- (11) COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0031625079);
- (12) NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE (0031626812);
- (13) NEXOMED HOSPITALAR LTDA (0031626839);
- (14) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0031627667);
- (15) D M A MACIEL E CIA LTDA (0031627727);
- (16) INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA (0031628457);
- (17) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0031628483);
- (18) MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI (0031628507);
- (19) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031628543).

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 72 (0032042318) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

NRX MEDICAL-**item 03**

NEXOMED HOSPITALAR-**item 04**

NOEM MEDICAL-**item 10**

JR LACERDA-**itens 11,12,13,49,53,54,55,56,57,58,59**

M MED- **item 15**

D M A MACIEL-**itens 15,25**

ECOMED-**itens 16,17,18,40**

ADUNA-**itens 28,38**

BRAMAD-**itens 29,30,52,53,56,57,58,59**

UNIT-ITEM-**item 39**

REISMED- **itens 41,42,43,44,45,46,47,48**

MEDIMAC-**itens 42,44,46**

SOS- **item 61**

COVAN- **item 62**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 14/09/2022, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032054474** e o código CRC **8F9D0C60**.

---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.610778/2021-57

SEI nº 0032054474