



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 70/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610855/2021-79						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº370/2022/DELTA/SUPEL/RO -ALTA COMPLEXIDADE						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
<p>Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</p>						
<p>Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</p>						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	KIT PARA CIRURGIA DE SLING (INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TVT OBTURADOR OU SLING TRANSOBTURATÓRIO): COMPOSTO DE FITA DE POLIPROPILENO E BRAÇOS DE FIXAÇÃO DE POLIDIMETILSILOXANO E DUAS AGULHAS HELICOIDAIS (SEMICIRCULARES)	COVAN	SULMEDICAL	80569810002	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER E PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		UNIDAS MEDICAL	INTERLIFT KFF	80991380011	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER E PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

	PARA INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MEDIMAC	KFF	80250540005	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
2	CLIP DE TITÂNIO PARA COLECISTECTOMIA LT 300, CARTUCHO (BLISTER) DE COR VERDE COM 6 CLIPS, DE LARGURA APROXIMADA DE 5,5 MM ABERTO E 8,7 MM FECHADO TAMANHO MÉDIO/GRANDE. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HPF SURGICAL	EUROPCLIP	80302210001	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		CIENLABOR	TAIMIN	80082910228	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		BHIO SUPPLY	AEROMEDICAL	80381210021	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO, APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 25 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA	OLTRAMED	OLTRAMED	81425780019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
		MED CARE	MEDTRONIC	10349000267	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,5 E 4,8mm), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).

3	<p>FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	QUALITY	MARLEX	80343590004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,8 A 4,8mm), NÃO ATENDE O TAMANHO O SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 28 A 29 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE</p>	OLTRAMED	OLTRAMED	81425780019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
		MED CARE	MEDTRONIC	10349000267	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,8 A 4,8mm), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).

4	<p>GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	QUALITY	MARLEX	80343590004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,8 4,8mm), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 31 A 33 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE</p>	OLTRAMED	OLTRAMED	81425780019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
		MED CARE	MEDTRONIC	10349000267	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,8 A 4,8mm), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).

5	<p>GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	QUALITY	MARLEX	80343590004	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO , (GRAMPOS DE 3,8 4,8mm) , NÃO ATENDE AO TAMANHO O SOLICITADO,(GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE</p>	OLTRAMED	OLTRAMED	81425780019	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
	<p>PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE</p>	MED CARE	MEDTRONIC	10349000267	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (GRAMPOS DE 3,8 4,8mm) , NÃO ATENDE AO SOLICITADO (GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM).

6	<p>GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	QUALITY	PANTHER	80940400001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (21MM).
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 23 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE</p>	MED CARE	MEDTRONIC	10349000249	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO , NÃO ATENDE AO SOLICITADO,(GRAMPOS DE 2,5, 3,8 E 4,8MM),GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM.
		QUALITY	PANTHER	80940400001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO QUE ATENDE AO SOLICITADO (23MM).

7	<p>COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SALUTARY	CKTRADE - VICTOR	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO, (ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 1,8 MM COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE MM 4,5 MM),NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CURVO CORTANTE 40 MM PRE-CARREGADO COM CARGA VERDE DE MULTIPLOS DISPAROS; PARA USO</p>	HOSPMED	VICARE	80493660027	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (NA AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO, GRAMPOS NÃO FECHADOS DE MANEIRA ADEQUADA).

8	EM UM ÚNICO PACIENTE; ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LR DISTRIBUIDORA	VICARE /SCC40	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O MODELO DO PRODUTO OFERTADO (GRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL VICARE) NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (GRAMPEADOR CURVO CORTANTE 40 M M)..
		SALUTARY	CKTRADE - VICTOR/ VICARE	80493660027	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (NA AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO, GRAMPOS NÃO FECHADOS DE MANEIRA ADEQUADA),
9	CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE ALTA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO ADULTO). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

10	CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE ALTA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO INFANTIL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
11	CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE ALTA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO NEONATAL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
12	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO ADULTO). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

13	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO INFANTIL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

14	<p>DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO NEONATAL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
15	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>PERITONEAL) SISTEMA DE MÉDIA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE</p>	SURGICALLMED	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO ADULTO). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

16	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE MÉDIA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO INFANTIL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		QUALITY	VENTURA	10175060021	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
17	<p>CONJUNTO DE VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA (DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL) SISTEMA DE MÉDIA PRESSÃO COMPOSTO COM 1 (UM) CATETER , 1 (UM) TUBO QUE TRANSPORTA E DESVIA LCR DO VENTRÍCULO PARA A CAVIDADE ABDOMINAL . A VÁLVULA E O CATETER DISTAL DEVERÃO SER UMA</p>	LR DISTRIBUIDORA	HPBIO	10166360029	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		SALUTARY	KFF - ARGENTINA	80991380013	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

	<p>PEÇA ÚNICA OU SEJA DEVERÃO VIR JA CONECTADO DE FÁBRICA (TIPO PADRÃO PARA ATENDER TAMANHO NEONATAL). ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>HP BIOPROTESES *Acima do estimado</p>	<p>HPBIO</p>	<p>10166360029</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
18	<p>KIT COM DUAS SERINGAS DE 200 ML (DUALPACK) PARA SER UTILIZADO NA INJETORA DE CONTRASTE DE DUPLA CABEÇA PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA OPTIVANTAGE DH-MALLINCKRODT . COM CARREGAMENTO FRONTAL COM DOIS HANDI-FILS E TUBO ESPIRALADO EM Y DE 1,5M (60 POLEGADAS), COM DUPLA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EM POLIPROPILENO, POLICARBONATO E BORRACHA. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>LR DISTRIBUIDORA</p>	<p>BIODATA</p>	<p>80174880017 + 80174889003</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>EM CONSULTA AO REGISTRO NA ANVISA E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

19	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR12 X 1.5 CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>UNIDAS MEDICAL</p>	<p>GASTROTOP KFF</p>	<p>80991380014</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (12FRX1,5 CM),</p>
		<p>BRAMED</p>	<p>MEDICONE</p>	<p>80020550059</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>EM CONSULTA AO REGISTRO NA ANVISA E SÍTIOS ELETRÔNICOS, VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>CINCO</p>	<p>AVANOS</p>	<p>10234400057</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA .O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE</p>	<p>UNIDAS MEDICAL</p>	<p>GASTROTOP KFF</p>	<p>80991380014</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA .O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
		<p>LR DISTRIBUIDORA</p>	<p>KFF</p>	<p>80991380014</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA .O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

20	<p>PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR12 X 2.0CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	CINCO	AVANOS	10234400057	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE</p>	UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
LR DISTRIBUIDORA		KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.	

21	<p>TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR14 X 2.0CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	BRAMED	MEDICONE	80020550059	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE</p>	CIENTIFICA	BLENTA	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
LR DISTRIBUIDORA		BLENTA MEDICAL	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.	

22	<p>TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR16 X 1.5CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-</p>	LR DISTRIBUIDORA	BLENTA MEDICAL	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
CIENTIFICA		BLENTA	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.	

23	<p>REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR14 X 1.5CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO,(FR14X1.5).
		UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-</p>	LR DISTRIBUIDORA	KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

24	<p>REFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR16 X 2.0CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	BRAMED	MEDICONE	80020550059	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE</p>	CIENTIFICA	BLENTA	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
LR DISTRIBUIDORA		BLENTA MEDICAL	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.	

25	<p>TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR18 X 1.5CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTADA NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (18 FR X 1,5 CM).
		CIENTIFICA	BLENTA	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
	<p>SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MIC-KEY A NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO. SISTEMA DE</p>	LR DISTRIBUIDORA	BLENTA MEDICAL	81158510038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

26	<p>TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. "CONJUNTO "COMPLETO COM: TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. FR18 X 2.0CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	UNIDAS MEDICAL	GASTROTOP KFF	80991380014	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
27	<p>KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR (DVE) PEDIÁTRICO, PARA DERIVAÇÃO ASSÉPTICA DO LÍQUIDO CÉFALO-RAQUIDIANO, PERMITINDO MONITORAÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA, DRENAGEM LIQUÓRICA E DE HEMORRAGIAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM</p>	COTACAO	BIOMEDICAL	10196320038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA	HPBIO - DVEIF35	10166360068	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

	CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HP BIOPROTESES *Acima do estimado	HPBIO	10166360068	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
28	KIT CATETER DE DRENAGEM EXTERNA LCR (DVE) ADULTO, PARA DERIVAÇÃO ASSÉPTICA DO LÍQUIDO CÉFALO-RAQUIDIANO, PERMITINDO MONITORAÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA, DRENAGEM LIQUÓRICA E DE HEMORRAGIAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HP BIOPROTESES	HPBIO	10166360068	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		UNIDAS MEDICAL	NEUROKIT KFF	80991380015	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		COTACAO	BIOMEDICAL	10196320040	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
LOTE						
		MED CARE	MEDTRONIC	80052020033	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).

GRAMPEADOR LINEAR
 CORTANTE 55 MM,
 COM LÂMINA NA
 CARGA QUE DISPARE
 6 LINHAS DE
 GRAMPOS,
 CORTANDO
 SIMULTANEAMENTE
 ENTRE A SEGUNDA E
 A TERCEIRA LINHA DE
 GRAMPO.
 INSTRUMENTO
 DESCARTÁVEL.
 POSSUIR TRAVA DE
 SEGURANÇA PARA
 EVITAR O DISPARO
 ACIDENTAL DO
 GRAMPEADOR COM
 CARGA UTILIZADA E
 PINO DE RETENÇÃO
 NA PONTA DISTAL.
 SISTEMA QUE
 POSSIBILITA O
 DISPARO TANTO PELO
 LADO ESQUERDO OU
 DIREITO DO
 GRAMPEADOR.
 POSSUIR, NO MÍNIMO
 1,5 GRAMPOS ALÉM
 DA LINHA DE CORTE E
 SISTEMA DE
 COMPRESSÃO
 TECIDUAL. POSSUIR
 MANOPLA
 EMBORRACHADA
 ANTI-DESLIZANTE.
 POSSUIR SELETOR DE
 AJUSTE PARA
 ESCOLHA DA ALTURA
 DE FECHAMENTO DE
 GRAMPO, OU SEJA,
 POSSUIR NO MESMO
 GRAMPEADOR TRÊS
 TAMANHOS POSSÍVEIS
 DE CORES DE CARGA
 (FECHAMENTO DE

OLTRAMED	OLTRAMED	81425780018	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).
----------	----------	-------------	-----------------------------------	--

1	<p>GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1 ,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1 ,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	HOSPMED	VICARE	80493660029	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).
	<p>RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA</p>	MED CARE	MEDTRONIC	80052020032	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO,(RECARGA PARAGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).

<p>CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>	<p>OLTRAMED</p>	<p>OLTRAMED</p>	<p>81425780018</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).</p>
	<p>HOSPMED</p>	<p>VICARE</p>	<p>80493660029</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADA NÃO ATENDE AO SOLICITADO, (RECARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>
<p>GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR.</p>	<p>MED CARE</p>	<p>MEDTRONIC</p>	<p>80052020033</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>
	<p>OLTRAMED</p>	<p>OLTRAMED</p>	<p>81425780018</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).</p>

<p>POSSUIR, NO MÍNIMO 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE. POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	<p>HOSPMED</p>	<p>VICARE</p>	<p>80493660029</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>
<p>RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA</p>	<p>MED CARE</p>	<p>MEDTRONIC</p>	<p>80052020033</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (RECARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>

<p>CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>	<p>OLTRAMED</p>	<p>OLTRAMED</p>	<p>81425780018</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO, COM BASE NO PARECER EM ANEXO (PROBLEMAS RELACIONADOS SECÇÃO E FECHAMENTO DO GRAMPEADOR/GRAMPOS NO INTRAOPERATÓRIO, FINALIZANDO O PROCEDIMENTO MANUAL).</p>
	<p>HOSPMED</p>	<p>VICARE</p>	<p>80493660029</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO, (RECARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>
<p>GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 100 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR. POSSUIR, NO MÍNIMO</p>	<p>MED CARE</p>	<p>MEDTRONIC</p>	<p>10349000246</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (COM DUAS FILEIRAS DUPLAS DE GRAMPO TAMANHO 3,8 E 4,8) NÃO ATENDE AO SOLICITADO (QUE DISPARE 6 LINHA DE GRAMPOS , TRÊS TAMANHOS FECHADOS 1,5, 1,8 E 2,0 MM).</p>
	<p>HOSPMED</p>	<p>VICARE</p>	<p>80493660029</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (QUATRO LINHAS DE GRAMPOS TAMANHOS 3,8 E 4,8 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (QUE DISPARE 6 LINHA DE GRAMPOS , TRÊS TAMANHOS FECHADOS 1,5, 1,8 E 2,0 MM).</p>

3	<p>1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE. POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	SALUTARY	TOUCHSTONE	80357660012	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (LCC10038 COM UM TAMANHO DE GRAMPO 3,8MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ((QUE DISPARE 6 LINHA DE GRAMOS , TRÊS TAMANHOS FECHADOS 1,5, 1,8 E 2,0 MM).
	<p>RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 100 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE</p>	MED CARE	MEDTRONIC	10349000249	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O TAMANHO DO SOLICITADO.
		HOSPMED	VICARE	80493660029	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O TAMANHO DO SOLICITADO.

CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 100 MM).	SALUTARY	TOUCHSTONE	80357660012	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O TAMANHO DO SOLICITADO.
--	----------	------------	-------------	---	--

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

FARMACÊUTICA - CAF II /SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 09/09/2022, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 13/09/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031970325** e o código CRC **13D3B86C**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610855/2021-79

SEI nº 0031970325



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.610855/2021-79

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0031122208), com pedido de análise das propostas das empresas.

- (1) MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0031118992) (0031119045);
- (2) COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA (0031119130);
- (3) HPF SURGICAL LTDA (0031119211);
- (4) OLTRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (0031119287);
- (5) HOSPMED COMÉRCIO EIRELI (0031119389);
- (6) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031121022);
- (7) UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (0031121113);
- (8) CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA (0031121248);
- (9) COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (0031121329);
- (10) HP BIOPROTESES LTDA (0031121413);
- (11) MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0031121546);
- (12) CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (0031121611);
- (13) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031121685);
- (14) BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A (0031121769);
- (15) QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (0031121853);
- (16) BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (0031121944);
- (17) SURGICALLMED COMERCIO LTDA (0031121900);
- (18) CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (0031122003);

Considerando que os itens nº 6, 8, das marcas OLTRAMED e VICARE foram objetos de análises de amostras no processo administrativo 0036.350855/2020-23 "Alta Complexidade" pelo Departamento de Cirurgia Geral do Hospital de Base;

Informamos que incluímos aos autos Parecer das análises realizadas pelo Departamento de

Cirurgia Geral do Hospital de Base id (0031948164, 0031948272);

Com base no Parecer mencionado julgamos que os itens 3, 4, 5, 6, 8, lote 1, lote 2, não atende ao solicitado, pelas justificivas apontadas.

Informamos que foram realizadas as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 70 (0031970325) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

MED CARE - itens 03, 04,05,06,07,LOTE 01,02,03

QUALITY COMERCIAL- itens 03,04,05,06,07

OLTRAMED itens - 03,04,05,06.LOTE 01,02

HOSPMED -itens - 08, lote 01,02,03

LR DISTRIBUIDORA - itens 08

UNIDAS MEDICAL - itens 19,23,25

SALUTARY - itens 07, 08. LOTE 03

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 13/09/2022, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031974466** e o código CRC **F8C94D1B**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350855/2020-23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/ 2022/DELTA-SUPEL-RO

ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

MARCA/MODELO: OLTRAMED DCS21

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS: 1

REGISTRO NA ANVISA: 81425780019

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM: GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM.

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM.	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO.	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>
O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO DESCRITIVO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>

LEGENDA: NA - NÃO SE APLICA

CARACTERÍSTICAS FAVORÁVEIS

CARACTERÍSTICAS DESFAVORÁVEIS

*Conforme usado anteriormente Grampeadores de Oltramed
 apresenta específico problemas relacionados a segurança e
 funcionamento da grampeadora / grampos na hora operatória, fazendo o
 procedimento manual.*

CONCLUSÃO

APROVADO REPROVADO

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

NOME E REGISTRO:	Dr. Ranyete Matias Cirurgião Oncológico CRM 3428	ASS:
NOME E REGISTRO:	Dr. Ricardo Chagas Sousa Cirurgia Oncológica CRM 3100 / RQE 1572	ASS:
NOME E REGISTRO:		ASS:
NOME E REGISTRO:		ASS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350855/2020-23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/ 2022/DELTA-SUPEL-RO
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

MARCA/MODELO: VICARE SCC40
 QUANTIDADE DE AMOSTRAS ENVIADAS: 1
 REGISTRO NA ANVISA: 80493660027
 IDENTIFICAÇÃO DO ITEM: GRAMPEADOR CIRURGICO CURVO CORTANTE 40 MM.

GRAMPEADOR CIRURGICO CURVO CORTANTE 40 MM PRE-CARREGADO COM CARGA VERDE DE MULTIPLOS DISPAROS; PARA USO EM UM ÚNICO PACIENTE; ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
GRAMPEADOR CIRURGICO CURVO CORTANTE 40 MM PRE-CARREGADO COM CARGA VERDE DE MULTIPLOS DISPAROS;	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
O PRODUTO É USO EM UM ÚNICO PACIENTE; ESTÉRIL	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO DESCRITIVO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>

LEGENDA: NA - NÃO SE APLICA

CARACTERÍSTICAS FAVORÁVEIS

CARACTERÍSTICAS DESFAVORÁVEIS

Conforme descreto previamente durante a realização teste efetuado de maneira adequada. Desconheço no uso prático em Grampeador não

CONCLUSÃO

APROVADO REPROVADO

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

NOME E REGISTRO:	Dr. Ranyere Matias	ASS:
NOME E REGISTRO:	Cirurgião Oncológico	ASS:
NOME E REGISTRO:	CRM 3428	ASS:
NOME E REGISTRO:	Dr. Ricardo Gomes Sousa	ASS:
	Cirurgião Oncológico	ASS:
	CRM RO 3108 TROE 1572	ASS: