



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 69/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.350855/2020-23						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/ 2022/DELTA-SUPEL-RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	GRAMPEADOR CIRÚRGICO <b>CIRCULAR CURVO 21 MM</b> . COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE <b>TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM</b> . PRÉ-CARREGADO COM <b>GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM</b> DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HOSPMED COMERCIO	VICARE- MODELO: SCS21	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0 - 1,8 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( ALTURA DO GRAMPO ATÉ 5,5 MM, QUE ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 - 2,5 MM).
		COVAN - COMERCIO	VICARE	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0 - 1,8 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( ALTURA DO GRAMPO ATÉ 5,5 MM, QUE ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 - 2,5 MM).
		DMG COMERCIO	FRANKENMAN	81464750032	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (TAMANHO DO GRAMPO 4; ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO 1,0 - 2,0 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( GRAMPOS DE ATÉ 5,5, MM DE COMPRIMENTO, ACOMOADA TECIDO COMPRIMIDO 1,0 - 2,5 MM).

		PROTESENORTE	ETHICON / J&J Cod: CDH21A	80145901301	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		SALUTARY	B.BRAUN - TOUCHSTONE INTERNATIONAL MEDICAL SCIENCE CO., LTD	80357660011	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO Á PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
2	GRAMPEADOR CIRÚRGICO <b>CIRCULAR CURVO 23 MM</b> . COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESURAS DE <b>TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM</b> . PRÉ-CARREGADO COM <b>GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM</b> DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	HOSPMED COMERCIO	VICARE	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0 - 1,8 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( ALTURA DO GRAMPO ATÉ 5,5 MM, QUE ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 - 2,5 MM).
		SALUTARY	CKTRADE -VICARE	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0 - 1,8 MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO ( ALTURA DO GRAMPO ATÉ 5,5 MM, QUE ACOMODA TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 - 2,5 MM).
3	GRAMPEADOR CIRURGICO <b>CURVO CORTANTE 40 MM</b> PRE-CARREGADO COM CARGA VERDE DE MULTIPLS DISPAROS; PARA USO EM UM ÚNICO PACIENTE; ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	QUALITY COMERCIAL	PANTHER	80940400001	EM DESACORDO COM SOLICITADO	O REGISTRO INFORMADO (GRAMPEADOR CIRCULAR), NÃO ATENDE AO SOLICITADO GRAMPEADOR (CIRURGICO CURVO CORTANTE).

Porto Velho, 08 de setembro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA**

Farmacêutica -CAFII/SESAU-RO



e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 16/09/2022, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 19/09/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031964166** e o código CRC **619E738F**.