



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 76/2022/SESAU-CAFIINP

| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2 | | | | | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.166493/2021-75 | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2022/SIGMA/SUPEL/RO- NEFROLOGIA | | | | | | |
| ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS | | | | | | |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. | | | | | | |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra. | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPTIVO | EMPRESA/LICITANTE | MARCA | ANVISA / REGISTRO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
| 2 | DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 80133950048 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO.. |
| | | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | NIPRO - JAPAO | 80788620051 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 3 | DIALISADOR DE CAPILAR BAIXO FLUXO REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.9 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 110-120 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 291 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 80133950048 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | NIPRO - JAPAO | 80788620051 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 4 | DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES | SALUTARY | NIPRO - JAPAO | 10324860087 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | FORTCARE | FORTCARE | 80463910075 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | | | | | ATENDE AO SOLICITADO. |
| 5 | DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSLUFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 70 A 75 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 80133950048 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 6 | DIALISADOR DE CAPILAR MÉDIO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSLUFONA, COM 35MM OU 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMP, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | NIPRO CORPORATION - JAPÃO | 80788620034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | NOVA MEDICA | NIPRO | 80788620034 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 7 | FILTRO EM CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO, 9.34"X2.5", PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE) UTILIZADOS PARA ABSORVER SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS OU COLORIDAS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 80133950048 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| 10 | LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. | FORTCARE | FORTCARE | 80463910002 | EM DESACORDO COM O SOLICITADO | O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO ATENDE AO SOLICITADO. |
| | | BIOMED PRODUTOS | BIOMED/ PROMED | 80517050012 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 17 | KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 -14,5 FR X 24-28 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | BIOMEDICAL | 10196320060 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | CENTRAL MIX | K.F.F. S.A | 80991380021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------|-------------|----------------------------|---|
| 18 | KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 11,5 -12,5 FR X 24 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | BIOMEDICAL | 10196320060 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | CENTRAL MIX | K.F.F. S.A | 80991380021 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 19 | KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | BALTON | 80120820003 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | BIOMEDICAL | 10196320066 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 20 | KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | BALTON | 80120820003 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| | | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | BIOMEDICAL | 10196320066 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 21 | KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11,5-12 FR X 24 CM:1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER, 1 AGULHA 18 GA PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | BIOMEDICAL | 10196320066 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
| 31 | FILTRO EM CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO, 9.3"X2.5", PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DA MARCA NIPRO (APARELHO EM USO NAS UNIDADES DE SAÚDE) UTILIZADOS PARA ABSORVER SUBSTÂNCIAS ODORÍFERAS OU COLORIDAS DE GASES OU LÍQUIDOS, SÃO ALTAMENTE POROSOS COM ÁREAS DE 300 A 2.000 M ² DE SUPERFÍCIE POR GRAMA. | VEXER | VEXER | 80615510001 | DE ACORDO COM O SOLICITADO | APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, CONDIZ COM A ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |

Parecer elaborado com base nas análises da Coordenadoria de Atenção Integral a Saúde, documento id 0032176806.

Os itens solicitados para análise técnica da NIPRO (0031362911) para os itens 05 e 07, não condiz com os itens dos insumos da tabela que serão licitados.

Porto Velho, 19 de setembro de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica
CAF II /SESAU -RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 19/09/2022, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 19/09/2022, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032226702** e o código CRC **A4AAB664**.