



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 83/2022/SESAU-CAFIINP

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>						
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>						
<b>CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2</b>						
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.208348/2021-79</b>						
<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022/SUPEL/DELTA/RO-CURATIVOS.</b>						
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>EMPRESA/LICITANTE</b>	<b>MARCA</b>	<b>ANVISA / REGISTRO</b>	<b>ANÁLISE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

1	<p>COBERTURA DE HIDROFIBRA COMPOSTA POR FIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM DUPLA CAMADA DE FIBRAS ENTRELAÇADAS E COSTURADAS POR FIBRA CELULOSICA, ALTAMENTE ABSORVENTE, APRESENTAÇÃO EM PLACA DE NÃO TECIDO MACIA, ABSORÇÃO VERTICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM, PODENDO VARIAR (+- 1 CM) ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	<p>COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA</p>	<p>BMD/CONVATEC / AQUACEL EXTRA</p>	<p>80523020004</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO FERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
---	---	---	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--

5	<p>CURATIVO ESTÉRIL, COBERTURA COMPOSTA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOÍNA E SÓRBATO DE POTÁSSIO, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, CARBÔMERO 940 E ÁGUA PURIFICADA. APRESENTAÇÃO EM TUBO CONTENDO APROXIMADAMENTE 85 G (VARIAÇÃO +/- 5G), COM TAMPA "FLIP-FLOP" NÃO ESTÉRIL. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.</p>	<p>COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA</p>	<p>BMD/CONVATEC/ SAF-GEL</p>	<p>80523020016</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO FERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
12	<p>CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA. AUTOADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 10X10CM (VARIAÇÃO +/- 1 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	<p>COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA</p>	<p>BMD/CONVATEC /DUODERM CGF EXTRA FINO</p>	<p>80523020014</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO FERTADO ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO PRODUTO.</p>	<p>NUTRI CARE</p>	<p>CURATEC/ LM FARMA</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO</p>	<p>NÃO APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM CONSULTA AOS SITES ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

35	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO, COMPOSIÇÃO DE VISCOSE, ALGODÃO, NYLON E LYCRA. POSSUI LINHA CENTRAL COM COR DE IDENTIFICAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO. DOIS INDICADORES DE EXTENSÃO, PARA PERNAS DE DIFERENTES DIÂMETROS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 3 METROS EM DESCANSO, (VARIAÇÃO +/- 5 CM). OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NA PROPOSTA E FORNECER CAPACITAÇÃO PARA USO ADEQUADO DO MESMO.	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA	BMD/CONVATEC/SUREPRESS	80523029005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, EM PESQUISA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO FERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
----	---	--------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------------	---

Porto Velho, 30 de setembro de 2022.

**JOSIANE DA SILVA JORDÃO**  
Farmacêutica - CAF II /SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 30/09/2022, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 30/09/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032570502** e o código CRC **9647ABBE**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº:0036.208348/2021-79

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0032487261), com pedido de análise das propostas das empresas;

Informamos que realizamos as seguintes análises:

**Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 83 (0032570502) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

NUTRI CARE- **ITEM 12**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

**JEFERSON FREITAS LOPES**

Coordenador  
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 30/09/2022, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032570608** e o código CRC **1949A4D5**.

---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.208348/2021-79

SEI nº 0032570608