



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 86/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.446042/2021-19						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
		BRAMED	AMED	81481900002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO VALENTINA PREMIUM), ATENDE AO SOLICITADO
1	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CÂMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 30 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, COM CADARÇO DUPLO, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, COM FIO RADIOPACO. PACOTE	PL MED PRODUTOS	TEXCARE	80963890002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO ANEXOOU FOLDER À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DA MARCA VERIFICOU-SE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (100% ALGODÃO, COM 4 CÂMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 30 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, RX).

	COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ORTOM INDUSTRIA	ORTOFEN	80205290006	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRESSA DE GAZE E COMPRESSA DE GAZE QUEIJO), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (COMPRESSA CAMPO CIRÚRGICO 45 X50 CM).
		NRX MEDICAL SYSTEMS	GO MED	80799930006	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO (100% ALGODÃO, COM 4 CÂMADAS, 11 A 13 FIOS, GRAMATURA DE 30 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM, RX).
2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS NÃO ESTERIL, PACOTE COM 500 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BRAMED	AMED	81481900005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL CATHARINA PREMIUM), ATENDE AO SOLICITADO
		PREVIX PRODUTOS	MEDICAL TEXTIL	80799930002	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRESSA DE GAZE ESTÉIRL), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 500 UND).
		JN-MAXIMED	DEFERTEX/DEFERPACK	82230310003	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.
		JR LACERDA	ANDREONI	10368109005	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLICITADO.

3	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO 10 UNIDADES, EMBALAGEM, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, REGISTRO OU CADASTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	JR LACERDA	ERIMAX	80698130004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLIICTADO (GAZE 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS, 10 UND)
		BRAMED	AMED	81481900001	DE ACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (COMPRESSA DE GAZE HÉRIKA PREMIUM 13 FIOS), ATENDE AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA	POLAR FIX	8003400067	DE ACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO QUE ATENDE AO SOLIICTADO (GAZE 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, FIOS 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS, 10 UND)
		ORTOM INDUSTRIA	ORTOFEN	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO INFORMOU REGISTRO NA ANVISA, NEM ANEXO FOLDER JUNTO À PROPOSTA, EM CONSULTA AO SITE DO FABRICANTE VERIFICAMOS QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA O PRODUTO SOB REGISTRO nº 80205290008, NÃO ATENDE AO SOLICITADO AO TAMANHO SOLICITADO (7,5 X 7,5 CM).
		NATEK NATUREZA	INCIFILM / PHARMAPLAST IN5080	80180990003	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO (50 X 80 CM), NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO (60 X 60 CM VARIAÇÃO DE +/- 5CM).

5	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO ADESIVO INCISIONAL FORMADO POR UMA PELÍCULA FINA E TRANSPARENTE DE POLIURETANO COBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO. TAMANHO DE APROXIMADAMENTE(+5%) 60 X 60CM . (OPSITE OU SIMILAR)					
		CIENTIFICA MEDICA	MED-DRAPE	80722800009	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		MULTIMEDIK	MED-DRAPE	80722800009	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		CENTRALMIX	MEDDRAPE	80722800009	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO A PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.

Porto Velho, 06 de outubro de 2022.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA
Farmacêutica - CAF II / SESAU -RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza**, Técnico, em 07/10/2022, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes**, Coordenador(a), em 10/10/2022, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032722363** e o código CRC **E961FEEB**.

Referência: Caso resposta este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.446042/2021-19

SEI nº 0032722363



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.446042/2021-19

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0032658837), com pedido de análise das propostas das empresa, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 650/2022/DELTA/SUPEL/RO**;

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 86 (0032722363) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

ORTOM INDÚSTRIA - **ITEM 1, 3**

PREVIX PRODUTOS - **ITEM 2**

NATEK NATUREZA - **ITEM 5**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES

Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 10/10/2022, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032733136** e o código CRC **897A281A**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.446042/2021-19

SEI nº 0032733136