



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 84/2022/SESAU-CAFIINP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.610855/2021-79						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº370/2022/DELTA/SUPEL/RO -ALTA COMPLEXIDADE						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 25 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM . PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO	PROTESE NORTE	ETHICON / CDH25A	80145901301	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLICITADO.
		LR DISTRIBUIDORA	VICARE - SCS26	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).

3	<p>TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	SALUTARY	B. BRAUN / TOUCHSTONE	80357660011	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HIPERDENTAL	VICARE / SCS25	S/ REGISTRO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
		HOSPMED	VICARE / SCS25	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 28 A 29 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL</p>	PROTESENORTE	ETHICON / J&J Cod: CDH29A	80145901301	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO OFERTADO ATENDE AO SOLIICTADO.

4	<p>– ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	LR DISTRIBUIDORA	VICARE - SCS26	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
		SALUTARY	B. BRAUN / TOUCHSTONE	80357660011	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.
		HIPERDENTAL	VICARE / SCS29	S/ REGISTRO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
		HOSPMED	VICARE / SCS29	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,0MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).

	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 31 A 33 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO</p>	LR DISTRIBUIDORA	VICARE - SCS33	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,3MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
		SALUTARY	B. BRAUN / TOUCHSTONE	80357660011	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

5	<p>PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	HOSPMED	VICARE / SCS33	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	<p>O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 5,0MM A 5,2MM , E ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-2,3MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).</p>
---	--	---------	----------------	-------------	--------------------------------	--

6	<p>GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 4,8 A 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE</p>	LR DISTRIBUIDORA	VICARE - SCS21	80493660031	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5MM, E ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-1,8MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO 4,8 A 5,5 MM, ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).
		SALUTARY	B. BRAUN / TOUCHSTONE	80357660011	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

<p>APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>HOSPMED</p>	<p>VICARE / SCS21</p>	<p>80493660031</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO (ALTURA DO GRAMPO 4,5MM, E ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM-1,8MM), NÃO ATENDE AO SOLICITADO (ALTURA DO GRAMPO FECHADO 1,0MM -2,5MM).</p>
--	----------------	-----------------------	--------------------	---	---

LOTE

<p>GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO</p>	<p>PROTESENORTE</p>	<p>ETHICON / J&J Cod: NTLC55</p>	<p>80145901007</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, PROPOSTA , EM PESQUISAS EM SITES , A MARCA DO PRODUTO, ATENDE AO SOLICITADO.</p>
---	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	--

<p>1</p> <p>NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR. POSSUIR, NO MÍNIMO 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE. POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1 ,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1 ,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	<p>SALUTARY</p>	<p>B. BRAUN / TOUCHSTONE</p>	<p>80357660012</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>
---	-----------------	------------------------------	--------------------	---	--

<p>RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>	<p>PROTESENORTE</p>	<p>ETHICON / J&J Cod: SR55</p>	<p>80145901006</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, PROPOSTA ,FOLDER EM ANEXO , EM PESQUISAS EM SITES , A MARCA DO PRODUTO, ATENDE AO SOLICITADO.</p>
	<p>SALUTARY</p>	<p>TOUCHSTONE</p>	<p>80357660012</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO,(RECARGA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 55 MM).</p>
<p>GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM, COM LÂMINA NA CARGA QUE DISPARE 6 LINHAS DE GRAMPOS, CORTANDO SIMULTANEAMENTE ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA LINHA DE GRAMPO. INSTRUMENTO DESCARTÁVEL. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O DISPARO ACIDENTAL DO GRAMPEADOR COM CARGA UTILIZADA E PINO DE RETENÇÃO NA PONTA DISTAL. SISTEMA QUE POSSIBILITA O DISPARO TANTO PELO LADO ESQUERDO OU DIREITO DO GRAMPEADOR. POSSUIR, NO MÍNIMO 1,5 GRAMPOS ALÉM DA</p>	<p>PROTESENORTE</p>	<p>ETHICON / J&J Cod: SR55</p>	<p>80145901006</p>	<p>DE ACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA ,O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.</p>

2	<p>LINHA DE CORTE E SISTEMA DE COMPRESSÃO TECIDUAL. POSSUIR MANOPLA EMBORRACHADA ANTI-DESLIZANTE. POSSUIR SELETOR DE AJUSTE PARA ESCOLHA DA ALTURA DE FECHAMENTO DE GRAMPO, OU SEJA, POSSUIR NO MESMO GRAMPEADOR TRÊS TAMANHOS POSSÍVEIS DE CORES DE CARGA (FECHAMENTO DE GRAMPO), AZUL PARA TECIDOS NORMAIS (FECHAMENTO DE 1,50MM), DOURADA PARA TECIDOS INTERMEDIÁRIOS (FECHAMENTO DE 1,80MM) E VERDE PARA TECIDOS ESPESSOS (FECHAMENTO DE 2,00MM). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.</p>	SALUTARY	TOUCHSTONE	80357660012	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO, (GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).
	<p>RECARGA PARA O GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM. POSSUIR LÂMINA DE AÇO TIPO 400 NA CARGA. POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,5 GRAMPOS ALÉM DA LINHA DE CORTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS</p>	PROTESENORTE	ETHICON / J&J Cod: TLC75	80145901007	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFERTADO APRESENTOU, FOLDER EM ANEXO À PROPOSTA, O PRODUTO ATENDE AO SOLICITADO.

<p>DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (COMPATÍVEL COM GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>	<p>SALUTARY</p>	<p>TOUCHSTONE</p>	<p>80357660012</p>	<p>EM DESACORDO COM O SOLICITADO.</p>	<p>A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO,(RECARGA PARA LINEAR CORTANTE 75 MM).</p>
--	-----------------	-------------------	--------------------	---	--

Porto Velho, 03 de outubro de 2022.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
FARMACÊUTICA - CAF II /SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 03/10/2022, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 03/10/2022, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032591218** e o código CRC **450C9A84**.

Referência: Caso responda este Parecer Técnico Farmacêutico, indicar expressamente o Processo nº 0036.610855/2021-79

SEI nº 0032591218



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.610855/2021-79

Assunto: Análise das propostas das empresas.

Ao cumprimentá-la, em resposta ao solicitado no despacho (0032185093), com pedido de análise das proposta das empresas.

(1) PROTESORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (0032184898) para o **grupo 1 e 2, itens 3 e 4;**

(2) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0031121022) para os **itens 3, 4, 5 e 6;**

(3) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0031121685) para o **grupo 1 e 2, itens 3, 4, 5 e 6;**

(4) HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPIT (0032184941) para os **itens 3 e 4;**

(5) HOSPMED COMERCIO EIRELI (0031119389) para os **itens 3, 4, 5 e 6;**

Informamos que realizamos as seguintes análises:

Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/fôlder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:

Com base nas análises presentes no Parecer Técnico Farmacêutico 84 (0032591218) no formato SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pela empresa/licitante, está em desacordo com o solicitado por esta administração, ou seja, declaramos tais itens **inaptos**.

LR DISTRIBUIDORA - **itens 03,04,05**

HIPERDENTAL - **itens 03,04**

HOSPMED - **itens 03,04,05**

SALUTARY - LOTE / **01,02**

Salvo melhor juízo é o que se tem para o momento.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente.

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 03/10/2022, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032591961** e o código CRC **62AF49F5**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.610855/2021-79

SEI nº 0032591961