



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer Técnico Farmacêutico nº 80/2022/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.582528/2021-10						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .409/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO-LUVAS E EPI'S						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, pros						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou p						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	
1	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) REUTILIZÁVEL, COM ELÁSTICO, ANTIEMBAÇANTE, TAMANHO MÍNIMO DO VISOR DE 30CMX20CM, DEVERÁ TER UM ESPAÇAMENTO (BANDA OU FAIXA DE ESPUMA OU MATERIAL QUE CUMPRA A FUNÇÃO) DO CONTATO DA TESTA AO VISOR, FORNECENDO ESPAÇO PARA ÓCULOS OU ÓCULOS DE PROTEÇÃO. APROPRIADO PARA USO CONTRA CONTAMINAÇÃO POTENCIAL DE PATÓGENOS SANQUÍNEOS, FLUÍDOS CORPORAIS, OU RESPIGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.	JR LACERDA	FACE SHILD	10150470647	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O REGISTR (CANCELADO EM
		COVAN	GOLDENPLAST	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PR mm), NÃO ATEN MÍNIMO DC
		CENTRALMIX	SUPERMEDY	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
2	PROTETOR FACIAL, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 20 CM, COM COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, VISEIRA PRESA À COROA COM PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, LEVE, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PARA USO HOSPITALAR.	VITRO	FARMATEX	NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O MODELO DE APRESENTA C
		GLOBAL	DYSTRAY	80223340076	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO APRESE PROPOSTA, EM CC E PORTAL DE O APROVAÇÃO, ' OFERTADA APRESI CA Nº 11 969, i
		COVAN	VALEPLAST	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO APRESE PROPOSTA, EM CC E PORTAL DE O APROVAÇÃO, ' OFERTADA APRESI CA Nº 44461, C
3	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARMAÇÃO NA COR PRETA, HASTES FLEXÍVEIS E REGULÁVEIS, LENTE INCOLOR DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS A ESTRUTURAS SÓLIDAS E LÍQUIDAS, VISOR CURVO E PROTEÇÃO LATERAL. COM REGISTRO NO MS/ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI CA.	LR DISTRIBUIDORA	FERREIRA MOLD / IMPERIAL	CA 28018	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	IPANEMA	CA NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		IS4 IMPORTAÇÃO	ISSOMOLD	CA 28018	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER

4	PROTECTOR OCULAR (EYESHIELD) ÓCULOS DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS CONTAMINANTES, PELÍCULA DESCARTÁVEL, ARMAÇÃO REAPROVEITÁVEL. KIT COM 200 VISEIRAS E 50 ARMAÇÕES.	CENTRALMIX	EyeShield MD	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		OPEN FARMA	MD	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AMPLA VISÃO, ARMAÇÃO COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO POR VÁLVULAS, INCOLOR, ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PVC TRANSPARENTE, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR E TIRANTE ELÁSTICO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI (CA).	IS4 IMPORTAÇÃO	NNEQUIPAMENTOS	CA 27824	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		CENTRALMIX	VOLK DO BRASIL	CA 42.718	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O MODELO C SOLICITADO, (VISÃO VENTILAÇÃO POR CONFECCIONADA, TRANSPARENTE INCOLO
		LR DISTRIBUIDORA	KALIPSO / 101	CA 45.463	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O MODELO C SOLICITADO, (VISÃO VENTILAÇÃO POR CONFECCIONADA, TRANSPARENTE INCOLO
6	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 6.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		GTMED	MAXITEX	80748910002 / C.A 40.390	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		CENTRALMIX	NEW HAND	81569610001	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRC AO SOLIC
7	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 6.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		CENTRALMIX	LATEXBR / NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
8	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, Nº 7.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER

	ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	HOSPSHOP	NEW HAND	10341529004	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	LATEXBR / NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
9	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS, Nº 7.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	NEW HAND	10341529004	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	LATEXBR / NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
10	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS, Nº 8.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	NEW HAND	10341529004	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	LATEXBR / NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
11	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS ESTÉREIS, Nº 8.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA.	HOSPSHOP	NEW HAND	10341529004	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910002	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	LATEXBR / NEW HAND	81569610001	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA, O PRC
12	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS NÃO ESTÉREIS, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80605410005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO PROCEDIMENTO PÓ), NÃO
		GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660176 CA 29.996	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	POLIBOR / TOP GLOVE SDN. BHD.	ANVISA 10341520015 CA 46.740	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFER DENTRILLO, TIPO 2

13	LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80605410005	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO PROCEDIMENTO PÓ), NÃO
		GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660176 CA 29.996	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		SUPERMEDICA	UNIGLOVES/STANDARD	80746270008	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
14	LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660176 CA 29.996	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	POLIBOR / TOP GLOVE SDN. BHD.	ANVISA 10341520015 CA 46.740	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFER DENITRILO, TIPO 2
		MEDICAL LIFE	MEDIX	80495510025	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA, O PRC
15	LUIVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL, SEM PÓ, BIO ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910001	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	POLIBOR / TOP GLOVE SDN. BHD./ LUVIX	ANVISA 10341520013 CA 46.740	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660267 CA 31.410	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
16	LUIVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL, SEM PÓ, BIO ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910001	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		HOSPSHOP	POLIBOR / TOP GLOVE SDN. BHD./ LUVIX	ANVISA 10341520013 CA 46.740	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660267 CA 31.410	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
17	LUIVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA DESCARTÁVEL, SEM PÓ, BIO ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	HOSPSHOP	POLIBOR / TOP GLOVE SDN. BHD./ LUVIX	ANVISA 10341520013 CA 46.740	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		MULTIMED	MAXITEX NUGARD	80748910001	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA, O PRC
		GTMED	DESCARPACK	ANVISA 10330660267 CA 31.410	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
18	LUIVA NITRÍLICA LONGA, SEM FORRO, FABRICADA EM BORRACHA, NITRILICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 A 50 CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 0,55 MM. O PRODUTO DEVE POSSUIR ANTIDERRAPANTE NA PÁLME E NA FACE	ITEM DESERTO				

	PALMAR DOS DEDOS. TAMANHO G, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A DO MINISTERIO DO TRABALHO.					
19	LUVA NITRÍLICA LONGA, SEM FORRO, FABRICADA EM BORRACHA, NITRILICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 A 50 CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 0,55 MM. O PRODUTO DEVE POSSUIR ANTIDERRAPANTE NA PÁLME E NA FACE PALMAR DOS DEDOS. TAMANHO M, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A DO MINISTERIO DO TRABALHO.				ITEM DESERTO	
20	LUVA NITRÍLICA LONGA, SEM FORRO, FABRICADA EM BORRACHA, NITRILICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 0,55 MM. O PRODUTO DEVE POSSUIR ANTIDERRAPANTE NA PÁLME E NA FACE PALMAR DOS DEDOS. TAMANHO P, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A DO MINISTERIO DO TRABALHO.				ITEM DESERTO	
21	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX, RESISTENTE A ABRASIVOS A PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL - TAMANHO G, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A PELO MINISTERIO DO TRABALHO.				ITEM DESERTO	
22	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX, RESISTENTE A ABRASIVOS A PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL - TAMANHO M, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A PELO MINISTERIO DO TRABALHO.				ITEM DESERTO	
23	LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX, RESISTENTE A ABRASIVOS A PRODUTOS QUÍMICOS, ANTIDERRAPANTE, REUTILIZÁVEL - TAMANHO P, O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A PELO MINISTERIO DO TRABALHO.				ITEM DESERTO	
24	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	NUGARD	80748910005	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		BRAMED	UNIGLOVES	81479560012	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		CENTRALMIX	MEDIX	80495510015	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
25	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	MULTIMED	NUGARD	80748910005	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		CENTRALMIX	MEDIX	80495510015	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		HEALT CARE & DUBEBE	HEALTHCARE	81699320007	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
26	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA. CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO AS SEGUINTE INFORMações: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO/ANVISA.	BRAMED	UNIGLOVES	81479560012	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		MULTIMED	NUGARD	80748910005	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		CENTRALMIX	MEDIX	80495510015	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC

					PRODUTO SOLICITADO.	PROPOSTA ,O PRC
27	LUVA DE LÁTEX LONGA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIDERRAPANTE QUE FACILITE O MANUSEIO DE MATERIAS MOLHADOS, SEM FORRO, COM INTERIOR CLORINADO, CANO ALONGADO COM LEVE FECHAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO DIAMETRO NO ANTEBRAÇO QUE EVITA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS NO INTERIOR. TAMANHO G DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: RISCOS MECÂNICOS EN388 1101 E RISCOS QUÍMICOS MT11.				ITEM DESERTO	
28	LUVA DE LÁTEX LONGA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIDERRAPANTE QUE FACILITE O MANUSEIO DE MATERIAS MOLHADOS, SEM FORRO, COM INTERIOR CLORINADO, CANO ALONGADO COM FECHAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO DIAMETRO NO ANTEBRAÇO QUE EVITA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS NO INTERIOR. TAMANHO M DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: RISCOS MECÂNICOS EN388 1101 E RISCOS QUÍMICOS MT11.				ITEM DESERTO	
29	LUVA DE LÁTEX LONGA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIDERRAPANTE QUE FACILITE O MANUSEIO DE MATERIAS MOLHADOS, SEM FORRO, COM INTERIOR CLORINADO, CANO ALONGADO COM FECHAMENTO OU LEVE DIMINUIÇÃO DO DIAMETRO NO ANTEBRAÇO QUE EVITA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS NO INTERIOR. TAMANHO P DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: RISCOS MECÂNICOS EN388 1101 E RISCOS QUÍMICOS MT11.				ITEM DESERTO	
30	PRO-PÉ DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO NA PARTE SUPERIOR, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 (variação +/- 5 g). TAMANHO ATÉ O Nº 44. CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA, A GRAMATURA DEVERÁ VIR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	IS4 IMPORTAÇÃO	LAVIE	81358060001	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		GRADUAL	ANADONA	80175349004	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	ANADONA	NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
31	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 (variação +/- 5 g). CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA, A GRAMATURA DEVERÁ VIR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	GTMED	LAVIE	81358060003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		JR LACERDA	MEGA MEDICAL	81952720003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		GRADUAL	ANADONA	80175349005	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
32	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO, TECIDO NÃO TECIDO, COM 3 PREGAS E DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, HIPOALÉRGICA, INODORA, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 (variação +/- 5 g). COM 2 BANDAS DE ELÁSTICO NAS LATERAIS, CAIXA OU PACOTE COM 50 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA, A GRAMATURA DEVERÁ VIR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A ABNT NBR nº 15052/2021 (MÁSCARA DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO)	GTMED	LAVIE	81358060002	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		STAR	DESCARPACK	10330669038	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
		HEALT CARE & DUBEBE	DESCARPACK	81187220003	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFE PROPOSTA ,O PRC
33	MÁSCARA DE PROTEÇÃO (RESPIRADOR N 95) PFF2. FABRICADO EM CONFORMIDADE AS NORMAS NBR 13698:2011 (Equipamento de Proteção Respiratória – peça semifacial filtrante para partículas), ABNT NBR 14873:2002 (Equipamento de proteção respiratória – Filtros para partículas). FABRICADA EM 3 CAMADAS (TNT NAS PARTES EXTERNAS E MICROFIBRA EM POLIPROPILENO NA PARTE INTERNA, 2 BANDAS DE ELÁSTICO NAS LATERAIS. BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) MÍNIMO DE 99%, PFE (Eficiência de Filtração de partículas) MÍNIMO DE 98%. MODELO TIPO CONHA OU BICO DE	LANCELETTE	Easy Supri	80860750010	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO (filtração. Acir AO SOLICITA
		HEALT CARE & DUBEBE	HEALTHCARE	81699320002	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRC AO SOLICITADI Bacteri

	PATO. COM REGISTRO NA ANVISA OU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA E NBR 13698/96.					
		HYPER EPI	S/MARCA	S/REGISTRO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	NÃO APRESENTA
34	LUVA TÉRMICA ATÉ 450° C, 5 DEDOS 45CM. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, IMPERMEABILIZADA COM SILICIONE. FORRAÇÃO DESTACÁVEL, SENDO UMA CAMADA EM TECIDO E UMA EM NÃO TECIDO, REFORÇO NA PALMA EM ARAMIDA E COSTURAS EM LINHA DE PARA ARAMIDA. COMPRIMENTOS 45 CM, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA.				ITEM DESERTO	
35	LUVA TÉRMICA ATÉ 450° 5 DEDOS 60CM. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, IMPERMEABILIZADA COM SILICIONE. FORRAÇÃO DESTACÁVEL, SENDO UMA CAMADA EM TECIDO E UMA EM NÃO TECIDO, REFORÇO NA PALMA EM ARAMIDA E COSTURAS EM LINHA DE PARA ARAMIDA. COMPRIMENTOS 45 CM, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA.				ITEM DESERTO	
36	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA 100% EM NYLON NA COR CINZA, PIGMENTOS EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS. PUNHO TRICOTADO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. LEVE PARA A MÁXIMA DESTREZA E CONFORTO COM A SENSIBILIDADE. FORNECE BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, SEM PERDER AS PROPRIEDADES ESD. RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C, TAMANHO M, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA.				ITEM DESERTO	
37	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA 100% EM NYLON NA COR CINZA, PIGMENTOS EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS. PUNHO TRICOTADO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. LEVE PARA A MÁXIMA DESTREZA E CONFORTO COM A SENSIBILIDADE. FORNECE BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, SEM PERDER AS PROPRIEDADES ESD. RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C, TAMANHO G, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA.				ITEM DESERTO	
38	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA 100% EM NYLON NA COR CINZA, PIGMENTOS EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS. PUNHO TRICOTADO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. LEVE PARA A MÁXIMA DESTREZA E CONFORTO COM A SENSIBILIDADE. FORNECE BOAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, SEM PERDER AS PROPRIEDADES ESD. RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 100°C, TAMANHO XG, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI - CA.				ITEM DESERTO	
39	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, PROTETOR AUDITIVO ABAFADOR, POSSUI HASTE METÁLICA E ALMOFADADA ACIMA DA CABEÇA , COM ALTA ATENUAÇÃO.DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES EM CARACTERES INDELÉVEIS E CONTER CA VÁLIDO.	LR DISTRIBUIDORA	KALIPSO	CA 37.919	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		SOLLUTION	LEDAN	REGISTRO NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	EM CONSULTA VERIFICOU-S APRESENTA C
		JOEL VERISSIMO	PROTECTY QUALITY	REGISTRO NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	EM CONSULTA VERIFICOU-S APRESENTA C
40	PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG, CONFECCIONADO EM SILICONE, NO FORMATO CÔNICO COM TRÊS FLANGES CONCÊNTRICO, DE DIÂMETROS VARIÁVEIS E COM PRESENÇA DE ORIFÍCIO EM SEU INTERIOR QUE PROPORCIONA MAIOR MACIEZ CONFORTO ADAPTATIVO AO CANAL AUDITIVO COM CORDÃO. TAXA DE ATENUAÇÃO DE RUÍDOS (NRRSF): 16DB E NRR 21DB. O EPI DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO DA PEÇA E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE.	LR DISTRIBUIDORA	KALIPSO	CA 14.470	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA DO PRC DE RUÍDOS 13 DB (TAXA DE ATENUA
		COVAN	LEDAN	REGISTRO NÃO INFORMADO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO.	A MARCA OFERTA 12 DB OU 15 DB, N
		JOEL VERISSIMO	PROTECTY QUALITY	REGISTRO NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO.	O PRODUTO OFER EM PESQUISAS

						CERTIFICADO DE ATEN
		POLYMER	DYSTRAY/CARGO	REGISTRO NÃO INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
41	CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO DE 92-101 CM	JOEL VERISSIMO	SUPER SAFETY	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		M MED	STEEFLEX	ISENTO	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	O PRODUTO OFER, O PRODUTO
		POLYMER	DYSTRAY/CARGO	ISENTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
42	CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO DE 102-114 CM	JOEL VERISSIMO	DL CINTOS	ISENTO	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
		M MED	STEEFLEX	ISENTO	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
44	CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, POSSUI AJUSTE DUPLO, SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. TAMANHO DE 126 -135 CM	HYPER EPI	NÃO INFORMADO	ISENTO	NÃO INFORMADO	NÃO APRESENTC
LOTE						
45	MÁSCARA (RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR) TIPO SEMI-FACIAL, PARA VAPORES ORGÂNICOS E GAZES ÁCIDOS, COM BORDA INTERNA, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E DE UMA TAMPA COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. VÁLVULA DE INALAÇÃO, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS (CARTUCHO) QUÍMICOS. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADAS QUATRO ALÇAS, DUAS SUPERIORES E DUAS INFERIORES, ONDE SERÃO FIXADAS AS PRESILHAS COM TIRANTES ELÁSTICOS RESPONSÁVEIS PELA FIXAÇÃO DA MÁSCARA AO ROSTO. O RESPIRADOR DEVERÁ SER UTILIZADO COM OS FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1; VAPORES ORGÂNICOS; GASES ÁCIDOS; VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; AMÔNIA E METILAMINA; MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E GASES E VAPORES INORGÂNICOS. ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 13694 E 13696, COM C.A. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CORRESPONDENTE.	HYPER EPI	ALLTEC 2402 VO/GA	CA 10.463	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER
46	CARTUCHO FILTRO QUÍMICO (REPOSIÇÃO COMPATÍVEL PARA A MÁSCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR) PARA VAPORES ORGÂNICOS E GAZES ÁCIDOS CONTRA VAPORES ORGÂNICOS ATÉ 1000PPM OU ATÉ 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA, OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E A SAÚDE DE SUBSTÂNCIAS COMO: PIRIDINA, HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLORO BENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ÉTER, ÁLCOOL, ETÍLICO, FORMALDEÍDO. CONTRA GAZES ÁCIDOS: BROMETO DE HIDROGÊNIO, CLORO, PERÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, ANIDRIDO SULFOROSO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ENTRE OUTROS. ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 13696, COM C.A. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CORRESPONDENTE.	HYPER EPI	ALLTEC 2402 VO/GA	CA 10.463	DE ACORDO COM O PRODUTO SOLICITADO.	APRESENTOU FOI PRODUTO OFER

--	--	--	--	--	--

Porto Velho, 26 de setembro de 2022.

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica - CAF II /SESAU - RO



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Técnico**, em 26/09/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a)**, em 26/09/2022, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0032401832** e o código CRC **12413211**.